utilidades/img/LogoInsitel.png

utilidades/img/FirmaJuanCarlos.jpg

Contenido

1 DATOS GENERALES 2

2 FECHA DE MANTENIMIENTO 2

3 DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 2

4 DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 3

5 ESTADO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 4

6 ESTADO DEL SENSOR INTERNO 6

7 ESTADO DE LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 6

8 ESTADO DEL SISTEMA DE TIEMPO 7

9 IMÁGENES DE REFERENCIA 7

10 FORMATO DE POLOS Y CEROS 7

11 FORMAS DE ONDA 7

1 DATOS GENERALES

DATOS GENERALES		
CLIENTE		
PROYECTO		
DIRECCIÓN		
CONTACTO		
EMAIL / CELULAR		
CONSULTOR	Instrumentación Sísmica y Telemetría SAC - INSITEL	20600222946

2 FECHA DE MANTENIMIENTO

FECHA DE MANTENIMIENTO			
NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA PROGRAMADA	ESTADO	TIPO DE MANTENIMIENTO
RPMNTTO-2026-062	26/10/2026	Ejecutado	Preventivo

3 DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO	
ACELERÓGRAFO SÓTANO	
MARCA	KINEMETRICS Advancement Through Innovation
MODELO	Etna2
SERIE	-
ACELERÓGRAFO AZOTEA	
MARCA	KINEMETRICS Advancement Through Innovation
MODELO	Etna2
SERIE	-
OBSERVACIONES	

- Acelerógrafos triaxiales con Acelerómetros de Fuerza Balanceada (FBA) con transductores capacitivos
- Topología triaxial - ortogonal
- Módulos de registro y sensores de aceleración integrados

4 DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

DATOS GEOFÍSICOS						
ACELERÓGRAFO SÓTANO						
CÓDIGO	SAMPLING	FORMATO	REGISTRO	FECHA MANTTO	INICIO DATA	FINAL DATA
ED.CH05N.-	100	miniSEED	Continuo	26/10/2026	05/05/2026	19/10/2026
				2026299	2026125	2026292
OBSERVACIONES						

- Se descargó un total de 4.92 GB de data sísmica en modo continuo (12015 archivos | 0 carpetas) correspondientes al período de 167 días [05/05/2026 al 19/10/2026].
- La información de la data registrada obtuvo una disponibilidad del 100%.
- Se hace entrega de la data copiada a través de un enlace para el ingreso mediante acceso remoto a la nube y su descarga correspondiente si el cliente lo requiere.
- **A solicitud del IGP, se deja TODO el registro de la información sísmica para que la entidad reguladora realice el procedimiento de descarga de la información y liberación de memoria.**

ACELERÓGRAFO AZOTEA						
CÓDIGO	SAMPLING	FORMATO	REGISTRO	FECHA MANTTO	INICIO DATA	FINAL DATA
ED.JM61N.	100	miniSEED	Continuo	26/10/2026	23/04/2026	26/10/2026
				2026299	2026113	2026299
OBSERVACIONES						

- Se descargó un total de 4.71 GB de data sísmica en modo continuo (8310 archivos | 0 carpetas) correspondientes al período de 186 días [23/04/2026 al 26/10/2026].
- La información de la data registrada obtuvo una disponibilidad del 69.8%.
- Se hace entrega de la data copiada a través de un enlace para el ingreso mediante acceso remoto a la nube y su descarga correspondiente si el cliente lo requiere.
- **A solicitud del IGP, se deja TODO el registro de la información sísmica para que la entidad reguladora realice el procedimiento de descarga de la información y liberación de memoria.**

ENLACE DE DESCARGA
https://mega.io/es/

5 ESTADO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO			
ESTACIÓN SÓTANO			
FUENTE CONMUTADA O SWITCHING			
MARCA	MW Mean Well		
MODELO	LRS Series		
CAPACIDAD	10A@12V		
MEDICIONES	VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE DE SALIDA	AJUSTE DE REGULACIÓN
	229.4 V	14.2 V	0.7 V
OBSERVACIONES	• La fuente conmutada presenta un funcionamiento estable y acorde con las condiciones normales de operación. Durante la inspección no se identificaron indicios de sobrecalentamiento, sobretensión o sobrecorriente, manteniéndose los parámetros eléctricos evaluados dentro de los valores esperados.		
CONTROLADOR DE CARGA			
MARCA	Morningstar Corp.		
MODELO	SHS-10		
CAPACIDAD	10A@12V		
MEDICIONES	VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE A LA BATERÍA	VOLTAJE EN LA CARGA
	14.1 V	13.8 V	13.9 V
OBSERVACIONES	• El controlador de carga se encuentra operativo y cumple adecuadamente su función de regulación y gestión de la alimentación del sistema. Su funcionamiento permite mantener una fuente de energía de respaldo disponible, contribuyendo a la continuidad operativa del equipo ante eventuales interrupciones de la alimentación principal.		
BATERÍA DE ENERGÍA			
MARCA	RITAR		
MODELO	RT12120		
CAPACIDAD	Banco de 2 baterías conectadas en paralelo con una capacidad total de 12V / 24Ah		

MEDICIONES	VOLTAJE INICIAL DE DESCARGA	TIEMPO DE DESCARGA	VOLTAJE FINAL DE DESCARGA
	13.2 V	27 min	12.7 V
OBSERVACIONES	• Las baterías se encuentran en condiciones adecuadas para el servicio, manteniendo disponibilidad para suministrar energía de respaldo al sistema ante una eventual interrupción de la alimentación principal. Durante la inspección no se identificaron anomalías que comprometan su funcionamiento.		

SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO			
ESTACIÓN AZOTEA			
FUENTE CONMUTADA O SWITCHING			
MARCA	MW Mean Well		
MODELO			
CAPACIDAD			
MEDICIONES	VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE DE SALIDA	AJUSTE DE REGULACIÓN
	229.6 V	13.7 V	0.2 V
OBSERVACIONES	• La fuente conmutada presenta un funcionamiento estable y acorde con las condiciones normales de operación. Durante la inspección no se identificaron indicios de sobrecalentamiento, sobretensión o sobrecorriente, manteniéndose los parámetros eléctricos evaluados dentro de los valores esperados.		
CONTROLADOR DE CARGA			
MARCA	Morningstar Corp.		
MODELO			
CAPACIDAD			
MEDICIONES	VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE A LA BATERÍA	VOLTAJE EN LA CARGA
	13.7 V	13.7 V	13.7 V

OBSERVACIONES	• El controlador de carga se encuentra operativo y cumple adecuadamente su función de regulación y gestión de la alimentación del sistema. Su funcionamiento permite mantener una fuente de energía de respaldo disponible, contribuyendo a la continuidad operativa del equipo ante eventuales interrupciones de la alimentación principal.		
BATERÍA DE ENERGÍA			
MARCA	RITAR		
MODELO	RT12120		
CAPACIDAD	Banco de 2 baterías conectadas en paralelo con una capacidad total de 24V / 12Ah		
MEDICIONES	VOLTAJE INICIAL DE DESCARGA	TIEMPO DE DESCARGA	VOLTAJE FINAL DE DESCARGA
	13.6 V	15 min	13.2 V
OBSERVACIONES	• Las baterías se encuentran en condiciones adecuadas para el servicio, manteniendo disponibilidad para suministrar energía de respaldo al sistema ante una eventual interrupción de la alimentación principal. Durante la inspección no se identificaron anomalías que comprometan su funcionamiento.		

6 ESTADO DEL SENSOR INTERNO

7 ESTADO DE LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

ESTADO DE LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO				
ACELERÓGRAFO SÓTANO				
MEMORIA EXTERNA: DISCO 01				
TIPO DE MEMORIA	DATA LIBRE	CAPACIDAD DE LA UNIDAD	PORCENTAJE UTILIZADO PRE-MNTTO	PORCENTAJE DISPONIBLE POST-MNTTO
	25127.12 MB	30463.36 MB	17.52 %	82.48 %
MEMORIA INTERNA: DISCO 02				
TIPO DE MEMORIA	DATA LIBRE	CAPACIDAD DE LA UNIDAD	PORCENTAJE UTILIZADO PRE-MNTTO	PORCENTAJE DISPONIBLE POST-MNTTO

	15526.67 MB	15568.1 MB	0.27 %	99.73 %
ACELERÓGRAFO AZOTEA				
MEMORIA EXTERNA: DISCO 01				
TIPO DE MEMORIA	DATA LIBRE	CAPACIDAD DE LA UNIDAD	PORCENTAJE UTILIZADO PRE-MNTTO	PORCENTAJE DISPONIBLE POST-MNTTO
	55787.45 MB	60889.13 MB	8.38 %	91.62 %
MEMORIA INTERNA: DISCO 02				
TIPO DE MEMORIA	DATA LIBRE	CAPACIDAD DE LA UNIDAD	PORCENTAJE UTILIZADO PRE-MNTTO	PORCENTAJE DISPONIBLE POST-MNTTO
	16064.87 MB	16079.91 MB	0.09 %	99.91 %
OBSERVACIONES				

- Se descargó la información (data sísmica) en registro continuo de la memoria extraíble y memoria interna de los acelerógrafos.
- **A solicitud del IGP, se deja TODO el registro de la información sísmica para que la entidad reguladora realice el procedimiento de descarga de la información y liberación de memoria.**
- La data descargada en modo continuo de la unidad de almacenamiento se copió en la nube para el acceso remoto del cliente. Para el ingreso a la data se entrega un enlace para su descarga.
- Se habilitó la grabación en la memoria extraíble “” como unidad prioritaria.
- Se verificó la continuidad de la data descargada.
- Los dispositivos de almacenamiento se dejaron operativos y en modo de adquisición.
- La memoria interna es de tipo circular, es decir, al llegar al límite de su capacidad, se sobrescribe la data más antigua, el propósito de esta unidad es tener un respaldo en almacenamiento de apróx. 2 meses cuando la memoria extraíble llega al límite de su capacidad.

8 ESTADO DEL SISTEMA DE TIEMPO

9 IMÁGENES DE REFERENCIA

10 FORMATO DE POLOS Y CEROS

11 FORMAS DE ONDA