GHT CONTOSO NORD - LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

RENOUVELLEMENT DES AUTOMATES D'HEMATOLOGIE

Ref: AO-2024-LAB-0112 | Date: 20 fevrier 2024

1. Besoin

Remplacement de 4 automates d'hematologie (NFS + reticulocytes + frottis) avec chaine de connexion (pre-analytique + post-analytique). Les automates actuels (Sysmex XN-3000) ont 8 ans et le contrat de maintenance expire au 31/12/2024.

2. Specifications techniques

Critere	Exigence minimale
Cadence NFS	> 120 tubes/heure par module
Parametres	NFS 5 populations + reticulocytes + NRBC + PLT-F
Lames automatisees	Module de preparation et coloration de frottis integre
Connectivite	HL7, middleware compatible Technidata, ASTM
Chaine pre/post-analytique	Debouchage, tri, rebouchage, archivage refrigere

3. Evaluation

Constructeur	Solution	Montant 5 ans (reactifs + automates)	Technique (60%)	Prix (30%)	Ergonomie (10%)	Total
Sysmex	XN-9100 + SP-50	1 280 000 EUR	55.8	26.4	8.5	**90.7**
Beckman Coulter	DxH 900 + DxA 5000	1 180 000 EUR	52.2	28.8	7.5	**88.5**
Abbott	Alinity hq + Accelerator	1 350 000 EUR	51.0	24.6	8.0	**83.6**

Attribution : Sysmex- XN-9100. Continuite technologique avec le parc existant (base de donnees historique preservee). Meilleure performance sur la detection des cellules anormales (algorithme AI WPC). Formation rapide du personnel (meme interface). Chaine complete pre/post-analytique avec archivage 72h.

Laboratoire GHT Contoso Nord- Dr. Claire MOREAU- Mai 2024