GHT CONTOSO NORD - LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE

AUTOMATES D'IDENTIFICATION BACTERIENNE ET ANTIBIOGRAMME

Ref: AO-2024-LAB-0345 | Juin 2024

1. Contexte

Renouvellement des automates d'identification bacterienne et d'antibiogramme pour le laboratoire de microbiologie. Le secteur traite 65 000 prelevements/an avec un objectif de rendu de resultats a J+1 pour les hemocultures positives (objectif REMIC).

2. Specifications

Equipement	Exigence
Spectrometrie de masse MALDI-TOF	Identification en < 2 min, base > 3 000 especes, score > 2.0
Automate antibiogramme	CMI par microdilution, panels EUCAST 2024, resultats 6-18h
Automate hemocultures	Detection colorimetrique/fluorimetrique, 240 flacons minimum
Ensemenceur automatique	Cadence > 180 boites/h, striage parametrable, tracabilite

3. Evaluation

Constructeur	Solutions	Total 5 ans	Technique (60%)	Prix (30%)	Formation (10%)	Note
bioMerieux	VITEK MS + VITEK 2 + BacT/ALERT + PREVI Isola	1 450 000 EUR	56.4	25.2	8.5	**90.1**
Bruker + BD	MALDI Biotyper + BD Phoenix + BD BACTEC	1 320 000 EUR	52.8	27.6	7.0	**87.4**
Shimadzu + Beckman	AXIMA + MicroScan + Incubation manuelle	1 180 000 EUR	45.0	30.0	6.0	**81.0**

Attribution : bioMerieux- ecosysteme integre et interconnecte (Myla middleware). Leader en microbiologie clinique. Base VITEK MS actualisee trimestriellement. Detecteur de resistances emergentes (carbapenemases, BLSE) integre. Equipe applicative dediee pendant 3 mois de mise en route.

Dr. Nathalie PETIT, Biologiste Microbiologiste- GHT Contoso Nord- Septembre 2024