

			RT-LAMP Result			
			CT	pos	neg	sum
RT-qPCR Result	pos	0-25	51	0	51	
		25-30	28	2	30	
		30-35	4	16	20	
		35-40	0	16	16	
	neg	neg	2	649	651	
			sum	85	683	768

CT	Sensitivity	95% conf. int.		
0-25	100.0%	93.0%	-	100.0%
25-30	93.3%	78.7%	-	98.2%
30-35	20.0%	8.1%	-	41.6%
35-40	0.0%	0.0%	-	19.4%

Specificity	95% conf. int.		
99.7%	98.9%	-	99.9%