

Hot Swab-to-LAMP

CT	Sensitivity	95% conf. int.		
0-25	90.5%	77.9%	-	96.2%
25-30	77.3%	56.6%	-	89.9%
30-35	17.9%	9.7%	-	35.6%
35-40	0.0%	0.0%	-	9.6%

Specificity	95% conf. int.		
99.5%	97.4%	-	99.9%

Direct Swab-to-LAMP

CT	Sensitivity	95% conf. int.		
0-25	93.8%	71.7%	-	98.9%
25-30	35.3%	17.3%	-	58.7%
30-35	8.7%	2.4%	-	26.8%
35-40	11.5%	4.0%	-	29.0%

Specificity	95% conf. int.		
94.1%	89.2%	-	96.9%