

		RT-LAMP Result		<i>sum</i>
		CT	posneg	
RT-qPCR Result	pos	0-25	510	51
		25-30	297	36
		30-35	718	25
		35-40	116	17
	neg	neg	2661	663
		<i>sum</i>	90702	792

CT	Sensitivity	95% conf. int.		
0-25	100.0%	93.0%	-	100.0%
25-30	80.6%	65.0%	-	90.2%
30-35	28.0%	14.3%	-	47.6%
35-40	5.9%	1.0%	-	27.0%

Specificity	95% conf. int.		
99.7%	98.9%	-	99.9%