

				RT-LAMP Result		
		CT	pos	inc.	neg	<i>sum</i>
RT-qPCR Result	pos	0-25	51	0	0	51
		25-30	29	2	5	36
		30-35	7	2	16	25
		35-40	1	0	16	17
	neg	neg	2	13	648	663
		<i>sum</i>	90	17	685	792

CT	Sensitivity	95% conf. Int.		
0-25	100.0%	93.0%	-	100.0%
25-30	85.3%	69.9%	-	93.6%
30-35	30.4%	15.6%	-	50.9%
35-40	5.9%	1.0%	-	27.0%

Specificity	95% conf. Int.		
99.7%	98.9%	-	99.9%