RG Scoliosemåling LAB 4 Moss

Endring siden forrige versjon
Revidert. Endret topptekst til å gjelde lab. 4. Lagt til forklarende tekst.

Indikasjon	Scoliose Strukturelle forandringer i skjelettet eller bløtdeler Benlengdeforskjell	Stående Front (standard)
		Stående Side: Ved 1. gangs undersøkelse, der det ikke finnes gamle bilder På opererte med metallfiksasjon

Front		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON	Ved **første gangs** undersøkelse starter vi såpass langt ned at vi får med caput femoris. Dette for å avdekke evt. benlengdeforskjell. Ved **senere undersøkelser** tas kun front, og mer innblendet (tilsvarende ca. ¾ virvelbredde på hver side av columna). OBS! Ikke blend så mye inn at du kutter evt. stor scoliose Front viser scoliose.	
POSISJONERING	Pasienten står barbent med lik tyngde på begge føtter, hælene inntil bordplaten og tærne rett frem. Ryggen mot røntgenbordet og armene ned langs siden. Avslappet, skal ikke prøve å rette seg unaturlig mye opp. Dersom pasienten vanligvis bruker oppbygg i skoen, skal det ved hjelp av avdelingens klosser bygges opp til caput femoris står på linje. Teip fast en blylinjal i strålefeltet horisontalt midt i IS-ledd.	
SENTRERING	Bruk av gjennomlysning. Ved 1. gangs undersøkelse starter vi nedenfor caput femoris. Ved senere undersøkelser starter vi midt i ileosacralleddene. Bildeopptak i en bevegelse nedenfra og opp.	
STRÅLERETNING	0° FFA 150 cm	
BILDEKRITERIER	Ved 1.gangs undersøkelse skal columna fremstilles fra C6 til og med toppen av caput femoris. Ved senere undersøkelser skal columna fremstilles fra C6 til midt i ileosacralleddene.	
KOMMENTAR	Man kan eventuelt vippe bordet et par grader bakover Det må gjennomlyses før eksponering, fordi eksponeringsverdiene stilles inn etter gjennomlysningsverdien. Dersom vi gjør endringer på innblending eller pasient, må vi gjennomlyse på nytt. Eksponer, og hold knappen inne til aktuelle område er eksponert. Korsettbehandling: bilder med og uten korsett. Følg det som står på henvisningen. Dersom pasienten ikke kan stå, tas bilder sittende (med minimal støtte) eller liggende. NB! Skriv på bildene om de er tatt liggende, sittende, stående, med eller uten korsett.	

Side		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON	Tas rutinemessig ved **første gangs** undersøkelse, dersom det ikke finnes gamle bilder. Side viser kyfose og lordose.	
POSISJONERING	Pasienten skal stå naturlig, med siden mot bordet og armene løftes 90 grader (ikke mer). Teip fast en blylinjal i strålefeltet horisontalt midt i IS-ledd.	
SENTRERING	Bruk av gjennomlysning. Start midt i ileosacralleddene. Bildeopptak i en bevegelse nedenfra og opp	
STRÅLERETNING	0° FFA 150 cm	
BILDEKRITERIER	Columna fremstilles fra C6 til midt i ileosacralledd	
KOMMENTAR	Det må gjennomlyses før eksponering, fordi eksponeringsverdiene stilles inn etter gjennomlysningsverdien. Dersom vi gjør endringer på innblending eller pasient, må vi gjennomlyse på nytt. Eksponer, og hold knappen inne til aktuelle område er eksponert. Svar OK på spørsmålet om du godtar TOD (Table-to-Object-Distance) på 10 cm. Dette kan endres i etterkant under post-prosesseringen. Korsettbehandling: bilder med og uten korsett. Følg det som står på henvisningen. Dersom pasienten ikke kan stå, tas bilder sittende (med minimal støtte) eller liggende. NB! Skriv på bildene om de er tatt liggende, sittende, stående, med eller uten korsett. **Bildene sendes til PACS x 2**	

Fremgangsmåte og bearbeiding av bilder

Klikk på serien med enkeltbilder dersom bildene må fikses på i etterkant.
Velg deretter fanen «**Postprocessing**». Klikk så på en boks du finner på høyre side av skjermen, under listen med undersøkelser (**Ikon med 3 bilder som sammenføyes til 1**) Klikk deretter på ikonet med rygg, og så på ikonet som er likt det første ikonet du klikket på (**3 bilder til 1**). Bildene vil da rekonstrueres på nytt.
Om stripene dukker opp, må denne prosessen gjentas til de er borte.

Dersom bildet er «brent», vanskelig å se leddene, kan man prøve å endre svertningen litt i bildet. Velg serien med enkeltbilder, og så på fanen «**Postprocessing**». På nederste linje, i midten, under listen med undersøkelser, finner du et **ikon som ligner tegnet for pi; π**. Når du klikker på dette vil du få opp to valg. Velg det som står «**Harm….**» på, og skyv til høyre eller venstre. Scroll opp og ned i bildene dine, og sjekk at du ikke endrer for mye. Her må man finne en gylden middelvei, man får det nødvendigvis ikke perfekt over alle leddene.

Om det er behov for å forskyvinger pga bevegelse for eksempel, må man flytte **markøren** som sees helt til venstre i bildet (mellom de hvite linjene), til det feltet som skal forskyves. Da ser man til høyre på skjermen noen piler. Flytt i den retningen som du ønsker. Det er også mulig å endre i høyden. Er det for mye bevegelse lar bildene seg ikke redde, og undersøkelsen må gjøres på nytt.

Når vi er fornøyde med bildene klikker vi på fanen «**Documentation**». Da kommer det et pop-up-boks med spørsmål om vi vil godkjenne det vi har gjort, og her svarer vi **JA**.
Høyreklikk på enkeltserien og fjern haken for oversending til PACS, og legg til en hake på det ene sammenkoblede bildet, slik at vi får sendt over 2 bilder til PACS.

Referanser

Vedlegg

Slutt på Prosedyre