RG Hånd, fingre, skjelettalder av barn

Endring siden forrige versjon
Forlenget gyldighet til 10.12.2027 uten endringer i dokumentet.

Sammenligningsbilde
Kontralateral side kun på forespørsel fra henviser etter konferering med radiolog, eller på forespørsel fra radiolog.

RG Hånd av barn (RG fingre; se under)

Indikasjon	Smerteutredning, skade, kontroll	*Front PA, Skrå, Side*
	Skjelettalder	*Front PA skjelettalder*

FRONT AP		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON		
POSISJONERING	Armen i PA på detektor. Armen helst løftet med nær 90° i skulderledd og 90° i albue. Bygg eventuelt opp under lateralsiden av hånd. Fingrene spres noe fra hverandre.	
SENTRERING	3. MCP-ledd	
STRÅLERETNING	0˚	
BILDEKRITERIER	Hånden fremstilles uten rotasjon og uten deviasjon. MCP-ledd og IP-ledd fremstilles åpne. Inkluder hele hånden og alle håndrøttene med distale ulna og radius.	
KOMMENTAR	Ved 90° i skulder og albue unngår man lettere rotasjon av hånden.	
SKRÅ		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON		
POSISJONERING	Armen i PA på detektor, med omtrent 90° i albuen. Hånden roteres med lateralsiden fra detektor med omtrent 45°, med en skråpute. Fingrene liggende parallelt med detektor.	
SENTRERING	3. MCP-ledd	
STRÅLERETNING	0˚	

BILDEKRITERIER	Midtdelen av 3.-5. metacarp skal ikke overprojiseres av hverandre, men overprojiseres kun distalt og proksimalt. Ingen overprojisering av distale 2. og 3. metacarp. Falangene vises uten forkorting og med åpne leddspalter.	
KOMMENTAR		
SIDE		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON		
POSISJONERING	Hånden liggende lateral på detektor med tommel-siden vendt opp. 2.-5. falang spres i en vifteform, alle falangene parallelt med detektor.	
SENTRERING	2. MCP-ledd	
STRÅLERETNING	0˚	
BILDEKRITERIER	2.-5. falang fremstilles lateralt uten rotasjon og uten forkorting, samt med åpne leddspalter. Tommelen fremstilles noe skrått med åpne leddspalter. 2.-5. metacarp, samt radius og ulna, overprojiseres av hverandre.	
KOMMENTAR		
FRONT PA SKJELETTALDER		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON	Kun én front av <u>venstre hånd</u>. Dette gjelder 1. gangs undersøkelse og kontroller, også hos kjevhendte. **Unntak:** Dersom venstre hånd er paretisk eller har store skader, tas høyre hånd.	
POSISJONERING	Armen i PA på detektor. Armen helst løftet med nær 90° i skulderledd og 90° i albue. Bygg eventuelt opp under lateralsiden av hånd. Fingrene spres noe fra hverandre.	
SENTRERING	3. MCP-ledd	
STRÅLERETNING	0˚	
BILDEKRITERIER	Hånden fremstilles uten rotasjon og uten deviasjon. MCP-ledd og IP-ledd fremstilles åpne. Inkluder hele hånden og alle håndrøttene med distale ulna og radius.	
KOMMENTAR		

RG Fingre av barn

Indikasjon	Smerteutredning, skade, kontroll	*Front PA, Skrå, Side*

FRONT AP		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON		
POSISJONERING	Armen i PA på detektor. Armen helst løftet med nær 90° i skulderledd og 90° i albue. Bygg eventuelt opp under lateralsiden av hånd. Fingrene spres noe fra hverandre. Inkluder hele hånden.	
SENTRERING	3. MCP-ledd	
STRÅLERETNING	0˚	
BILDEKRITERIER	Hånden fremstilles uten rotasjon og uten deviasjon. MCP-ledd og IP-ledd fremstilles åpne. Inkluder hele hånden og alle håndrøttene med distale ulna og radius.	
KOMMENTAR	Ved 90° i skulder og albue unngår man lettere rotasjon av hånden.	
SKRÅ		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON		
POSISJONERING	Armen i PA på detektor, med omtrent 90° i albuen. Hånden roteres med lateralsiden fra detektor med omtrent 45°, med en skråpute. Fingrene liggende parallelt med detektor.	
SENTRERING	Aktuelle falangs PIP-ledd	
STRÅLERETNING	0˚	
BILDEKRITERIER	Aktuell falang vises uten forkorting og med åpne leddspalter, i 45° vinkel, uten overprojisering av nærliggende falanger. Inkluder nabo-falang.	
KOMMENTAR		
SIDE		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON		

POSISJONERING	Hånden liggende lateral på detektor med tommel-siden vendt opp. 2.-5. falang spres i en vifteform, alle falangene parallelt med detektor. Alternativt, og hvis pasienten er i stand til det, kan man strekke godt ut kun aktuell falang, med de andre falangene i knyttet hånd.
SENTRERING	Aktuelle falangs PIP-ledd
STRÅLERETNING	0˚
BILDEKRITERIER	Aktuell falang fremstilles lateralt uten rotasjon og uten forkorting, samt med åpne leddspalter.
KOMMENTAR	

Referanser

Vedlegg

Slutt på Prosedyre