PT Len Industri (Persero)			Halaman: 1 dari 11
QOP-814 **PENGENDALIAN ALAT UKUR DAN PANTAU**			Revisi: 01
Disusun Oleh:	Direviu Oleh:		Disetujui Oleh:
GM Quality Assurance Tanggal : 25-10-2024 Tanda Tangan : (Indra Wibawa)	GM Business Process Management Tanggal : 25-10-2024 Tanda Tangan : (Yunika Sopandi)	Management Representative SEGM Strategy Operation & Transformation Tanggal : 13-11-2024 Tanda Tangan : (Nurman Setiawan)	Direktur Utama Tanggal : 15-11-2024 Tanda Tangan : (Bobby Rasyidin)

DAFTAR REVISI

No Revisi	Tanggal revisi	Halaman yang terkait	Penyusun
00	27-10-2022	Semua halaman dari MOP-403 rev.06 (*dilakukan revisi dan diubah kode dokumen dari MOP-403 menjadi QOP-814)	YL
01	25-10-2024	Semua halaman	AL, YL

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:29

DAFTAR ISI

DAFTAR REVISI **1**
DAFTAR ISI **2**
1.0 TUJUAN **3**
2.0 RUANG LINGKUP **3**
3.0 DEFINISI **3**
3.1 Alat Ukur 3
3.2 Alat Pantau 3
3.3 Kalibrasi 3
3.4 Verifikasi 3
3.5 Fungsi Kalibrasi 3
3.6 Fungsi Pemelihara Fasilitas 3
4.0 DOKUMEN TERKAIT **4**
5.0 PROSEDUR / ISI **4**
5.1 Identifikasi dan Pendataan Alat Ukur dan Alat Pantau 4
5.2 Penentuan Interval dan Metode Kalibrasi/Verifikasi 5
5.3 Pelaksanaan Kalibrasi/Verifikasi 6
5.4 Dokumentasi Hasil Kalibrasi/Verifikasi 7
6.0 FORMULIR TERKAIT **7**
7.0 ALUR PROSES **8**
8.0 LAMPIRAN MATRIKS PERUBAHAN **9**

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2024 08:33

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

1.0 TUJUAN

Memastikan alat ukur dan alat pantau yang digunakan dapat memenuhi persyaratan pengukuran dan pemantauan.

2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur tentang tata cara pengendalian alat ukur dan alat pantau yang digunakan dalam setiap proses di perusahaan.

3.0 DEFINISI

3.1 Alat Ukur

Alat Ukur adalah instrumen, perangkat, standar, bahan, alat bantu atau gabungannya yang digunakan untuk menentukan nilai besaran, misal : dimensi, suhu, tekanan. Keluaran dari alat ukur adalah nilai/angka numerik dari proses/produk yang diukur.

3.2 Alat Pantau

Alat Pantau adalah instrumen, perangkat, standar, bahan, alat bantu atau gabungannya yang digunakan untuk memantau kondisi (misal; konstan/tidaknya suhu, lulus/tidaknya produk dan lain-lain). Keluaran dari alat pantau adalah kondisi terpenuhi/tidaknya proses/produk dengan persyaratan yang ditetapkan.

3.3 Kalibrasi

Kalibrasi adalah suatu proses verifikasi terhadap alat ukur. Proses kalibrasi adalah kegiatan membandingkan nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai-nilai yang sudah diketahui tingkat kebenarannya yang berkaitan dengan besaran yang diukur.

3.4 Verifikasi

Verifikasi adalah proses konfirmasi melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan alat/proses/produk yang ditentukan telah dipenuhi.

3.5 Fungsi Kalibrasi

Fungsi Kalibrasi adalah fungsi yang ditunjuk di perusahaan untuk memantau kondisi kalibrasi peralatan yang ada di perusahaan.

3.6 Fungsi Pemelihara Fasilitas

Fungsi Pemelihara Fasilitas (FPF) adalah fungsi atau personil yang merupakan Karyawan Tetap PT Len Industri, bertugas untuk melaksanakan inventarisasi Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud (baik itu aset yang terdapat di lingkungan perusahaan maupun di lingkungan proyek), menyusun jadwal pemeliharaan/perbaikan, mutasi status dan kondisi aset, serta pelaporan periodik Daftar Inventaris Aset Tetap (DIAT) Unit Kerjanya. Fungsi atau personil pemelihara fasilitas ini ditunjuk oleh Manajer/VP/GM Unit Kerjanya kepada

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2024 08:33
Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Direksi melalui Fungsi Urusan Umum, untuk kemudian ditetapkan dalam Surat Tugas/Surat Keputusan Direksi dalam jangka waktu tertentu.

4.0 DOKUMEN TERKAIT

- ***Informasi Terdokumentasi* (*COP-002)***
- ***Prosedur Inventarisasi, Pengendalian, dan Pengamanan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud (IOP-500)***
- ***Panduan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan (IOG-501*)**

5.0 PROSEDUR / ISI

Setiap pejabat struktural dan Fungsi Pemelihara Fasilitas bertanggung jawab terhadap :

- Penanganan dan pengoperasian alat ukur dan alat pantau di unit kerjanya masing-masing untuk mencegah salah penggunaan atau pengoperasian.
- Pengendalian alat ukur dan alat pantau di unit kerjanya masing-masing untuk mencegah kerusakan dan perubahan karakteristik, fungsi atau dimensi.

Alat ukur harus dikalibrasi dan alat pantau harus diverifikasi sesuai dengan rencana kegiatan pada tahun berjalan.

5.1 Identifikasi dan Pendataan Alat Ukur dan Alat Pantau

Proses identifikasi dan Pendataan alat ukur dan alat pantau dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Fungsi Pemelihara Fasilitas mengidentifikasi dan mendata kondisi alat ukur dan alat pantau di Unit Kerja.
2. Fungsi Pemelihara Fasilitas memberikan label untuk setiap alat ukur dan alat pantau pada bagian yang paling mudah terlihat, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Identitas Label	Peruntukan
1	*OUT OF USE*	Alat ukur dan alat pantau yang tidak digunakan
2	*BROKEN*	Alat ukur dan alat pantau yang kondisinya rusak dan sudah tidak dapat diperbaiki / tidak perlu diperbaiki
3	*UNDER REPAIR*	Alat ukur dan alat pantau yang rusak dan perlu perbaikan
4	*CALIBRATED*	Alat ukur yang kondisinya baik dan sudah terkalibrasi. Pada label ini harus memuat informasi mengenai tanggal, bulan, tahun Kalibrasi, dan paraf pelaksana Kalibrasi

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2024 08:33
Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

5	*UNCALIBRATED*	Alat ukur yang tidak terkalibrasi (memerlukan proses Kalibrasi)
6	*VERIFIED*	Alat pantau yang kondisinya baik dan sudah terverifikasi. Pada label ini harus memuat informasi mengenai tanggal, bulan, tahun Verifikasi, dan paraf pelaksana Verifikasi.
7	*UNVERIFIED*	Alat pantau yang tidak terverifikasi (memerlukan proses Verifikasi)

3. Alat ukur dan alat pantau yang kondisinya rusak dan memerlukan perbaikan (***UNDER REPAIR***), dilakukan perbaikan dengan mengacu pada panduan ***Pemeliharaan Mesin dan Peralatan (IOG-501)***
4. Alat ukur dan alat pantau yang tidak digunakan (***OUT OF USE***) dan tidak ada kemungkinan untuk digunakan lagi, serta alat ukur dan alat pantau yang kondisinya rusak dan sudah tidak dapat diperbaiki/tidak perlu diperbaiki (***BROKEN***) dapat diserahkan ke Fungsi Urusan Umum oleh Fungsi Pemelihara Fasilitas.
   Proses penyerahan alat ukur dan alat pantau ke Fungsi Urusan Umum mengacu pada prosedur ***Inventarisasi, Pengendalian, dan Pengamanan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud (IOP-500)***
5. Fungsi Pemelihara Fasilitas menginformasikan kepada Fungsi Kalibrasi terkait alat ukur yang tidak terkalibrasi (***UNCALIBRATED***) dan alat pantau yang tidak terverifikasi (***UNVERIFIED***), sehingga alat Ukur dan alat pantau tersebut dapat dikarantina oleh Fungsi Kalibrasi dan tidak digunakan di unit kerja.
6. Fungsi Kalibrasi melakukan karantina terhadap alat ukur yang tidak terkalibrasi (***UNCALIBRATED***) dan alat pantau yang tidak terverifikasi (***UNVERIFIED***), dengan cara :
   - Ditarik ke gudang Fungsi Kalibrasi
   - Disegel di tempat semula
7. Fungsi Pemelihara Fasilitas mendokumentasikan hasil identifikasi peralatan ukur dan pantau dengan menggunakan formulir ***Daftar Peralatan Terkalibrasi / Alat Pantau*** (***QFR-026***).

5.2 Penentuan Interval dan Metode Kalibrasi/Verifikasi

Setelah identifikasi dan pendataan alat ukur dan alat pantau, kemudian dilakukan penentuan interval dan metode kalibrasi/verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Fungsi Pemelihara Fasilitas menentukan interval dan metode kalibrasi/verifikasi berdasarkan (namun tidak terbatas) pada data periode *maintenance*/kalibrasi/ verifikasi yang disarankan oleh produsen, frekuensi penggunaan alat, umur alat, catatan pemeliharaan dan kerusakan.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2024 08:33
Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

2. Fungsi Pemelihara Fasilitas menentukan kriteria keberterimaan dari setiap alat ukur dan alat pantau berdasarkan spesifikasi teknis yang diterbitkan oleh produsen.
3. Fungsi Pemelihara Fasilitas mendokumentasikan informasi mengenai interval dan metode kalibrasi/verifikasi serta kriteria keberterimaan alat ukur dan alat pantau dengan menggunakan formulir ***Daftar Peralatan Terkalibrasi / Alat Pantau*** (***QFR-026***) dan ***Riwayat Kalibrasi Alat Ukur*** (***QFR-027***) / ***Riwayat Verifikasi Alat Pantau (QFR-028).***

5.3 Pelaksanaan Kalibrasi/Verifikasi

Setelah penentuan interval dan metode kalibrasi/verifikasi, Fungsi Pemelihara Fasilitas melanjutkan ke proses pelaksanaan kalibrasi/verifikasi. Fungsi Pemelihara Fasilitas harus memastikan setiap alat ukur dan alat pantau yang digunakan berada dalam kondisi baik dan sudah terkalibrasi/terverifikasi (*CALIBRATED / VERIFIED*).

5.3.1 Pelaksanaan Kalibrasi

1. Fungsi Pemelihara Fasilitas sesuai interval dan metode kalibrasi, merencanakan kalibrasi peralatan ukur tanpa mengganggu kontinuitas penggunaan alat.
2. Fungsi Pemelihara Fasilitas mengajukan permintaan kalibrasi kepada Fungsi Kalibrasi sebelum habis masa berlaku kalibrasinya. Selanjutnya, Fungsi Kalibrasi melaksanakan kalibrasi alat ukur.
3. Apabila alat ukur tidak dapat dikalibrasi di internal perusahaan, Fungsi Kalibrasi dapat melakukan kalibrasi di laboratorium penyedia jasa kalibrasi alat ukur atau pihak eksternal.
4. Fungsi Kalibrasi bersama dengan Fungsi Pemelihara Fasilitas memeriksa alat ukur yang telah dikalibrasi masih layak atau tidak.
5. Apabila hasil kalibrasi menyatakan bahwa alat ukur berada dalam kondisi baik, Fungsi Pemelihara Fasilitas memberikan label "***CALIBRATED***", sesuai dengan ketentuan pada sub bab 5.1.
   Apabila hasil kalibrasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada alat ukur, Fungsi Pemelihara Fasilitas memberikan label "***UNDER REPAIR***" sesuai dengan ketentuan pada sub bab 5.1 dan melakukan perbaikan dengan mengacu pada panduan ***Pemeliharaan Mesin dan Peralatan (IOG-501)***. Selanjutnya perlu dilakukan kalibrasi ulang.
6. Berdasarkan hasil kalibrasi, Fungsi Pemelihara Fasilitas memperbaharui dokumen ***Daftar Peralatan Terkalibrasi/Alat Pantau (QFR-026)*** dan mencatat riwayat kalibrasi alat ukur dengan menggunakan formulir ***Riwayat Kalibrasi Alat Ukur*** (***QFR-027***).

5.3.2 Pelaksanaan Verifikasi

1. Fungsi Pemelihara Fasilitas sesuai interval verifikasi, merencanakan verifikasi terhadap alat pantau tanpa mengganggu kontinuitas penggunaan alat.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2024 08:33
Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

2. Sesuai dengan metode yang telah ditentukan, Fungsi Pemelihara Fasilitas melakukan verifikasi alat pantau untuk memeriksa apakah fungsi alat pantau telah sesuai dengan fungsi yang diharapkan.
   Proses verifikasi dapat dilakukan dengan :
   - Menguji alat pantau pada produk yang dianggap sudah terverifikasi baik (*golden reference*). Jika hasil pengujian menunjukkan *golden reference* baik, maka alat pantau dinyatakan masih layak. Jika hasil pengujian menunjukkan *golden reference* tidak baik maka alat pantau dapat dinyatakan tidak layak.
   - Perhitungan alternatif

   Apabila hasil verifikasi menyatakan bahwa alat pantau berada dalam kondisi baik, Fungsi Pemelihara Fasilitas memberikan label "***VERIFIED***", sesuai dengan ketentuan pada sub bab 5.1.
   Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada alat pantau, Fungsi Pemelihara Fasilitas memberikan label "***UNDER REPAIR***" sesuai dengan ketentuan pada sub bab 5.1 dan melakukan perbaikan dengan mengacu pada panduan ***Pemeliharaan Mesin dan Peralatan (IOG-501)***. Selanjutnya perlu dilakukan verifikasi ulang.
3. Berdasarkan hasil verifikasi, Fungsi Pemelihara Fasilitas memperbaharui dokumen ***Daftar Peralatan Terkalibrasi / Alat Pantau (QFR-026)*** dan mencatat riwayat verifikasi alat pantau dengan menggunakan formulir ***Riwayat Verifikasi Alat Pantau*** (***QFR-028***).

5.4 Dokumentasi Hasil Kalibrasi/Verifikasi

1. Fungsi Pemelihara Fasilitas menyimpan dan mengendalikan ***Daftar Peralatan Terkalibrasi / Alat Pantau (QFR-026)***, ***Riwayat Kalibrasi Alat Ukur*** (***QFR-027***), ***Riwayat Verifikasi Alat Pantau*** (***QFR-028***), serta dokumen hasil kalibrasi (Sertifikat Kalibrasi) dengan mengacu pada prosedur ***Informasi Terdokumentasi (COP-002)***.
2. Fungsi Pemelihara Fasilitas juga melaporkan ***Daftar Peralatan Terkalibrasi / Alat Pantau (QFR-026)***, ***Riwayat Kalibrasi Alat Ukur*** (***QFR-027***), ***Riwayat Verifikasi Alat Pantau*** (***QFR-028***) ke Fungsi Kalibrasi.
3. Fungsi Kalibrasi kemudian memperbaharui formulir ***Monitoring Kalibrasi/Verifikasi Alat Ukur/Alat Pantau (QFR-038)*** berdasarkan data/dokumen yang dilaporkan Fungsi Pemelihara Fasilitas. Dengan formulir ini, Fungsi Kalibrasi memonitoring status kalibrasi/verifikasi alat ukur/pantau yang ada di perusahaan.


6.0 FORMULIR TERKAIT

- ***Formulir Daftar Peralatan Terkalibrasi / Alat Pantau (QFR-026)***
- ***Formulir Riwayat Kalibrasi Peralatan (QFR-027)***
- ***Formulir Riwayat Verifikasi Alat Pantau*** (***QFR-028***)
- ***Formulir Monitoring Kalibrasi/Verifikasi Alat Ukur/Alat Pantau (QFR-038)***

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2024 08:33

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

7.0 ALUR PROSES



Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2024 09:33

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).	Business Process Management Quality Assurance
	Oktober 2024

8.0 LAMPIRAN MATRIKS PERUBAHAN

No.	Poin Perubahan	QOP-014 rev 00	QOP-014 rev 01
1	**Lembar Pengesahan**	 • Menggunakan konsep disiapkan, disetujui, dan disahkan • *Business Process Management* bertindak sebagai sebagai ketua tim yang menyiapkan	 • Menggunakan konsep disusun, direvieu, dan disahkan • *Business Process Management* bertindak sebagai yang melakukan revieu
2	**3.0 Definisi**		Penambahan definisi : 3.5 Fungsi Kalibrasi 3.6 Fungsi Pemelihara Fasilitas
3	**4.0 Dokumen Terkait**	Dokumen terkait : • *Pengendalian Rekaman (QOP-802)*	Dokumen terkait diganti dan menyesuaikan dengan dokumen baru, yaitu : • ***Informasi Terdokumentasi (COP-002)*** • ***Prosedur Inventarisasi, Pengendalian, dan Pengamanan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud (IOP-500)*** • ***Panduan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan (MOP-408)***
4	**5.1 Identifikasi dan Pendataan Alat Ukur dan Alat Pantau**	Identifikasi pelabelan hanya menggunakan label "*Out of Use*"	Identifikasi pelabelan ditambah menjadi antara lain *OUT OF USE, BROKEN, UNDER REPAIR, CALIBRATED, UNCALIBRATED, VERIFIED, UNVERIFIED*
5	**5.1 Identifikasi dan Pendataan Alat Ukur dan Alat Pantau**	Terminologi *Out of Use* digunakan untuk alat ukur atau alat pantau rusak atau tidak digunakan	Terminologi *OUT OF USE* digunakan untuk alat ukur atau alat pantau yang tidak digunakan saja
6	**5.1 Identifikasi dan Pendataan Alat Ukur dan Alat Pantau**	Karantina alat ukur yang tidak terkalibrasi dan alat pantau yang tidak	Karantina alat ukur yang tidak terkalibrasi dan alat pantau yang tidak terverifikasi dilakukan dengan cara :

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2024 08:33

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

		terverifikasi dilakukan dengan cara : • Ditarik ke gudang fungsi kalibrasi • Dititipkan ke gudang unit kerja lain • Disegel di tempat semula	• Ditarik ke gudang fungsi kalibrasi • Disegel di tempat semula
7	**5.2 Penentuan Interval dan Metode Kalibrasi/ Verifikasi**		Penambahan proses : • Fungsi Pemelihara Fasilitas menentukan kriteria keberterimaan dari setiap alat ukur dan alat pantau berdasarkan spesifikasi teknis yang diterbitkan oleh produsen.
8	**5.3 Pelaksanaan Kalibrasi/ Verifikasi**		Penambahan proses : • Fungsi Kalibrasi bersama dengan Fungsi Pemelihara Fasilitas memeriksa alat ukur yang telah dikalibrasi masih layak atau tidak.
9	**5.3 Pelaksanaan Kalibrasi/ Verifikasi**		Penambahan proses : Pelabelan alat ukur yang tidak layak setelah dikalibrasi dengan *UNDER REPAIR* dan tindakan yang perlu dilakukan.
	5.4 Dokumentasi Hasil Kalibrasi/ Verifikasi		Penambahan proses : 1. Fungsi Pemelihara Fasilitas juga melaporkan ***Daftar Peralatan Terkalibrasi / Alat Pantau (QFR-026)***, ***Riwayat Kalibrasi Alat Ukur*** (***QFR-027***), ***Riwayat Verifikasi Alat Pantau*** (***QFR-028***) ke Fungsi Kalibrasi. 2. Fungsi Kalibrasi kemudian memperbaharui formulir ***Monitoring Kalibrasi/Verifikasi Alat Ukur/Alat Pantau (QFR-038)*** berdasarkan data/dokumen

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2024 08:33

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

			yang dilaporkan Fungsi Pemelihara Fasilitas.
10	**6.0 Formulir Terkait**	Formulir terkait : • ***Daftar Peralatan Terkalibrasi / Alat Pantau (QFR-026)*** • ***Riwayat Kalibrasi Peralatan (QFR-027)*** • ***Riwayat Verifikasi Alat Pantau (QFR-028)*** • *Laporan Hasil Kalibrasi* • *Laporan Hasil Verifikasi*	Laporan Hasil Kalibrasi dan Laporan Hasil Verifikasi tidak digunakan lagi, sehingga formulir terkait menjadi : • ***Daftar Peralatan Terkalibrasi / Alat Pantau (QFR-026)*** • ***Riwayat Kalibrasi Peralatan (QFR-027)*** • ***Riwayat Verifikasi Alat Pantau (QFR-028)*** • ***Formulir Monitoring Kalibrasi/Verifikasi Alat Ukur/Alat Pantau (QFR-038)***
11	**7.0 Alur Proses**		Penambahan proses: • Memperbaiki alat ukur/alat pantau yang rusak sebelum diputuskan diserahkan ke Fungsi Urusan Umum. • Penempelan label "***BROKEN***" pada alat ukur/alat pantau yang rusak. • Penentuan kriteria keberterimaan. • Karantina alat ukur/alat pantau. • Pemeriksaan hasil kalibrasi/verifikasi apakah masih layak atau tidak layak digunakan. • Pelaporan dokumen-dokumen kalibrasi/verifikasi dari Fungsi Pemelihara Fasilitas ke Fungsi Kalibrasi. • Rekapitulasi dokumen-dokumen kalibrasi/verifikasi ke formulir ***Monitoring Kalibrasi/Verifikasi Alat Ukur/Alat Pantau (QFR-038)*** oleh Fungsi Kalibrasi.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2024 09:33

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).