03_Hg_calibration_365.365nm_365.12_at_50_nm_hg_2nm_scan_REAL_FOR_CURVEFIT.dat



Residuals and Effective Uncertainties



$$y(x) = y_{max}\ \exp\left(\frac{-(x-\mu)^2}{2\ \mathrm{sigma}^2}\right) + c + d\ (x - \mu)$$

$c=$ −0.467409	$d=$ 3.26663		
$\sigma_c=$ 0.138052	$\sigma_d=$ 0.540603		
$y_{max}=$ 8.54699	$\mu=$ 365.663	sigma= 0.0698867	
$\sigma_{y_{max}}=$ 0.12678	$\sigma_\mu=$ 0.0010558	$\sigma_{sigma}=$ 0.00154909	Std. deviation= 0.247532