
Cross-remounting calibration transfer — PA1
Calibration fitted on
Tested on
Test A pooled RMSE [N]
test_50
test_51
test_52
test_53
test_54
test_55
test_56
test_57
0.46 0.70 0.56 0.57 0.85 0.60 0.62 0.61
0.45 0.42 0.46 0.43 0.63 0.39 0.38 0.40
0.43 0.55 0.44 0.46 0.62 0.45 0.46 0.37
0.46 0.54 0.55 0.46 0.64 0.48 0.48 0.42
0.51 0.49 0.58 0.45 0.54 0.47 0.46 0.40
0.45 0.52 0.56 0.45 0.61 0.46 0.46 0.38
0.44 0.47 0.48 0.43 0.64 0.42 0.39 0.42
0.52 0.59 0.62 0.51 0.64 0.53 0.55 0.42
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4