



制造商：湖南省永逸科技有限公司
电话：0738-8311968/13907388352
网址：www.foreverelegance.net

地址：湖南省婁底市湘阳街新合作商贸城
传真：0738-8311168
邮件：sales@foreverelegance.net

六极水冷电磁铁出厂检验报告

产品名称：六极电磁铁
出厂单位：湖南省永逸科技有限公司
用户名称：南方科技大学
出厂时间：2022年3月12日
检验仪器：FLUK 8845A 数字万用表、lakeshore 425 高斯计

检验单位：湖南省永逸科技有限公司，就电磁铁进行常规测试和磁场检验，具体检验结果如下：

一、极头和线圈常规常数：

极头编号	极面直径 mm	绕线规格	线包匝数	线包电阻	3A 时极面磁场
1	25	1.0mm	2380	14.01 Ω	211.2mT
2	25	1.0mm	2380	13.89 Ω	210.5mT
3	25	1.0mm	2380	14.28 Ω	210.8mT
4	25	1.0mm	2380	13.85 Ω	211.1mT
5	25	1.0mm	2380	14.02 Ω	209.8mT
6	25	1.0mm	2380	14.22 Ω	209.9mT

二、磁场梯度检测：

名称/距离	-15mm	-10mm	-5mm	0	5mm	10mm	15mm
1, 4 对极	-301.8Gs	-200.4Gs	-100.1Gs	-0.1Gs	100.1Gs	200.3Gs	301.5Gs
2, 5 对极	-301.9Gs	-201.1Gs	-100.2Gs	0.0Gs	100.0Gs	200.8Gs	302.6Gs
3, 6 对极	-302.5Gs	-201.5Gs	-100.5Gs	0.2Gs	100.4Gs	201.2Gs	301.8Gs

注：检测条件为一对极头，磁场方向相反，输入电流为 3A，极间中轴线磁场。

三、其他说明：

电磁铁中间的样品台高度可调，整体可拆卸。

电磁铁所有极头接线方式一样，接线端红接正黑接负时，极头端面为 N 极。

检验人员（签名）：[Signature]

审核人员（签名）：[Signature]

检验单位（盖章）

出厂时间：2022年3月12日