🔬 LABORATORIO DE METROLOGÍA TÉRMICA

ACREDITADO POR INTI - ISO/IEC 17025

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°: TC-NOVUS-2026-0452

📊 CONTROLADOR DE TEMPERATURA - NOVUS N1100

Solicitante:	Laboratorio Farmacéutico GMP
Equipo asociado:	ZULIANA - Blistera tipo zuliana (Código: GMP-PR-BLI-ZUL-01)
Instrumento:	Controlador Digital NOVUS
Modelo:	N1100
Número de Serie:	N1100-2405-8923
Código interno:	CTRL-TEMP-BLI-ZUL-01
Fecha de calibración:	08/04/2026
Próxima calibración:	08/04/2027
Trazabilidad:	INTI - ITS-90

✅ RESULTADO: APROBADO ✅

El instrumento cumple con los requisitos de exactitud establecidos por Normas GMP

📈 Resultados de Medición

Punto de prueba (°C)	Lectura del patrón (°C)	Lectura del instrumento (°C)	Error (°C)	Tolerancia (±°C)	Conforme
180	180.00	180.2	+0.2	0.5	✓ Sí
200	200.00	200.3	+0.3	0.5	✓ Sí
230	230.00	230.1	+0.1	0.5	✓ Sí

🔧 Condiciones Ambientales

Temperatura ambiente	23.5 °C ± 1.0 °C

Humedad relativa	45% HR ± 5%

📋 Patrón utilizado

Descripción	Marca/Modelo	Certificado	Vigencia
Termómetro Pt-100 Clase A	Fluke 1524	PAT-INTI-2025-3321	10/12/2026

Juan Pérez Técnico Calibrador Legajo 1122	María Gómez Supervisora Metrología	Carlos López Gerente de Calidad

Este certificado no puede ser reproducido parcialmente sin autorización. Los resultados se refieren únicamente al instrumento calibrado.
Laboratorio Acreditado INTI - Certificado ISO/IEC 17025 N° AR-0012