TEKNİK ŞARTNAME

Yüksek Saflıkta Helyum

Doküman no: TS-GAZ-HE-01 Tarih: 12.10.2026 Revizyon: 01

1. Konu

Yüksek saflıkta (%99,999) helyum, 50 litre, 9,2 m³ olarak teslim edilir. Gaz, saflık sınıfı 5.0 olacak ve gaz kromatografisi (GC) analizlerine uygun olacaktır.

2. Saflık ve safsızlık

Her sınır ilgili safsızlık için azami değerdir. Safsızlıkların toplamı 10 ppm'i geçmez.

Özellik	İstenen değer
Saflık sınıfı	5.0 · GC analizine uygun
Asgari saflık	Hacimce %99,999 helyum
Tüp ve miktar	50 litre, 9,2 m³
Oksijen	≤ 2 ppm
Azot	≤ 5 ppm
Su	≤ 3 ppm
Hidrojen	≤ 1 ppm
Toplam hidrokarbon	≤ 0,5 ppm
CO + CO_2	≤ 1 ppm

3. Yüklenici

- Yüklenicide ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 belgeleri bulunur.
- Basınçlı gaz tüplerinin periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri için yetkili idareden alınmış yeterlilik belgesi sunulur.
- Bu gazın saflık analizi, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında akredite edilmiş laboratuvarda yapılır. Akreditasyon kapsamı bu gazı içerir ve sertifika TÜRKAK markası taşır. Akreditasyon belgesi sunulur. Bu şart zorunludur.
- Tüpler, dolum yapan firmaya aittir. Başka firmaya ait tüp kabul edilmez.

4. Tüp, sertifika ve kabul

- Tüpler TSE standartlarına göre testli, boyalı, bakımlı ve etiketi tam teslim edilir. Vana TS EN ISO 10297'ye uygundur; çıkış G 5/8" sağ diştir (BS 341 No. 3). UN 1046. Omuz rengi TS EN 1089-3'e uygundur.
- Analiz sertifikası her tüple birlikte, resmi biçimde verilir. Elle yazılmış sertifika, güvenlik bilgi formu ve teslim evrakı kabul edilmez.
- Sertifikada saflık, gaz miktarı, dolum tarihi, analiz tarihi ve seri numarası bulunur. Dolum öncesi boya/etiket, iş değişikliği, vakum ve iç kontrol ile dolum sonrası vana kaçağı, etiket, başlık ve soğuk damga kontrolleri, adı soyadı yazılı yetkili imzası ile gösterilir.
- Güvenlik Bilgi Formu (MSDS/GBF) resmi nüsha olarak verilir. Teslim evrakı, tarafların yetkililerince karşılıklı imzalanır.
- Sertifika değeri tablodaki sınırı aşan veya TÜRKAK akreditasyon şartını karşılamayan tüp değiştirilir.