TEKNİK ŞARTNAME

Yüksek Saflıkta Kuru Hava

Doküman no: TS-GAZ-KH-01 Tarih: 12.10.2026 Revizyon: 01

1. Konu

Yüksek saflıkta kuru hava, 50 litre su hacimli tüpte, 15 °C'de 200 bar dolumla teslim edilir. Gaz, enstrüman ve gaz kromatografisi (GC) uygulamalarına uygun olacaktır. Aynı sınırları sağlayan sentetik hava kabul edilir. Gaz miktarı sertifikada m³ olarak yazılır.

2. Bileşim ve safsızlık

Bileşim hacim yüzdesi, safsızlıklar ise azami değer olarak sertifikada gösterilir.

Özellik	İstenen değer
Oksijen	Hacimce %20,0 – %21,5
Azot	Denge
Su	≤ 5 ppm
Toplam hidrokarbon	≤ 1 ppm
Karbon monoksit	≤ 1 ppm
Karbon dioksit	≤ 1 ppm
Yağ	≤ 0,01 mg/m³

3. Yüklenici

- Yüklenicide ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 belgeleri bulunur.
- Basınçlı gaz tüplerinin periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri için yetkili idareden alınmış yeterlilik belgesi sunulur.
- Bu gazın saflık analizi, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında akredite edilmiş laboratuvarda yapılır. Akreditasyon kapsamı bu gazı içerir ve sertifika TÜRKAK markası taşır. Akreditasyon belgesi sunulur. Bu şart zorunludur.
- Tüpler, dolum yapan firmaya aittir. Başka firmaya ait tüp kabul edilmez.

4. Tüp, sertifika ve kabul

- Tüpler TSE standartlarına göre testli, boyalı, bakımlı ve etiketi tam teslim edilir. Vana TS EN ISO 10297'ye uygundur; çıkış G 5/8" sağ dişlir (BS 341 No. 3). UN 1002. Omuz rengi TS EN 1089-3'e uygundur.
- Analiz sertifikası her tüple birlikte, resmi biçimde verilir. Elle yazılmış sertifika, güvenlik bilgi formu ve teslim evrakı kabul edilmez.
- Sertifikada saflık, gaz miktarı, dolum tarihi, analiz tarihi ve seri numarası bulunur. Dolum öncesi boya/etiket, iş değişikliği, vakum ve iç kontrol ile dolum sonrası vana kaçağı, etiket, başlık ve soğuk damga kontrolleri, adı soyadı yazılı yetkili imzası ile gösterilir.
- Güvenlik Bilgi Formu (MSDS/GBF) resmi nüsha olarak verilir. Teslim evrakı, tarafların yetkililerince karşılıklı imzalanır.
- Sertifika değeri tablodaki sınırı aşan veya TÜRKAK akreditasyon şartını karşılamayan tüp değiştirilir.