TEKNİK ŞARTNAME

Yüksek Saflıkta Azot

Doküman no: TS-GAZ-N2-01 Tarih: 12.10.2026 Revizyon: 00

1. Konu

Bu şartname, tüpte sıkıştırılmış yüksek saflıkta azotun (N_2) teknik şartlarını kapsar. Gaz, saflık sınıfı 5.0 olacaktır.

2. Saflık ve safsızlık

Her sınır ilgili safsızlık için azami değerdir. Safsızlıkların toplamı 10 ppm'i geçmez.

Özellik	İstenen değer
Saflık sınıfı	5.0
Asgari saflık	Hacimce %99,999 azot
Oksijen	≤ 3 ppm
Su	≤ 3 ppm
Hidrojen	≤ 1 ppm
Toplam hidrokarbon	≤ 0,5 ppm
Karbon monoksit	≤ 1 ppm
Karbon dioksit	≤ 1 ppm

3. Tüp, vana ve işaretleme

- Çelik tüp, ADR/TPED onaylı ve pi işaretlidir. Su hacmi siparişte belirtilmedikçe 50 litredir.
- Dolum basıncı 15 °C'de 200 bar'dır. Vana TS EN ISO 10297'ye uygundur.
- Vana çıkışı G 5/8" sağ diştir (BS 341 No. 3). UN 1066.
- Omuz rengi TS EN 1089-3'e uygundur. Etikette gaz adı, 5.0, dolum basıncı, lot ve dolum tarihi bulunur.

4. Belge, muayene ve kabul

- Her tüpün lot numarası ile aynı olan analiz sertifikası teslim edilir. Sertifika saflığı ve tablodaki safsızlıkları ppm olarak gösterir.
- Vana dişi idarenin azot bağlantısına uyar ve bağlantıda görünür kaçak yoktur.
- Sertifika değeri tablodaki sınırı aşan tüp değiştirilir.