TEKNİK ŞARTNAME

Yüksek Saflıkta Hidrojen

Doküman no: TS-GAZ-H2-01 Tarih: 12.10.2026 Revizyon: 00

1. Konu

Bu şartname, tüpte sıkıştırılmış yüksek saflıkta hidrojenin (H_2) teknik şartlarını kapsar. Gaz, saflık sınıfı 5.0 olacaktır. Hidrojen yanıcıdır; etiket, vana dişi ve taşıma bu niteliğe uygun olacaktır.

2. Saflık ve safsızlık

Her sınır ilgili safsızlık için azami değerdir. Safsızlıkların toplamı 10 ppm'i geçmez.

Özellik	İstenen değer
Saflık sınıfı	5.0
Asgari saflık	Hacimce %99,999 hidrojen
Oksijen	≤ 2 ppm
Azot	≤ 5 ppm
Su	≤ 5 ppm
Toplam hidrokarbon	≤ 0,5 ppm
CO + CO_2	≤ 1 ppm

3. Tüp, vana ve işaretleme

- Çelik tüp, ADR/TPED onaylı ve pi işaretlidir. Su hacmi siparişte belirtilmedikçe 50 litredir.
- Dolum basıncı 15 °C'de 200 bar'dır. Vana TS EN ISO 10297'ye uygundur.
- Vana çıkışı W 21,8 × 1/14" sol dişlir (DIN 477 No. 1). UN 1049.
- Omuz rengi TS EN 1089-3'e uygundur. Etikette gaz adı, 5.0, dolum basıncı, lot ve dolum tarihi bulunur.

4. Belge, muayene ve kabul

- Her tüpün lot numarası ile aynı olan analiz sertifikası teslim edilir. Sertifika saflığı ve tablodaki safsızlıkları ppm olarak gösterir.
- Vana sol dişlidir ve bağlantıda görünür kaçak yoktur. Sağ dişli vana kabul edilmez.
- Sertifika değeri tablodaki sınırı aşan tüp değiştirilir.