TEKNİK ŞARTNAME

Yüksek Saflıkta Kuru Hava

Doküman no: TS-GAZ-KH-01 Tarih: 12.10.2026 Revizyon: 00

1. Konu

Bu şartname, tüpte sıkıştırılmış yüksek saflıkta kuru havanın teknik şartlarını kapsar. Enstrüman sınıfı kuru hava veya aynı sınırları sağlayan sentetik hava kabul edilir.

2. Bileşim ve safsızlık

Bileşim hacim yüzdesi, safsızlıklar ise azami değer olarak sertifikada gösterilir.

Özellik	İstenen değer
Oksijen	Hacimce %20,0 – %21,5
Azot	Denge
Su	≤ 5 ppm
Toplam hidrokarbon	≤ 1 ppm
Karbon monoksit	≤ 1 ppm
Karbon dioksit	≤ 1 ppm
Yağ	≤ 0,01 mg/m³

3. Tüp, vana ve işaretleme

- Çelik tüp, ADR/TPED onaylı ve pi işaretlidir. Su hacmi siparişte belirtilmedikçe 50 litredir.
- Dolum basıncı 15 °C'de 200 bar'dır. Vana TS EN ISO 10297'ye uygundur.
- Vana çıkışı G 5/8" sağ diştir (BS 341 No. 3). UN 1002.
- Omuz rengi TS EN 1089-3'e uygundur. Etikette gaz adı, dolum basıncı, lot ve dolum tarihi bulunur.

4. Belge, muayene ve kabul

- Her tüpün lot numarası ile aynı olan analiz sertifikası teslim edilir. Sertifika oksijen oranını ve tablodaki safsızlıkları gösterir.
- Vana dişi idarenin kuru hava bağlantısına uyar ve bağlantıda görünür kaçak yoktur.
- Sertifika değeri tablodaki sınırı aşan tüp değiştirilir.