TEKNİK ŞARTNAME

Karbondioksit Basınç Regülatörü

Doküman no: TS-CO2-REG-01 Tarih: 12.10.2026 Revizyon: 00

1. Konu

Bu şartname, yüksek basınçlı tüpten gaz fazında karbondioksit çekişinde kullanılacak basınç regülatörünün asgari teknik şartlarını kapsar. Cihaz yalnızca karbondioksit hizmetine uygun olacaktır.

2. Standartlar

Regülatör TS EN ISO 2503'e uygun olacaktır. Manometreler TS EN ISO 5171'e uygun ve emniyetli tipte (TS EN 562) olacaktır. Giriş bağlantısı, tüp vanası çıkışı ile TS EN ISO 144-1 kapsamında uyumlu olacaktır.

3. Asgari teknik özellikler

Özellik	İstenen değer
Gaz hizmeti	Karbondioksit (CO_2); yalnızca gaz fazı çekiş
Yapı	Tek kademeli, ağır hizmet tipi
Gövde	Dövme pirinç
Diyafram	Paslanmaz çelik
Sit ve filtre	PTFE sit; sinter filtre ile korunmuş
Azami giriş basıncı	En az 200 bar
Çıkış basıncı	0–10 bar aralığında ayarlanabilir
Manometre	Giriş ve çıkış; bar skalası; kadran çapı en az 50 mm
Basınç emniyeti	Kendiliğinden yerine oturan tahliye tertibatı
Giriş bağlantısı	W 21,8 × 1/14" sağ diş; somun ve nipel dahil
Çıkış bağlantısı	G 3/8" sağ diş; hortum nipeli dahil
Isıtıcı	Sürekli çekiş 1 m³/saat üzerinde ise 230 V elektrikli ısıtıcı

4. İşaretleme ve belgeler

- Gövde üzerinde gaz adı (CO_2), azami giriş basıncı, çıkış aralığı ve uygulanan standart bulunacaktır.
- Türkçe kullanma kılavuzu, TS EN ISO 2503 uygunluk beyanı ve sızdırmazlık testi kaydı teslim edilecektir.

5. Muayene ve kabul

- Giriş dişi, idarenin karbondioksit tüp vanasına takılacaktır. Çıkış sağ diş olacaktır.
- Azami çıkış basıncının %80'inde bağlantılarda bir dakika içinde görünür kaçak bulunmayacaktır.
- Manometreler bar skalalı olacak ve sıfırda sapma göstermeyecektir. Belgesi eksik ürün kabul edilmez.

6. Garanti

İmalat ve malzeme kusurlarına karşı garanti süresi en az 2 yıldır. Sit, filtre, diyafram ve manometre en az 5 yıl süreyle yedek parça olarak temin edilecektir.