TEKNİK ŞARTNAME

Yüksek Saflıkta Oksijen

Doküman no: TS-GAZ-O2-01 Tarih: 12.10.2026 Revizyon: 03

1. Konu

Yüksek saflıkta (%99,999) oksijen, 50 litre su hacimli tüpte teslim edilir. Gaz, saflık sınıfı 5.0 olacaktır. Vana, tüp ve dolum ekipmanı yağsızdır. Stabilite süresi en az 36 aydır. Tablo, üretici uygunluk beyanı veya analiz sertifikası ile gösterilir.

2. Saflık ve safsızlık

Sınırlar, oksijen 5.0 ürün uygunluk beyanındaki azami değerlerdir. Toplam safsızlık 10 ppm'i geçmez.

Özellik	İstenen değer
Saflık sınıfı	5.0
Asgari saflık	Hacimce %99,999 oksijen
Azot	≤ 4 ppm
Argon	≤ 5 ppm
Su	≤ 2 ppm
Metan	≤ 0,1 ppm
Karbon monoksit	≤ 0,2 ppm
Karbon dioksit	≤ 0,2 ppm
Stabilite	En az 36 ay

3. Yüklenici

- Yüklenicide ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 belgeleri bulunur. ISO 9001 kapsamı özel gaz dolumunu içerir.
- Basınçlı gaz tüplerinin periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri için yetkili idareden alınmış yeterlilik belgesi sunulur.
- Bu gazın saflık veya bileşim analizi, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında akredite edilmiş laboratuvarda yapılır. Akreditasyon kapsamı bu gazı içerir ve sertifika TÜRKAK markası taşır. Akreditasyon belgesi sunulur. Bu şart zorunludur.
- Tüpler, dolum yapan firmaya aittir. Başka firmaya ait tüp kabul edilmez.

4. Tüp, sertifika ve kabul

- Tüpler TSE standartlarına göre testli, boyalı, bakımlı ve etiketi tam teslim edilir. Vana TS EN ISO 10297'ye uygundur, yağsızdır; çıkış G 3/4" sağ diştir (DIN 477 No. 9). UN 1072. Omuz rengi TS EN 1089-3'e uygundur.
- Analiz sertifikası her tüple birlikte, resmi biçimde verilir. Elle yazılmış sertifika, güvenlik bilgi formu ve teslim evrakı kabul edilmez.
- Sertifikada saflık veya bileşim, gaz miktarı, dolum tarihi, analiz tarihi, seri numarası, dolum basıncı ve stabilite süresi bulunur. Dolum öncesi boya/etiket, iş değişikliği, vakum ve iç kontrol ile dolum sonrası vana kaçağı, etiket, başlık ve soğuk damga kontrolleri, adı soyadı yazılı yetkili imzası ile gösterilir.
- Güvenlik Bilgi Formu (MSDS/GBF) resmi nüsha olarak verilir. Teslim evrakı, tarafların yetkililerince karşılıklı imzalanır.
- Sertifika, tablodaki her sınır için sayısal sonuç veya sınıra uygunluk gösterir. Sınırı aşan veya TÜRKAK akreditasyon şartını karşılamayan tüp değiştirilir.