TEOSYAL® PURESENSE
ULTRA DEEP

TEOXANE SA
info@teoxane.com

EN - Instructions for use

Only to be administered by appropriately trained healthcare professionals who are qualified or accredited in accordance with national law.

Description

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP is a sterile, transparent, non-pyrogenic, viscoelastic gel made of hyaluronic acid (HA) of non-animal origin and of mean molecular weight higher than 1 million Dalton. It is crosslinked with BDDE (1,4-Butanediol diglycidyl ether), and contains 0.3% by mass of lidocaine hydrochloride, for its anesthetic properties. Each box contains two pre-filled syringes of TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP. For each syringe, the box contains two sterile 25G$^{1''}$ needles and two traceability labels (one to be given to the patient, and one to be kept by the doctor in the patient medical records). The volume of gel in each syringe is indicated on the cardboard box as well on each syringe.

Hyaluronic acid is a major constituent of the ground substance of the dermal extracellular matrix. A genuine molecular sponge, its helicoidal structure enables it to trap up to a thousand times its weight in water. It is widely distributed in cutaneous tissue and hydrates the skin, though its content diminishes with age. As the skin becomes thinner and fragile, initial skin fracture lines appear. TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP creates a volume that corrects wrinkles or facial contours and restores skin hydration.

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP is a biodegradable implant that is progressively resorbed over time. The estimated lifetime of TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP is between 15 and 18 months. The duration of the treatment depends on several factors including skin type, the severity of the wrinkle to be treated, the injection area, the volume injected, the patient's physiology and lifestyle. The injector will decide if a touch-up session may be required for optimal results.

In their aesthetic indications, TEOSYAL® products do not have an intended medical purpose. Therefore, the non-medical benefit of TEOSYAL® devices is understood as clinical performance. Overall, 70 to 100% of patients experienced an aesthetic improvement of the treated area following the injection, based on data collected throughout clinical studies program. In their medical indications, the clinical benefit of TEOSYAL® products is based on patient-reported outcomes measuring satisfaction and well-being following the treatment. Over clinical trials evaluating these indications, patient satisfaction rates were consistently higher than 70% up to six months after the first injection.

Composition

Hyaluronic acid	25 mg/mL
Degree of crosslinking*	< 10%

**Measured by Nuclear Magnetic Resonance (NMR) analysis.*

Other ingredients:

Lidocaine hydrochloride	0.3% by mass
Phosphate buffer pH 7.3	q.s. ad 1.2 mL
BDDE as crosslinking agent	< 1 ppm

Indications

Therapeutic indications of TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP:

Reconstructive surgery, filling of depressions due to scars, reconstruction of volumes lost by lipoatrophy in patient undergoing HIV treatment.

Aesthetic indications of TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP:

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP is indicated for the correction of any deep wrinkles and folds in thick skin areas, for facial contour remodeling in the upper face and lower face (temple, chin, jawline), volume restoration/augmentation and minor tissue ptosis correction in the midface region (nasolabial folds, cheeks, cheekbones).

Lidocaine hydrochloride is a local anesthetic agent designed to reduce the sensation of pain.

Contraindications

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP must not be used in the case of:

- patients having cutaneous disorders, inflammation or infection at or near to the treatment site. Injection procedures can lead to reactivation of latent or subclinical herpes viral infection,
- patients having a known hypersensitivity to hyaluronic acid, with a history of severe allergy or anaphylactic shock,
- patients with autoimmune diseases,
- pregnant, breastfeeding women, or patients less than 18 years old.

Because of the presence of lidocaine, TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP must not be used in the case of:

- **known hypersensitivity to lidocaine and/or amide local anesthetic agents,**
- patients with cardiac diseases and/or undergoing treatment for heart diseases (beta blockers),
- patients with hepatocellular insufficiency and/or undergoing treatment for a liver disease,
- patients suffering from epilepsy or porphyria.

Do not use in combination with other aesthetic procedures (such as peeling, laser treatment or ultrasound-based treatment). Do not inject in the most superficial layer of the skin (epidermis), and in injection depths other than those described in "Dosage and method of administration" section. Do not inject into or close to a blood vessel or close to a nerve.

Do not inject into the periorbital area (eyelid, tear trough, crow's feet).

Do not inject in the glabellar region.

Do not inject in the lips.

Dosage and method of administration

To minimize the risk of potential complications or unsatisfactory results (including facial asymmetry), the product should be used only by well-trained healthcare professionals experienced with injection techniques and knowledgeable about the anatomy and physiology of the injection site and its surroundings. **Additionally, Teoxane provides healthcare professionals with educational contents, please consult www.teoxane.academy.** Prior to treatment, patients must be questioned regarding their past medical history and their current conditions or medication that could affect the procedure and should be informed about the indications, expected outcomes, contraindications, precautions, and potential side effects. The patients' need for pain relief with either local or regional anesthetic agent should be assessed. Areas to be treated must be disinfected with a suitable antiseptic solution. Due to risk of interaction, it is recommended that TEOSYAL® fillers do not come into contact with quaternary ammonium salts (such as benzalkonium chloride).

It is important to use a sterile appropriate needle, depending on the injected indications and/or the injection technique. Suitable needles (from approved suppliers TSK or Terumo) are supplied with the syringe in the box. As an alternative to the needle, a blunt cannula 25G can be used (the compatibility with cannula TSK 25G/50 mm has been verified). When a cannula is used, an entry point is made in the skin with a sharp needle of appropriate size.

Depending on the area to be treated, TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP is injected slowly at variable depths: subcutaneously, or onto the supraperiosteum. If the colour of the needle is visible under the skin during injection, this suggests that the injection might be too superficial. Depending on the corrections to be made and the results sought, one or more treatment sessions/touch-up may be necessary to obtain an optimal result. This should be determined by the healthcare professional in charge of the treatment. It is recommended to use a maximum volume of 6 mL per session (as per pre-clinical and clinical data). The healthcare professional in charge of the treatment will decide on the injection technique, according to the treated area and the volume of product required. Stop the injection well before withdrawing the needle/cannula from the skin to avoid the product flowing out of the treatment site. The treated sites should be carefully massaged to ensure uniform distribution of the product at the corrected sites.

Side effects

The healthcare professional must inform the patient about the potential side effects related to the treatment, which may occur immediately following injection or after a delay. Immediate monitoring of the patient is strongly recommended within 30 minutes after injection, and the healthcare professional must remind the patient to consult a medical professional if side effects do not resolve spontaneously. The healthcare professional should use or prescribe an appropriate treatment in regard to its medical knowledge, patient characteristics and evolution of the symptoms. The most common treatments may include anti-inflammatory drugs, antibiotics, or implant dissolution. Before the treatment, the healthcare professional must instruct the patient to report any new or persisting adverse event described below or not.

The following complications, reported in the clinical literature and/or identified during clinical investigations, are well-known reactions to hyaluronic acid dermal fillers. These include, among others (non-exhaustive list):

- Common treatment reactions (≥1/100) at the injection site, usually mild and self-resolving: pain at the point of injection, tenderness, redness/erythema, bruising/haematomas with potential bleeding and/or blister formation, swelling/oedema, firmness/induration, lumps/bumps (including papules), itching.
- Probable but less common complications (≥1/1,000 and ≤1/100): dyschromia/discoloration, inflammatory reactions (with potential hyperthermia), infection (including localized or generalized infection and abscesses), loss of sensitivity around the injected area or temporary paraesthesia (with potential associated transient movement impairment), risk of allergy (including hypersensitivity, dermatitis allergy, urticaria), nodules (possibly granulomas), implant migration.
- Albeit not detected through TEOXANE's clinical investigations, rare but serious adverse events (≤1/1,000) have been reported in the clinical literature pertaining to HA fillers and identified as part of the post-market surveillance of TEOSYAL® fillers: immediate hypersensitivity reaction up to angioedema or anaphylactic shock, injection in or close to a blood vessel which may lead to embolization, vascular occlusion, ischemia and skin/tissue necrosis. Although extremely rare (about 1/1,000,000), most serious cases of vascular occlusion may lead to temporary or permanent vision impairment, or cerebral ischemia/hemorrhage leading to stroke which can cause death.

The risk of embolization, vascular occlusion, ischemia and skin/tissue necrosis with subsequent vision impairment, cerebral ischemia/hemorrhage or stroke is increased when injected in the nose or in the glabella.

Other non-serious reactions reported to Teoxane (in rates inferior to 1/100,000) and possibly related to the device or procedure including headache/neuralgia, fibrosis, cellulitis, scarring and telangiectasia.

Reporting of side effects

The healthcare professional will inform the product manufacturer (medical@teoxane.com) and/or the product distributor of any side effects within the shortest time possible.

Additionally, if any serious incident occurred in relation to the device, it should be reported without delay to medical@teoxane.com and the national health authority of the country in which the user and/or patient is established.

Precautions for use

Soft tissue filler injection is a medical procedure which involves an inherent risk of infection, like any procedure of this type. It must be carried out in a suitable environment and all the usual precautions must be taken. Due to the absence of data concerning the possible interactions with other filling implants (HA filling implants or other, possibly permanent), the healthcare professional will assess and decide on further injections with other filling implants, depending on the nature and the time of the previous injection.

Prior to treatment, the healthcare professional must take into account the fact that this filling product contains lidocaine.

The patient should be advised:

- not to take high-doses of vitamin E, aspirin, anti-inflammatories or anti-coagulants during the week before the injection session,
- not to use any make-up during the 12 hours following injection,
- to avoid dental treatments, other aesthetic procedures of any type, extended sun exposure, UV rays, and extreme temperatures (intense cold, sauna, hammam, etc.) during the two weeks following the treatment.

If any sign of potential vascular occlusion occurs (skin whitening or marbling, pain, numbness, etc.) at any time during the procedure, the injection should be stopped, and all appropriate actions taken.

Avoid overcorrection.

Sportspeople must be made aware of the fact that this product contains lidocaine which may cause a positive reaction in a drug test.

Precautions for storage and disposal

Store between 2°C and 25°C, away from direct sunlight. Ensure to keep the product in a storage area that does not alter the packaging and make sure there are no visible signs of damage to the packaging before use. Check the expiry date on the product label before use. Do not use after the expiry date, if the packaging is damaged, in case the packaging has been unintentionally opened before use, or if the storage conditions have not been respected. In the event that the content of a syringe shows signs of separation, bubbles and/or appears cloudy, do not use this syringe. At the end of the treatment session, it is essential to discard all remaining unused product. The syringe and the needles are supplied sterile and are not intended to be re-sterilized, and they are intended for single use only. Therefore, do not reuse the syringe nor the needles to avoid any gel deterioration reducing its efficiency (the gel can dry out, hindering its extrusion through a needle), inappropriate behavior of the gel (e.g., generation of a toxic compound), or infectious risk. Safely dispose of used needles/cannula with their protector in appropriate containers to avoid risks of needle-stick injury and/or infection.

An implant card should be given to the patient following the injection. Information to provide to the patient regarding the implanted medical device is available on this website: www.teoxane.com/productinfo.

The Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) will be available on Eudamed (as soon as it is active) at the following website: ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home. The list of harmonized standards and common specifications applied to the device is available in the SSCP. The eIFU is available on the following website: www.teoxane.com/dermal-fillers-ifus. An additional IFU can be provided free of charge on request.

Mounting the needle/cannula on the syringe

For optimum use of TEOSYAL® PureSense products, it is important that the needle/cannula is properly connected to the syringe (see steps below described in diagrams 1 to 5). Stop injection and change the needle/cannula if you feel an obstruction or pressure during the injection. Use the product immediately after opening the package. Do not touch the needle/cannula directly with your hands. When connecting the needle/cannula to a syringe, do not over-tighten, or exert any lateral force.

BG - инструкция за употреба

Да се прилага само от подходящо обучени медицински специалисти, квалифицирани или упълномощени в съответствие с националното законодателство.

Описание

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP е стерилен, прозрачен, непирогенен, вискоеластичен гел, произведен от хиалуронова киселина с неживотински произход и средно молекулно тегло над 1 милион далтона. Той е омрежен с BDDE (1,4-Butanediol diglycidyl ether [1,4-бутандиол диглицидилов етер]) и съдържа 0.3% (от масата) лидокаинов хидрохлорид поради неговите анестетични свойства. Всяка кутия съдържа две предварително напълнени спринцовки TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP. За всяка спринцовка в кутията има две стерилни игли 25G$^{1''}$ и два етикета за проследимост (единият е за пациента, а другият трябва да се пази от лекаря в медицинската документация на пациента). Обемът на гела във всяка спринцовка е посочен на картонената кутия, както и на всяка спринцовка.

Хиалуроновата киселина е главната съставка на основната субстанция на дермалния извънклетъчен матрикс. Тя е истинска молекулярна гъба, като нейната спираловидна структура ѝ позволява да задържа вода до хиляда пъти над собственото ѝ тегло. Широко разпространена е в кожната тъкан и хидратира кожата, въпреки че съдържанието ѝ намалява с възрастта. С изтъняването на кожата тя става по-крехка и по нея се появяват първите линии на разкъсване. TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP създава обем, който коригира бръчките или контурите на лицето и възстановява
 хидратацията на кожата.

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP е биоразградим имплант, който се резорбира постепенно с течение на времето. Изчисленият живот на TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP е между 15 и 18 месеца. Продължителността на процедурата зависи от няколко фактора, включително типа на кожата, дълбочината на бръчката, която ще бъде третирана, областта на инжектиране, инжектирания обем, физиологията на пациента и неговия начин на живот. Специалистът, който извършва процедурата, ще реши дали може да се наложи освежаваща сесия за оптимални резултати.

При показанията им за естетични цели продуктите TEOSYAL® не са предназначени за медицинска цел. Следователно немедицинската полза от изделията TEOSYAL® се разбира като клинично действие. Като цяло 70 до 100% от пациентите получават естетично подобрение на третираната област след инжектиране, на базата на данни, събрани през цялото време на програмата за клинични проучвания. При медицинските им показания клиничната полза от продуктите TEOSYAL® се основава на съобщаваните от пациентите резултати, с които се измерва удовлетвореността и благосъстоянието след процедурата. В хода на клиничните изпитвания за оценка на тези показания честотата на удовлетвореност на пациентите остава непроменена и е по-висока от 70% до шест месеца след първата процедура.

Състав

Хиалуронова киселина	25 мг/мл
Степен на омрежване*	< 10%

**Измерена чрез анализ с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР).*

Други съставки:

Лидокаинов хидрохлорид	0.3% от масата
Фосфатен буфер pH 7.3	колкото е необходимо до 1.2 мл
BDDE като омрежващ агент	< 1 ppm

Показания

Терапевтични показания на TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP:

Реконструктивна хирургия, запълване на хлътвания, дължащи се на белези, реконструкция на загуба на обем в резултат на липоатрофия при пациенти, подложени на лечение за ХИВ.

Показания на TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP за естетични цели:

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP е показан за корекция на дълбоки бръчки и гънки в области с дебела кожа, за ремоделиране на лицевия контур в горната и в долната част на лицето (слепоочие, брадичка, линия на челюстта), възстановяване/увеличаване на обема и корекция на незначителна птоза на тъканите в средната част на лицето (назолабиални гънки, бузи, скули).

Лидокаинов хидрохлорид е локално анестетично средство, предназначено за намаляване на усещането за болка.

Противопоказания

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP не трябва да се прилага при:

- пациенти с кожни заболявания, възпаление или инфекция на мястото на третиране или близо до него. Процедурите по инжектирането могат да доведат до реактивиране на латентна или субклинична херпес вирусна инфекция;
- пациенти с известна свръхчувствителност към хиалуронова киселина, с анамнеза за тежка алергия или анафилактичен шок;
- пациенти с автоимунни заболявания;
- бременни, кърмещи жени или пациенти на възраст под 18 години.

Поради наличието на лидокаин TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP не трябва да се прилага при:

- **известна свръхчувствителност към лидокаин и/или амидни локални анестетични средства;**
- пациенти със сърдечни заболявания и/или подложени на лечение за сърдечни заболявания (бета-блокери);
- пациенти с хепатоцелуларна недостатъчност и/или подложени на лечение за чернодробно заболяване;
- пациенти, страдащи от епилепсия или порфирия.

Да не се използва в комбинация с други естетични процедури (като пилинг, лазерна или ултразвукова процедура). Да не се инжектира в най-повърхностния слой на кожата (епидермиса) и при дълбочина на инжектиране, различна от описаните в раздел „Дозировка и начин на приложение". Да не се инжектира във или близо до кръвоносен съд, или близо до нерв.

Да не се инжектира в периорбиталната област (клепач, долина на сълзите, пачи крак).

Да не се инжектира в глабеларната област.

Да не се инжектира в устните.

Дозировка и начин на приложение

За да се сведе до минимум рискът от потенциални усложнения или незадоволителни резултати (включително лицева асиметрия), продуктът трябва да се използва само от добре обучени медицински специалисти с опит в техниките на инжектиране и добре запознати с анатомията и физиологията на мястото на инжектиране и заобикалящите го зони. **Освен това Teoxane предоставя на медицинските специалисти обучително съдържание. Моля, консултирайте се с www.teoxane.academy.** Преди процедурата от пациентите трябва да се снеме анамнеза за минали и настоящи заболявания или лекарства, които биха могли да окажат влияние върху процедурата, и те трябва да бъдат информирани за показанията, очакваните резултати, противопоказанията, предпазните мерки и потенциалните странични ефекти. Трябва да се оцени нуждата на пациентите от облекчаване на болката с локално или регионално анестетично средство. Зоните, които ще бъдат третирани, трябва да се дезинфектират с подходящ антисептичен разтвор. Поради риск от взаимодействие се препоръчва филърите TEOSYAL® да не влизат в контакт с четвъртични амониеви соли (като бензалкониев хлорид).

Важно е да се използва подходяща стерилна игла в зависимост от показанията за инжектиране и/или инжекционната техника. Подходящи игли (от одобрените доставчици TSK или Terumo) са доставени със спринцовката в кутията. Като алтернатива на иглата може да се използва тъпа канюла 25G (съвместимостта с канюла TSK 25G/50 mm е верифицирана). Когато се използва канюла, в кожата се прави входна точка с остра игла с подходящ размер.

В зависимост от третираната зона TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP се инжектира бавно на различна дълбочина: подкожно или супрапериостално. Ако цветът на иглата се вижда под кожата по време на инжектиране, това предполага, че инжектирането може да е твърде повърхностно. В зависимост от корекциите, които трябва да се направят, както и от търсените резултати, може да са необходими една или повече сесии на процедурата/освежаване, за да се постигне оптимален резултат. Това трябва да се определи от медицинския специалист, отговарящ за процедурата. Препоръчва се да се използва максимален обем 6 мл за една сесия (според предклиничните и клиничните данни). Медицинският специалист, отговарящ за процедурата, ще вземе решение за техниката на инжектиране в зависимост от третираната зона и нужния обем от продукта. Спрете инжектирането доста преди да изтеглите иглата/канюлата от кожата, за да избегнете изтичане на продукта от мястото на третиране. Третираните места трябва да се масажират внимателно, за да се осигури равномерно разпределение на продукта на коригираните места.

Странични ефекти

Медицинският специалист трябва да информира пациента за потенциалните странични ефекти, свързани с процедурата, които могат да възникнат веднага след инжектиране или с известно забавяне. Силно се препоръчва наблюдение на пациента в рамките на 30 минути непосредствено след инжектиране и медицинският специалист трябва да напомни на пациента да се консултира с медицинско лице, ако страничните ефекти не отшумят спонтанно. Медицинският специалист трябва да използва или предпише подходящо лечение в зависимост от медицинските си познания, характеристиките на пациента и развитието на симптомите. Най-често срещаните лечения може да включват противовъзпалителни лекарства, антибиотици или разтваряне на импланта. Преди процедурата медицинският специалист трябва да инструктира пациента да докладва всяко ново или продължително нежелано събитие, описано или не по-долу.

Следните усложнения, съобщени в клиничната литература и/или установени по време на клиничните изпитвания, са добре известни реакции към дермални филъри, съдържащи хиалуронова киселина. Те включват, наред с останалите (непълен списък):

- Чести реакции от процедурата (≥1/100) на мястото на инжектиране, обикновено леки и отшумяващи от само
  себе си: болка на мястото на инжектиране, чувствителност, зачервяване/еритем, кръвонасядане/хематоми с възможно кървене и/или образуване на мехури, подуване/едем, втвърдяване/индурация, бучки/подутини (включително папули), сърбеж.
- Вероятни, но не толкова чести усложнения (≥1/1 000 и ≤1/100): дисхромия/промяна в цвета, възпалителни реакции (с възможна хипертермия), инфекция (включително локализирана или генерализирана инфекция и абсцеси), загуба на чувствителност около инжектираната област или временна парестезия (с възможно свързано преходно двигателно нарушение), риск от алергия (включително свръхчувствителност, алергичен дерматит, уртикария), нодули (възможни грануломи), миграция на импланта.
- Въпреки че не са открити чрез клинични изпитвания на TEOXANE, в клиничната литература има съобщения за редки, но сериозни нежелани събития (≤1/1 000) във връзка с филъри с хиалуронова киселина, установени като част от надзора след пускане на пазара на филъри TEOSYAL®: незабавна реакция на свръхчувствителност до ангиоедем или анафилактичен шок, инжектиране във или близо до кръвоносен съд, което може да доведе до емболизация, съдова оклузия, исхемия и кожна/тъканна некроза. Макар и изключително редки (около 1/1 000 000), най-сериозните случаи на съдова оклузия може да доведат до временно или трайно увреждане на зрението или мозъчна исхемия/хеморагия, водеща до инсулт, който може да причини смърт.

Рискът от емболизация, съдова оклузия, исхемия и кожна/тъканна некроза с последващо увреждане на зрението, мозъчна исхемия/хеморагия или инсулт се увеличава при инжектиране в носа или в глабелата.

Други несериозни реакции, съобщени на Teoxane (с честота под 1/100 000) и вероятно свързани с изделието или процедурата, включващи главоболие/невралгия, фиброза, целулит, образуване на белези и телангиектазия.

Съобщаване на странични ефекти

Медицинският специалист ще информира производителя (medical@teoxane.com) и/или дистрибутора на продукта за всякакви странични ефекти възможно най-бързо.

Освен това, ако възникне сериозен инцидент във връзка с изделието, това трябва да бъде съобщено незабавно на medical@teoxane.com и на националния здравен орган на държавата, в която е установен потребителят и/или пациентът.

Предпазни мерки при употреба

Инжектирането на филър в мека тъкан е медицинска процедура, която включва присъщ риск от инфекция, като всяка процедура от този тип. Трябва да се извършва в подходяща среда и да се вземат всички обичайни предпазни мерки. Поради липсата на данни относно възможните взаимодействия с други запълващи импланти (запълващи импланти с хиалуронова киселина или други, евентуално постоянни импланти), медицинският специалист ще направи оценка и ще вземе решение за допълнителни инжекции с други запълващи импланти в зависимост от естеството и времето на предишната процедура.

Преди процедурата медицинският специалист трябва да вземе предвид факта, че този филър съдържа лидокаин.

Пациентът трябва да бъде посъветван:

- да не приема високи дози витамин Е, аспирин, противовъзпалителни средства или антикоагуланти през седмицата преди инжекционната сесия;
- да не използва грим 12 часа след инжектиране;
- да избягва стоматологични процедури, други естетични процедури от всякакъв тип, продължително излагане на слънце, UV лъчи и екстремни температури (силен студ, сауна, хамам и др.) две седмици след процедурата.

Ако се появи признак на потенциална съдова оклузия (побеляване на кожата или мраморна кожа, болка, изтръпване и т.н.) по всяко време на процедурата, инжектирането трябва да бъде спряно и трябва да се предприемат всички подходящи действия.

Избягвайте свръхкорекция.

Спортистите трябва да са наясно с факта, че този продукт съдържа лидокаин, който може да стане причина за положителна реакция при тест за наркотици.

Предпазни мерки при съхранение и изхвърляне

Да се съхранява между 2°C и 25°C далеч от пряка слънчева светлина. Осигурете съхранение на продукта в складова зона, където няма да настъпят промени в опаковката, и преди употреба се уверете, че няма видими признаци на увреждане на опаковката. Преди употреба проверете срока на годност върху етикета на продукта. Да не се използва след изтичане на срока на годност, ако опаковката е повредена, в случай че опаковката е била отворена неволно преди употреба или ако условията на съхранение не са спазени. В случай че съдържанието на спринцовката показва признаци на разделяне, мехурчета и/или изглежда мътно, не използвайте тази спринцовка. В края на процедурата е от съществено значение да се изхвърлят всички останали неизползвани продукти. Спринцовката и иглите се доставят стерилни и не са предназначени за повторна стерилизация, а са само за еднократна употреба. Поради това не използвайте повторно нито спринцовката, нито иглите, за да избегнете влошаване на качествата на гела, намаляващо неговата ефикасност (гелът може да изсъхне, което ще попречи на избутването му през иглата), неподходящо поведение на гела (напр. образуване на токсично съединение) или риск от инфекция. Изхвърляйте по безопасен начин използваните игли/канюли с техния протектор в подходящи контейнери, за да избегнете рискове от нараняване и/или инфекция в резултат на убождане с игла.

След инжектиране на пациента трябва да се даде карта за импланта. Информацията, която трябва да се предостави на пациента относно имплантираното медицинско изделие, е налична на този уебсайт: www.teoxane.com/productinfo.

Резюмето за безопасността и клиничното действие (Summary of Safety and Clinical Performance, SSCP) ще бъде налично в Eudamed (European database on medical devices [Европейската база данни за медицинските изделия]) (веднага щом стане активно) на следния уебсайт: ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home. Списъкът с хармонизирани стандарти и общи спецификации, приложени към изделието, е наличен в SSCP. Електронна инструкция за употреба е налична на следния уебсайт: www.teoxane.com/dermal-fillers-ifus. Допълнителна инструкция за употреба може да бъде предоставена безплатно при поискване.

Поставяне на иглата/канюлата върху спринцовката

За оптимална употреба на продуктите TEOSYAL® PureSense е важно иглата/канюлата да е правилно свързана със спринцовката (вижте стъпките по-долу, описани в диаграми 1 до 5). Спрете инжектирането и сменете иглата/канюлата, ако усетите запушване или натиск по време на инжектиране. Използвайте продукта веднага след отваряне на опаковката. Не докосвайте иглата/канюлата директно с ръце. Когато свързвате иглата/канюлата със спринцовката, не пренатягайте и не упражнявайте никакъв страничен натиск.

CS - Návod k použití

Tento přípravek mohou aplikovat pouze řádně proškolení zdravotničtí pracovníci, kteří jsou kvalifikovaní nebo akreditovaní v souladu s vnitrostátními zákony.

Popis

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP je sterilní, transparentní, nepyrogenní, viskoelastický gel vyrobený z kyseliny hyaluronové (Hyaluronic Acid, HA) neživočišného původu a průměrné molekulové hmotnosti vyšší než 1 milion Daltonů. Je zesíťován s BDDE (1,4-butandiol diglycidyl ether) a kvůli jeho anestetickým vlastnostem obsahuje 0.3 hmotn. % lidokain hydrochloridu. Každá krabička obsahuje dvě předplněné injekční stříkačky přípravku TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP. Ke každé injekční stříkačce jsou v krabičce dvě sterilní jehly 25 G / 25 mm a dva štítky pro sledovatelnost (jeden náleží pacientovi a druhý bude lékař uchovávat ve zdravotní dokumentaci pacienta). Objem gelu v každé injekční stříkačce je uveden na krabičce i na každé injekční stříkačce.

Kyselina hyaluronová je hlavní složkou základní látky dermální extracelulární matrix. Originální molekulární houbička, jejíž helikoidální struktura jí umožňuje zachytit ve vodě až tisícnásobek její hmotnosti. Je široce distribuována do kožní tkáně a hydratuje pokožku, i když její obsah s věkem klesá. Jakmile je kůže tenčí a křehčí, objeví se prvotní známky
 popraskané kůže. Přípravek TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP vytváří objem, který koriguje vrásky nebo kontury obličeje a obnovuje hydrataci pokožky.

Přípravek TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP je biologicky rozložitelný implantát, který se postupně resorbuje. Odhadovaná životnost implantátu TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP je 15 až 18 měsíců. Délka ošetření závisí na několika faktorech, včetně typu pokožky, závažnosti ošetřované vrásky, oblasti vpichu, injekčně aplikovaného objemu, jakož i fyziologických faktorů a životního stylu pacienta. Osoba aplikující injekci rozhodne, zda může být pro dosažení optimálních výsledků nutné provést retušování.

V estetických indikacích neexistuje u přípravků TEOSYAL® zamýšlený lékařský účel. Proto se nelékařský přínos přípravků TEOSYAL® považuje za klinickou účinnost. Podle údajů shromážděných v rámci programu klinických studií došlo celkově u 70 až 100 % pacientů po injekci k estetickému zlepšení ošetřované oblasti. Ve zdravotních indikacích je klinický přínos přípravků TEOSYAL® založen na dotazníku výsledků hlášených pacientem, kterým se měří spokojenost a dobrý pocit po ošetření. Během klinických studií hodnotících tyto indikace byla míra spokojenosti pacientů až šest měsíců po první injekční aplikaci trvale vyšší než 70 %.

Složení

Kyselina hyaluronová	25 mg/mL
Stupeň zesíťování*	< 10 %

**Měřeno pomocí analýzy nukleární magnetické rezonance (NMR).*

Další složky:

Lidokain hydrochlorid	0.3 hmotn. %
Fosfátový pufr pH 7.3	q.s. ad 1.2 mL
BDDE jako činidlo pro zesíťování	< 1 ppm

Indikace

Terapeutické indikace přípravku TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP:

Rekonstrukční operace, vyplnění prohlubní vzniklých v důsledku jizev, rekonstrukce objemů ztracených v důsledku lipoatrofie u pacienta podstupujícího léčbu HIV.

Estetické indikace přípravku TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP:

Přípravek TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP je indikován ke korekci jakýchkoli hlubokých vrásek a záhybů v silných částech pokožky, k remodelaci obličejových kontur v horní a dolní části obličeje (spánky, brada, čelist), obnovení/augmentaci objemu a k menší korekci tkáňové ptózy ve střední části obličeje (nasolabiální záhyby, tváře, lícní kosti).

Lidokain hydrochlorid je lokální anestetikum určené ke zmírnění bolestivosti.

Kontraindikace

Přípravek TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP se nesmí používat v následujících případech:

- u pacientů s kožními poruchami, zánětem nebo infekcí v místě ošetření nebo v jeho blízkosti. Injekční postupy mohou vést k reaktivaci latentní nebo subklinické infekce herpes virem,
- u pacientů se známou přecitlivělostí na kyselinu hyaluronovou, se závažnou alergií nebo anafylaktickým šokem v anamnéze,
- u pacientů s autoimunitními onemocněními,
- u těhotných, kojících žen nebo pacientů mladších 18 let.

Z důvodu přítomnosti lidokainu se přípravek TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP nesmí používat v následujících případech:

- **známá hypersenzitivita na lidokain a/nebo amidová lokální anestetika,**
- u pacientů se srdečními onemocněními a/nebo podstupujících léčbu srdečního onemocnění (betablokátory),
- u pacientů s hepatocelulární insuficiencí a/nebo podstupujících léčbu jaterního onemocnění,
- u pacientů trpících epilepsií nebo porfyrií.

Nepoužívejte v kombinaci s jinými estetickými zákroky (jako je peeling, laserové ošetření nebo ultrazvukové ošetření). Neaplikujte injekci do nejvrchnější vrstvy kůže (epidermis) a do jiné injekční hloubky, než je uvedeno v části „Dávkování a způsob podání". Neaplikujte injekci do krevní cévy ani do její blízkosti nebo do blízkosti nervu.

Neaplikujte injekci do periorbitální oblasti (oční víčko, kruhy pod očima, oční vrásky).

Neaplikujte injekci do oblasti glabely.

Neaplikujte injekci do rtů.

Dávkování a způsob podání

Aby se minimalizovalo riziko možných komplikací nebo neuspokojivých výsledků (včetně obličejové asymetrie), přípravek by měli používat pouze dobře vyškolení zdravotničtí pracovníci, kteří mají zkušenosti s injekčními technikami a jsou obeznámeni s anatomií a fyziologií místa vpichu a jeho okolí. **Společnost Teoxane navíc poskytuje zdravotnickým pracovníkům vzdělávací materiály, viz www.teoxane.academy.** Před ošetřením je nutné se pacientů dotázat na anamnézu a aktuální zdravotní stav nebo léky, které by mohly zákrok ovlivnit. Pacienty je nutno informovat o indikacích, očekávaných výsledcích, kontraindikacích, bezpečnostních upozorněních a možných vedlejších účincích. Je nutno posoudit potřebu zmírnění bolesti pacientů pomocí lokálního nebo regionálního anestetika. Oblasti, které mají být ošetřeny, je nutno dezinfikovat vhodným antiseptickým roztokem. Vzhledem k riziku interakce se doporučuje, aby výplně TEOSYAL® nepřišly do styku s kvartérními amonnými solemi (jako je benzalkoniumchlorid).

Podle indikace pro injekční aplikaci a/nebo injekční techniky je důležité použít vhodnou sterilní jehlu. Vhodné jehly (od schválených dodavatelů, výrobců TSK nebo Terumo) se dodávají v krabičce společně se stříkačkou. Jako alternativu k jehle lze použít tupou kanylu 25 G (byla ověřena kompatibilita s kanylou TSK 25 G / 50 mm). Při použití kanyly se pomocí ostré jehly vhodné velikosti vytvoří vstupní otvor do kůže.

Podle ošetřované oblasti se přípravek TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP vstřikuje pomalu do různé hloubky: subkutánně nebo do supraperiostea. Pokud je barva jehly při injekci pod kůží viditelná, značí to, že injekční aplikace může být příliš povrchová. Dle prováděných korekcí a požadovaných výsledků může být k dosažení optimálního výsledku nutno provést jedno nebo více ošetření/retušování. O tom rozhodne zdravotnický pracovník odpovědný za ošetření. Doporučuje se použít maximální objem 6 mL na jedno ošetření (podle preklinických a klinických údajů). Zdravotnický pracovník odpovědný za ošetření rozhodne o injekční technice podle ošetřované oblasti a požadovaného objemu přípravku. Před vytažením jehly/kanyly z kůže injekci řádně ukončete, aby nedošlo k vytékání přípravku z místa ošetření. Ošetřená místa pečlivě promasírujte, aby byla zajištěna rovnoměrná distribuce přípravku v místě korekce.

Vedlejší účinky

Zdravotnický pracovník musí pacienta informovat o možných vedlejších účincích souvisejících s ošetřením, které se mohou vyskytnout bezprostředně po injekci nebo později. Bezprostřední sledování pacienta se důrazně doporučuje po dobu 30 minut po injekci. Zdravotnický pracovník musí pacientovi připomenout, aby se poradil s lékařem, pokud vedlejší účinky neodezní spontánně. Zdravotnický pracovník by měl používat nebo předepisovat vhodnou léčbu s ohledem na své lékařské znalosti, charakteristiku pacienta a vývoj příznaků. Mezi nejběžnější způsoby léčby patří protizánětlivé léky, antibiotika nebo rozpuštění implantátu. Před ošetřením musí zdravotnický pracovník pacienta poučit, aby hlásil jakoukoli novou nebo přetrvávající nežádoucí příhodu popsanou nebo nepopsanou níže.

Následující komplikace uváděné v klinické literatuře a/nebo identifikované během klinických hodnocení jsou dobře známé reakce na dermální výplně s kyselinou hyaluronovou. Patří mezi ně mimo jiné (výčet není úplný):

- Časté reakce na ošetření (≥ 1/100) v místě vpichu, obvykle mírné, které samy odezní: bolest v místě vpichu, citlivost, zarudnutí/erytém, podlitina/hematom s případným krvácením a/nebo tvorba puchýřů, otok/edém, zatvrdnutí/indurace, bulky/hrbolky (včetně papul), svědění.
- Pravděpodobné, ale méně časté komplikace (≥ 1/1 000 a ≤ 1/100): dyschromie / změna zbarvení kůže, zánětlivé reakce (s potenciální hypertermií), infekce (včetně lokalizované nebo generalizované infekce a abscesů), ztráta citlivosti v okolí místa vpichu nebo dočasná parestézie (s potenciálním souvisejícím přechodným zhoršením pohybu), riziko alergie (včetně hypersenzitivity, dermatitidy, kopřivky), noduly (možné granulomy), migrace implantátu.
- Ačkoli v klinických studiích společnosti TEOXANE zjištěny nebyly, byly v klinické literatuře hlášeny vzácné, ale závažné nežádoucí příhody (≤ 1/1 000) týkající se výplní s HA a byly identifikovány v rámci sledování výplní TEOSYAL® po uvedení na trh: okamžitá hypersenzitivní reakce až angioedém nebo anafylaktický šok, injekce do krevní cévy nebo v její blízkosti, což může vést k embolizaci, okluzi cévy, ischemii a nekróze kůže/tkáně. I když je to extrémně vzácné (asi 1/1 000 000),
  nejzávažnější případy cévní okluze mohou způsobit dočasné nebo trvalé poškození zraku nebo mozkovou ischemii / krvácení do mozku vedoucí k náhlé mozkové příhodě, která může mít za následek úmrtí.

Riziko embolizace, vaskulární okluze, ischemie a nekrózy kůže/tkáně s následným zhoršením zraku, mozkovou ischémií/hemoragií nebo cévní mozkovou příhodou se zvyšuje při aplikaci injekcí do nosu nebo do glabely.

Další nezávažné reakce hlášené společnosti Teoxane (v míře nižší než 1/100 000) a možná související s tímto prostředkem nebo zákrokem, včetně bolesti hlavy / neuralgie, fibrózy, celulitidy, zjizvení a teleangiektazie.

Hlášení vedlejších účinků

Zdravotnický pracovník bude v co nejkratší době informovat výrobce (medical@teoxane.com) a/nebo distributora přípravku o případných vedlejších účincích.

Dále, pokud v souvislosti s prostředkem dojde k jakékoli závažné nežádoucí příhodě, je nutno ji neprodleně nahlásit na adrese medical@teoxane.com a vnitrostátnímu zdravotnímu orgánu země, ve které má uživatel a/nebo pacient bydliště.

Bezpečnostní opatření při použití

Injekční výplň měkkých tkání je lékařský zákrok, který s sebou nese inherentní riziko infekce, jako je tomu u jakéhokoli jiného zákroku tohoto typu. Musí se provádět ve vhodném prostředí a je nutno dodržovat veškerá obvyklá bezpečnostní opatření. Vzhledem k absenci údajů týkajících se možných interakcí s jinými výplňovými implantáty (výplňovými implantáty s HA nebo jinými, případně trvalými) posoudí zdravotnický pracovník možnost dalších injekcí s jinými výplňovými implantáty a rozhodne o nich v závislosti na povaze a čase předchozí injekce.

Před ošetřením musí zdravotnický pracovník zvážit skutečnost, že tento výplňový prostředek obsahuje lidokain.

Pacienta je nutno poučit, že:

- nemá užívat vysoké dávky vitamínu E, aspirinu, protizánětlivých léků nebo antikoagulantů v období jednoho týdne před injekcí,
- nemá používat make-up během 12 hodin po injekci,
- nemá podstupovat stomatologické ošetření, jiné estetické zákroky jakéhokoli typu, vystavovat se po delší dobu slunci, UV záření a extrémním teplotám (intenzivní chlad, sauna, parní lázeň atd.) v období dvou týdnů po ošetření.

Pokud se kdykoli během zákroku objeví jakékoli známky možné cévní okluze (zbělení nebo mramorování kůže, bolest, necitlivost atd.), musí se injekční aplikace ukončit a musí se přijmout všechna vhodná opatření.

Neprovádějte nadměrnou korekci.

Sportovci si musí být vědomi skutečnosti, že tento přípravek obsahuje lidokain, který může vyvolat pozitivní reakci v testu na přítomnost drog.

Bezpečnostní opatření při skladování a likvidaci

Uchovávejte při teplotě 2 °C až 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Výrobek uchovávejte ve skladovacím prostoru, který nezpůsobí změny na obalu. Před použitím se ujistěte, že na obalu nejsou viditelné známky poškození. Před použitím zkontrolujte datum použitelnosti na štítku přípravku. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, pokud je obal poškozený, pokud byl před použitím neúmyslně otevřen nebo pokud nebyly dodrženy skladovací podmínky. V případě, že obsah stříkačky vykazuje známky oddělení jednotlivých složek, jsou viditelné bublinky a/nebo se přípravek jeví zakalený, tuto stříkačku nepoužívejte. Na konci ošetření je nezbytné zlikvidovat veškerý zbylý nepoužitý přípravek. Stříkačka a jehly se dodávají sterilní, nejsou určeny k opakované sterilizaci a jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Proto injekční stříkačku ani jehly nepoužívejte opakovaně, aby nedošlo ke zhoršení účinnosti gelu (gel může vyschnout a pak hůře prochází jehlou), nesprávnému chování gelu (např. vytvoření toxické sloučeniny) nebo riziku infekce. Použité jehly nebo kanylu bezpečně zlikvidujte spolu s jejich ochrannou krytkou: vyhoďte je do vhodných nádob, aby se zabránilo riziku poranění jehlou a/nebo infekci.

Po injekční aplikaci je nutno pacientovi vydat kartu s informacemi o implantátu. Informace, které mají být předány pacientovi v souvislosti s implantovaným zdravotnickým prostředkem, jsou k dispozici na těchto webových stránkách: www.teoxane.com/productinfo.

Souhrn údajů o bezpečnosti a klinické funkci (Summary of Safety and Clinical Performance, SSCP) bude k dispozici v systému Eudamed (jakmile bude aktivní) na následující webové stránce: ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home. Výčet harmonizovaných norem a společných specifikací použitých u tohoto prostředku je k dispozici v souhrnu SSCP. Elektronický návod k použití (electronic Instructions for Use, eIFU) je k dispozici na následujících webových stránkách: www.teoxane.com/dermal-fillers-ifus. Další návod k použití (Instructions for Use, IFU) lze poskytnout zdarma na vyžádání.

Nasazení jehly/kanyly na stříkačku

Pro optimální použití přípravků TEOSYAL® PureSense je důležité, aby jehla/kanyla byla správně nasazena na stříkačku (viz kroky popsané níže na obrázcích 1 až 5). Pokud během injekční aplikace pocítíte překážku nebo tlak, přerušte aplikaci injekce a jehlu/kanylu vyměňte. Přípravek použijte bezprostředně po otevření obalu. Nedotýkejte se jehly/kanyly přímo rukama. Při nasazování jehly/kanyly na stříkačku ji neutahujte nadměrnou silou ani nevyvíjejte žádnou sílu ze strany.

DA - Brugsanvisning

Må kun administreres af passende uddannet sundhedspersoner, der er kvalificeret eller akkrediteret i overensstemmelse med national lovgivning.

Beskrivelse

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP er en steril, transparent, ikke-pyrogen, viskoelastisk gel fremstillet af hyaluronsyre (HA) af ikke-animalsk oprindelse og med en gennemsnitlig molekylevægt over 1 million Dalton. Den er tværbundet med BDDE (1,4-butanediol-diglycidylether) og indeholder 0.3 % efter masse af lidokainhydroklorid for at opnå anæstetiske egenskaber. Hver æske indeholder to injektionssprøjter, der er fyldt med TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP. For hver sprøjte indeholder æsken to sterile 25G$^{1''}$ kanyler og to sporbarhedsmærkater (en, der skal gives til patienten, og en, der skal opbevares af lægen i patientjournalen). Mængden af gel i hver sprøjte er angivet på æsken samt på hver sprøjte.

Hyaluronsyre er en vigtig bestanddel af grundindholdet i den dermale ekstracellulære matrix. En ægte molekylær svamp, hvis helikoide struktur gør det muligt at binde op til tusind gange sin egen vægt i vand. Den fordeles bredt i kutant væv og hydrerer huden, selvom dens indhold mindskes med alderen. Efterhånden som huden bliver tyndere og mere skrøbelig, dukker de første Langers linjer op. TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP skaber en volumen, der korrigerer rynker eller ansigtskonturer og genopretter hudens fugt.

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP er et biologisk nedbrydeligt implantat, der gradvist resorberes over tid. Den estimerede levetid for TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP er 15-18 måneder. Behandlingens varighed afhænger af flere faktorer, herunder hudtype, sværhedsgraden af den rynke, der skal behandles, injektionsområdet, den injicerede volumen, patientens fysiologi og livsstil. Den injicerende sundhedsperson vil beslutte, om en opfriskningssession vil være nødvendig for at opnå optimale resultater.

TEOSYAL®-produkter er beregnet til æstetiske indikationer, og de har ikke et tilsigtet medicinsk formål. Derfor er den ikke-medicinske fordel ved TEOSYAL®-udstyr at have en klinisk ydeevne. Samlet set oplevede 70 til 100 % af patienterne en æstetisk forbedring af det behandlede område efter injektionen på baggrund af data indsamlet gennem hele det kliniske forsøgsprogram. Den kliniske fordel ved TEOSYAL®-produkter er, i henhold til deres medicinske indikationer, baseret på patientrapporterede resultater, der måler tilfredshed og velbefindende efter behandlingen. I kliniske forsøg, der evaluerede disse indikationer, var patienttilfredshedsraterne konsekvent højere end 70 % i op til seks måneder efter den første injektion.

Sammensætning

Hyaluronsyre	25 mg/mL
Grad af tværbinding*	<10 %

**Målt ved analyse af nuklear magnetisk resonans (NMR).*

Øvrige ingredienser:

Lidokainhydroklorid	0.3 % efter masse
Fosfatbuffer pH 7.3	q.s. ad 1.2 mL
BDDE som tværbindingsmiddel	<1 ppm

Indikationer

Terapeutiske indikationer for TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP:

Rekonstruktiv kirurgi, udfyldning af fordybninger som følge af
 ar, rekonstruktion af volumen tabt som følge af lipoatrofi hos patienter i HIV-behandling.

Æstetiske indikationer for TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP:

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP er indiceret til korrektion af eventuelle dybe rynker og folder i tykke hudområder, remodellering af ansigtskonturer i det øverste og nederste ansigt (tinding, hage, kæbelinje), genopretning/styrkelse af volumen og korrektion af mindre vævsptose i det midterste ansigtsområde (nasolabiale folder, kinder, kindben).

Lidokainhydroklorid er et lokalt bedøvelsesmiddel, der er udviklet til at reducere oplevelsen af smerter.

Kontraindikationer

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP må ikke anvendes i tilfælde af:

- patienter med hudlidelser, inflammation eller infektion på eller i nærheden af behandlingsstedet. Injektionsprocedurer kan føre til reaktivering af latente eller subkliniske infektioner med herpesvirus,
- patienter med kendt overfølsomhed over for hyaluronsyre med en anamnese med alvorlig allergi eller anafylaktisk shock,
- patienter med autoimmune sygdomme,
- gravide, ammende kvinder eller patienter under 18 år.

På grund af indholdet af lidokain må TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP ikke anvendes i tilfælde af:

- **kendt overfølsomhed over for lidokain og/eller lokalbedøvelsesmidler,**
- patienter med hjertesygdomme og/eller i behandling for hjertesygdomme (betablokkere),
- patienter med hepatocellulær insufficiens og/eller i behandling for en leversygdom,
- patienter, der lider af epilepsi eller porfyri.

Må ikke anvendes i kombination med andre æstetiske procedurer (såsom afskalning, laserbehandling eller ultralydsbaseret behandling). Må ikke injiceres i det mest overfladiske lag af huden (epidermis) og i andre injektionsdybder end dem, der er beskrevet i afsnittet "Dosering og administrationsmetode". Må ikke injiceres tæt på et blodkar eller en nerve.

Må ikke injiceres i det periorbitale område (øjenlåg, tårekanal, smilerynker).

Må ikke injiceres i glabellaområdet.

Må ikke injiceres i læberne.

Dosering og administrationsmetode

Med henblik på at minimere risikoen for potentielle komplikationer eller utilfredsstillende resultater (herunder asymmetrisk ansigt) bør produktet kun anvendes af veluddannede sundhedspersoner med erfaring i injektionsteknikker og med viden om anatomien og fysiologien omkring injektionsstedet og dets omgivelser. **Derudover tilbyder Teoxane undervisningsindhold til sundhedspersoner. Se www.teoxane.academy.** Inden behandling skal patienter udspørges om deres anamnese og deres aktuelle tilstande eller indtag af medicin, der kunne påvirke proceduren, og informeres om indikationer, forventede resultater, kontraindikationer, forholdsregler og potentielle bivirkninger. Patientens behov for smertelindring med enten lokal eller regional anæstesi bør vurderes. Områder, der skal behandles, skal desinficeres med en passende antiseptisk opløsning. På grund af risiko for interaktion anbefales det, at TEOSYAL®-fyldstoffer ikke kommer i kontakt med kvaternære ammoniumsalte (såsom benzalkoniumklorid).

Det er vigtigt at bruge en steril, passende nål, afhængigt af de injicerede indikationer og/eller injektionsteknikken. Egnede nåle (fra de godkendte leverandører TSK eller Terumo) leveres sammen med sprøjten i æsken. Som et alternativ til nålen kan der anvendes en stump kanyle 25G (kompatibilitet med kanyle TSK 25G/50 mm er blevet verificeret). Når der anvendes en kanyle, laves der et indgangspunkt i huden med en skarp nål af passende størrelse.

Afhængigt af det område, der skal behandles, injiceres TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP langsomt i forskellige dybder: subkutant eller på supraperiosteum. Hvis nålens farve er synlig under huden under injektionen, tyder det på, at injektionen kan være for overfladisk. Afhængigt af de korrektioner, der skal foretages, og de ønskede resultater, kan en eller flere behandlingssessioner/genopfriskninger være nødvendige for at opnå et optimalt resultat. Dette skal afgøres af den sundhedsperson, der er ansvarlig for behandlingen. Det anbefales at bruge en maksimal volumen på 6 mL pr. session (i henhold til prækliniske og kliniske data). Den sundhedsperson, der er ansvarlig for behandlingen, vil afgøre hvilken injektionsteknik, der anvendes i henhold til det behandlede område og den administrerede produktvolumen. Stop injektionen helt, før nålen/kanylen trækkes ud af huden for at undgå, at produktet løber ud af behandlingsstedet. De behandlede steder skal masseres omhyggeligt for at sikre ensartet fordeling af produktet i korrektionsområderne.

Bivirkninger

Sundhedspersonen skal informere patienten om de potentielle bivirkninger i forbindelse med behandlingen, som kan forekomme umiddelbart efter injektionen eller efter nogen tid. Øjeblikkelig monitorering af patienten anbefales kraftigt inden for 30 minutter efter injektionen, og sundhedspersonen skal minde patienten om at konsultere en læge, hvis bivirkningerne ikke forsvinder spontant. Sundhedspersonen skal bruge eller ordinere en passende behandling under hensyntagen til dennes medicinske viden, patientkarakteristika og symptomernes udvikling. De mest almindelige behandlinger kan omfatte antiinflammatoriske lægemidler, antibiotika eller implantatopløsning. Før behandlingen skal sundhedspersonen instruere patienten i at rapportere enhver ny eller vedvarende uønsket hændelse, uanset om den er beskrevet herunder eller ej.

Følgende komplikationer, der er rapporteret i den kliniske litteratur og/eller identificeret under kliniske afprøvninger, er velkendte reaktioner over for hyaluronsyrebaserede dermale fyldstoffer. Disse omfatter blandt andet (ikke-udtømmende liste):

- Almindelige behandlingsreaktioner (≥1/100) ved injektionsstedet, som regel milde og selvopløsende: smerter ved injektionsstedet, ømhed, rødme/erytem, blå mærker/hæmatomer med potentiel blødning og/eller blæredannelse, hævelse/ødem, fasthed/forhærdelse, knuder/buler (herunder papiller), kløe.
- Sandsynlige, men mindre almindelige komplikationer (≥1/1.000 og ≤1/100): dyskromi/misfarvning, inflammatoriske reaktioner (med potentiel hypertermi), infektion (herunder lokaliseret eller generaliseret infektion og bylder), tab af sensitivitet omkring det injicerede område eller midlertidig paræstesi (med potentiel tilknyttet forbigående nedsat bevægelse), risiko for allergi (herunder overfølsomhed, dermatitisallergi, urticaria), knuder (muligvis granulomer), implantatmigration.
- Selvom de ikke er påvist i TEOXANES kliniske afprøvninger, er der identificeret og rapporteret sjældne, men alvorlige uønskede hændelser (≤ 1/1.000) i den kliniske litteratur om HA-fyldstoffer som en del af overvågningen efter markedsføring af TEOSYAL® fyldstoffer. Disse består af: øjeblikkelig overfølsomhedsreaktion op til angioødem eller anafylaktisk shock, injektion i eller tæt på et blodkar, hvilket kan føre til embolisering, vaskulær okklusion, iskæmi og hud-/vævsnekrose. Selvom de er ekstremt sjældent (ca. 1/1.000.000), kan de mest alvorlige tilfælde af vaskulær okklusion føre til midlertidig eller permanent synsnedsættelse eller cerebral iskæmi/blødning, der kan føre til slagtilfælde, som kan forårsage død.

Risikoen for embolisering, vaskulær okklusion, iskæmi og hud-/vævsnekrose med efterfølgende synsforstyrrelser, cerebral iskæmi/blødning eller slagtilfælde øges ved injektion i næsen eller i glabella.

Andre ikke-alvorlige reaktioner rapporteret til Teoxane (i rater under 1/100.000) og muligvis relateret til udstyret eller proceduren omfatter hovedpine/neuralgi, fibrose, cellulitis, ardannelse og telangiektasi.

Indberetning af bivirkninger

Sundhedspersonen skal underrette produktets fabrikant (medical@teoxane.com) og/eller produktdistributøren om eventuelle bivirkninger så hurtigt som muligt.

Derudover skal enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med udstyret, indberettes uden forsinkelse til medical@teoxane.com og den nationale sundhedsmyndighed i det land, hvori brugeren og/eller patienten er hjemmehørende.

Forholdsregler ved brug

Injektion af fyldstoffer til blødt væv er en medicinsk behandling, der har en iboende risiko for infektion, som enhver behandling af denne type. Behandlingen skal udføres i et passende miljø, og der skal tages alle de sædvanlige forholdsregler. På grund af manglende data vedrørende de mulige interaktioner med andre fyldningsimplantater (HA-fyldningsimplantater eller andre, muligvis permanente), vil sundhedspersonen vurdere
 og beslutte, hvorvidt yderligere injektioner med andre fyldningsimplantater skal udføres, afhængigt af karakteren og tidspunktet for den tidligere injektion.

Før behandlingen skal sundhedspersonen tage højde for, at dette fyldprodukt indeholder lidokain.

Patienten skal informeres om:

- ikke at tage høje doser E-vitamin, aspirin, antiinflammatoriske midler eller antikoagulerende midler i ugen før injektionsbehandlingen,
- ikke at bruge makeup i 12 timer efter en injektion,
- at undgå tandbehandlinger, andre æstetiske behandlinger af enhver art, længerevarende soleksponering, UV-stråler og ekstreme temperaturer (intens kulde, sauna, hammam osv.) i to uger efter behandlingen.

Hvis der opstår tegn på potentiel vaskulær okklusion (hudblegning eller marmorering, smerter, følelsesløshed osv.) på noget tidspunkt under proceduren, skal injektionen stoppes, og der skal træffes alle nødvendige foranstaltninger.

Undgå overkorrektion.

Sportsfolk skal gøres opmærksomme på, at dette produkt indeholder lidokain, som kan forårsage en positiv reaktion i en dopingtest.

Forholdsregler for opbevaring og bortskaffelse

Opbevares mellem 2 °C og 25 °C, beskyttet mod direkte sollys. Sørg for at opbevare produktet i et opbevaringsområde, der ikke ændrer emballagen, og sørg for, at der ikke er synlige tegn på beskadigelse af emballagen før brug. Kontroller udløbsdatoen på produktetiketten før brug. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen, hvis emballagen er beskadiget, hvis emballagen utilsigtet er blevet åbnet før brug, eller hvis opbevaringsbetingelserne ikke er blevet overholdt. Hvis indholdet af en sprøjte viser tegn på, at det er skilt, bobler og/eller ser uklart ud, må denne sprøjte ikke anvendes. Ved afslutningen af behandlingen er det vigtigt at kassere alt resterende ubrugt produkt. Sprøjten og nålene leveres sterile og er ikke beregnet til at blive resteriliseret, og de er kun beregnet til engangsbrug. Genbrug derfor ikke sprøjten eller nålene med henblik på at forebygge enhver forringelse af gelen, der forringer dens effektivitet (gelen kan tørre ud og forhindre dens ekstrudering gennem en nål), bevirker ukorrekt geladfærd (f.eks. dannelse af en giftig forbindelse) eller infektiøs risiko. Bortskaf brugte nåle/kanyler sikkert med deres beskyttelseshætte i passende beholdere for at forebygge risiko for nålestikskader og/eller infektion.

Patienten skal skal have udleveret udleveret et implantatkort efter injektionen. Oplysninger, der skal gives til patienten angående det implanterede medicinske udstyr, er tilgængelige på dette websted: www.teoxane.com/productinfo.

Sammenfatningen af sikkerhed og klinisk ydeevne (SSCP) vil være tilgængelig på Eudamed (så snart den er aktiv) på følgende websted: ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home. Listen over harmoniserede standarder og almindelige specifikationer, der gælder for udstyret, er tilgængelig i SSCP. Produktets elektroniske brugsanvisning er tilgængelig på følgende websted: www.teoxane.com/dermal-fillers-ifus. En yderligere brugsanvisning kan rekvireres gratis efter anmodning.

Montering af nålen/kanylen på sprøjten

For optimal brug af TEOSYAL® PureSense-produkter er det vigtigt, at nålen/kanylen er korrekt tilsluttet på sprøjten (se trinnene beskrevet herunder i diagram 1 til 5). Stop injektionen, og udskift nålen/kanylen, hvis du mærker modstand eller tryk under injektionen. Brug produktet umiddelbart efter åbning af emballagen. Rør ikke ved nålen/kanylen direkte med hænderne. Når nålen/kanylen tilsluttes en sprøjte, må den ikke overspændes, og der må ikke udøves lateral kraftpåvirkning.

SV - Bruksanvisning

Får endast administreras av lämpligt utbildad hälso- och sjukvårdspersonal som är kvalificerad eller ackrediterad i enlighet med nationell lagstiftning.

Beskrivning

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP är en steril, transparent, icke-pyrogen, viskoelastisk gel tillverkad av hyaluronsyra (hyaluronic acid, HA) av icke-animaliskt ursprung och med en genomsnittlig molekylvikt högre än 1 miljon dalton. Den är korslänkad med BDDE (1,4-butandioldiglycidyleter) och innehåller 0.3 viktprocent lidokainhydroklorid för dess anestetiska egenskaper. Varje kartong innehåller två förfyllda sprutor med TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP. För varje spruta innehåller kartongen två sterila 25G 1-tumsnålar och två spårbarhetsetiketter (en ska ges till patienten och en ska förvaras av läkaren i patientjournalen). Gelvolymen i varje spruta anges på kartongen och på varje spruta.

Hyaluronsyra är en viktig beståndsdel i grundsubstansen i den extracellulära dermalmatrisen. En äkta molekylär svamp, dess spiralformade struktur gör det möjligt att fånga upp till tusen gånger sin vikt i vatten. Den distribueras i stor utsträckning i kutan vävnad och återfuktar huden, även om dess innehåll minskar med åldern. När huden blir tunnare och skör visas initiala hudfrakturlinjer. TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP skapar en volym som korrigerar rynkor eller ansiktskonturer och återställer hudens återfuktning.

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP är ett biologiskt nedbrytbart implantat som gradvis resorberas över tid. Den uppskattade livslängden för TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP är mellan 15 och 18 månader. Behandlingens varaktighet beror på flera faktorer, inklusive hudtyp, svårighetsgrad av rynkan som ska behandlas, injektionsområde, injicerad volym, patientens fysiologi och livsstil. Injektorn avgör om en touch up-session kan krävas för optimala resultat.

I sina estetiska indikationer har TEOSYAL®-produkter inte ett avsett medicinskt syfte. Därför förstås den icke-medicinska nyttan med TEOSYAL®-enheter som kliniska prestanda. Totalt upplevde 70 till 100 % av patienterna en estetisk förbättring av det behandlade området efter injektionen baserat på data som samlats in under kliniska studier. Den kliniska nyttan av TEOSYAL®-produkter med medicinska indikationer baseras på patientrapporterade resultat som mäter tillfredsställelse och välbefinnande efter behandlingen. I kliniska prövningar som utvärderade dessa indikationer var patientnöjdheten konsekvent högre än 70 % upp till sex månader efter den första injektionen.

Sammansättning

Hyaluronsyra	25 mg/mL
Graden av korslänkning*	< 10 %

** Mätt med analys av kärnmagnetisk resonans (Nuclear Magnetic Resonance, NMR).*

Övriga innehållsämnen:

Lidokainhydroklorid	0.3 viktprocent
Fosfatbuffert pH 7.3	q.s. ad 1.2 mL
BDDE som korslänkningsmedel	< 1 ppm

Indikationer

Terapeutiska indikationer för TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP:

Rekonstruktiv kirurgi, fyllning av fördjupningar på grund av ärr, rekonstruktion av volymer som förlorats av lipoatrofi hos patienter som genomgår hiv-behandling.

Estetiska indikationer för TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP:

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP är indicerad för korrigering av djupa rynkor och veck i tjocka hudområden, för omformning av ansiktskonturer i övre ansiktsområdet och nedre ansiktsområdet (tinning, haka, käklinje), volymrestaurering/-förstärkning och korrigering av mindre vävnadsptos i mellanansiktsområdet (nasolabialfåror, kinder, kindben).

Lidokainhydroklorid är ett lokalbedövningsmedel som är utformat för att minska känslan av smärta.

Kontraindikationer

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP får inte användas för:

- patienter med hudsjukdomar, inflammation eller infektion vid eller nära behandlingsstället eftersom injektionsprocedurer kan leda till reaktivering av latent eller subklinisk herpesvirusinfektion
- patienter som har en känd överkänslighet mot hyaluronsyra med anamnes på allvarlig allergi eller anafylaktisk chock
- patienter med autoimmuna sjukdomar
- gravida, ammande kvinnor eller patienter under 18 år.

På grund av förekomsten av lidokain får TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP inte användas i händelse av:

- **känd överkänslighet mot lokalbedövningsmedel med lidokain och/eller amid**
- patienter med hjärtsjukdomar och/eller som genomgår behandling för hjärtsjukdomar (betablockerare)
- patienter med hepatocellulär insufficiens och/eller som genomgår behandling för en leversjukdom
- patienter som lider av epilepsi eller porfyri.

Använd inte i kombination med andra estetiska ingrepp (t.ex. peeling, laserbehandling eller ultraljudsbaserad behandling). Injicera inte i det ytligaste hudlagret (epidermis) och i andra injektionsdjup än de som beskrivs i avsnittet "Dosering och administreringssätt". Injicera inte i eller nära ett blodkärl eller nära en nerv.

Injicera inte i det periorbitala området (ögonlock, fördjupning under ögat, skrattrynkor).

Injicera inte i glabellarområdet.

Injicera inte i läpparna.

Dosering och administreringssätt

För att minimera risken för potentiella komplikationer eller otillfredsställande resultat (inklusive ansiktsasymmetri) ska produkten endast användas av välutbildad hälso- och sjukvårdspersonal med erfarenhet av injektionstekniker och kunskap om anatomin och fysiologin på injektionsstället och dess omgivning. **Dessutom förser Teoxane hälso- och sjukvårdspersonal med utbildningsinnehåll. Se www.teoxane.academy.** Före behandling måste patienterna besvara frågor angående sin tidigare sjukdomshistorik och nuvarande tillstånd eller läkemedel som skulle kunna påverka ingreppet och patienterna bör informeras om indikationer, förväntade resultat, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och potentiella biverkningar. Patienternas behov av smärtlindring med antingen lokal- eller regionalbedövningsmedel ska bedömas. Områden som ska behandlas måste desinficeras med en lämplig antiseptisk lösning. På grund av interaktionsrisk rekommenderas att fyllmedel från TEOSYAL® inte kommer i kontakt med kvartära ammoniumsalter (t.ex. bensalkoniumklorid).

Det är viktigt att använda en steril lämplig nål, beroende på injektionsindikationerna och/eller injektionstekniken. Lämpliga nålar (från godkända leverantörer TSK eller Terumo) levereras med sprutan i kartongen. Som ett alternativ till nålen kan en trubbig kanyl 25G användas (kompatibiliteten med kanylen TSK 25G/50 mm har verifierats). När en kanyl används görs en ingångspunkt i huden med en vass nål av lämplig storlek.

Beroende på området som ska behandlas injiceras TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP långsamt på varierande djup: subkutant eller på supraperiosteum. Om nålens färg syns under huden under injektionen tyder detta på att injektionen kan vara för ytlig. Beroende på vilka korrigeringar som ska göras och vilka resultat som eftersträvas kan en eller flera behandlingssessioner / touch up vara nödvändiga för att uppnå ett optimalt resultat. Detta ska bestämmas av hälso- och sjukvårdspersonalen som ansvarar för behandlingen. Det rekommenderas att använda en maximal volym på 6 mL per session (enligt prekliniska och kliniska data). Hälso- och sjukvårdspersonal som ansvarar för behandlingen kommer att besluta om injektionstekniken, beroende på det behandlade området och den produktvolym som krävs. Stoppa injektionen ordentligt innan du drar ut nålen/kanylen från huden för att undvika att produkten rinner ut från behandlingsstället. De behandlade ställena ska masseras noggrant för att säkerställa en enhetlig fördelning av produkten vid de korrigerade ställena.

Biverkningar

Hälso- och sjukvårdspersonalen måste informera patienten om de potentiella biverkningar som är förknippade med behandlingen och som kan inträffa omedelbart efter injektionen eller efter en fördröjning. Omedelbar övervakning av patienten rekommenderas starkt inom 30 minuter efter injektionen och hälso- och sjukvårdspersonalen måste påminna patienten om att rådfråga hälso- och sjukvårdspersonal om biverkningarna inte försvinner spontant. Hälso- och sjukvårdspersonal ska använda eller ordinera lämplig behandling med avseende på sin medicinska kunskap, patientegenskaper och symtomutveckling. De vanligaste behandlingarna kan omfatta antiinflammatoriska läkemedel, antibiotika eller implantatupplösning. Före behandlingen måste hälso- och sjukvårdspersonalen instruera patienten att rapportera alla nya eller bestående negativa händelser som beskrivs nedan eller som inte är beskrivna.

Följande komplikationer, som rapporterats i den kliniska litteraturen och/eller identifierats under kliniska prövningar, är välkända reaktioner på fyllmedel för hud med hyaluronsyra. Dessa inkluderar bland annat (icke-uttömmande lista):

- Vanliga behandlingsreaktioner (≥ 1/100) vid injektionsstället, vanligtvis lindriga och självlösande: smärta vid injektionsstället, ömhet, rodnad/erytem, blåmärken/hematom med potentiell blödning och/eller blåsbildning, svullnad/ödem, hårdhet/induration, knölar/bulor (inklusive papler) och klåda.
- Sannolika men mindre vanliga komplikationer (≥ 1/1 000 och ≤ 1/100): dyskromi/missfärgning, inflammatoriska reaktioner (med potentiell hypertermi), infektion (inklusive lokaliserad eller generaliserad infektion och bölder), förlust av känslighet runt det injicerade området eller tillfällig parestesi (med potentiell associerad tillfällig rörelsenedsättning), risk för allergi (inklusive överkänslighet, kontaktdermatit, urtikaria), knutor (möjligen granulom) och implantatmigration.
- Även om de inte har upptäckts genom TEOXANES kliniska prövningar har sällsynta men allvarliga negativa händelser (≤ 1/1 000) rapporterats i den kliniska litteraturen avseende fyllmedel med HA och har identifierats som en del av övervakningen efter frisläppande på marknaden av fyllmedel från TEOSYAL®: omedelbar överkänslighetsreaktion upp till angioödem eller anafylaktisk chock, injektion i eller nära ett blodkärl som kan leda till embolisering, kärlocklusion, ischemi och hud-/vävnadsnekros. Även om det är extremt sällsynt (cirka 1/1 000 000) kan de allvarligaste fallen av kärlocklusion leda till tillfällig eller permanent synnedsättning eller cerebral ischemi/blödning som leder till stroke som kan orsaka dödsfall.

Risken för embolisering, vaskulär ocklusion, ischemi och hud-/vävnadsnekros med efterföljande synnedsättning, cerebral ischemi/blödning eller stroke ökar vid injicering i näsan eller i glabella.

Andra icke-allvarliga reaktioner rapporterade till Teoxane (i frekvenser lägre än 1/100 000) och möjligen relaterade till enheten eller ingreppet omfattar huvudvärk/neuralgi, fibros, cellulit, ärrbildning och telangiektasi.

Rapportering av biverkningar

Hälso- och sjukvårdspersonalen kommer att informera tillverkaren (medical@teoxane.com) och/eller produktdistributören om eventuella biverkningar inom kortast möjliga tid.

Om något allvarligt tillbud har inträffat i samband med enheten ska det dessutom utan dröjsmål rapporteras till medical@teoxane.com och den nationella hälsomyndigheten i det land där användaren och/eller patienten är etablerad.

Försiktighetsåtgärder vid användning

Injektion av mjukvävnadsfyllmedel är ett medicinskt ingrepp som innebär en inneboende risk för infektion som alla ingrepp av denna typ. Det måste utföras i en lämplig miljö och alla vanliga försiktighetsåtgärder måste vidtas. På grund av avsaknad av data om möjliga interaktioner med andra fyllningsimplantat (HA-fyllningsimplantat eller andra, eventuellt permanenta) kommer hälso- och sjukvårdspersonal att bedöma och besluta om ytterligare injektioner med andra fyllningsimplantat, beroende på typen och tidpunkten för den föregående injektionen.

Före behandling ska hälso- och sjukvårdspersonal ta hänsyn till att denna fyllningsprodukt innehåller lidokain.

Patienten ska informeras om:

- att inte ta höga doser av vitamin E, aspirin, antiinflammatoriska medel eller antikoagulantia under veckan före injektionssessionen
- att inte använda smink under 12 timmar efter injektionen
- att undvika tandbehandlingar, andra estetiska ingrepp av alla typer, utökad solexponering, UV-strålar och extrema temperaturer (intensiv kyla, bastu, hamam o.s.v.) under två veckor efter behandlingen.

Om tecken på potentiell kärlocklusion uppstår (hudblekning eller marmorering, smärta, domningar o.s.v.) vid något tillfälle under ingreppet ska injektionen avbrytas och alla lämpliga åtgärder vidtas.

Undvik överkorrigering.

Idrottare måste göras medvetna om att denna produkt innehåller lidokain som kan orsaka en positiv reaktion i ett drogtest.

Försiktighetsåtgärder vid förvaring och kassering

Förvaras mellan 2 °C och 25 °C, skyddat från direkt solljus. Se till att förvara produkten i ett förvaringsutrymme som inte ändrar förpackningen och se till att det inte finns några synliga tecken på skador på förpackningen före användning. Kontrollera utgångsdatumet på produktetiketten före användning. Använd inte efter utgångsdatumet, om förpackningen är skadad, om förpackningen oavsiktligt har öppnats före användning eller om förvaringsförhållandena inte har respekterats. Använd inte denna spruta om innehållet i sprutan visar tecken på separation, bubblor och/eller verkar grumligt. I slutet av behandlingssessionen är det viktigt att kassera alla återstående

Sportisti ir jāinformē, ka šis produkts satur lidokaīnu, kas var izraisīt pozitīvu dopinga testa rezultātu.

Piesardzības pasākumi, uzglabājot un likvidējot produktu

Uzglabājiet 2–25 °C temperatūrā, sargājot no tiešas saules gaismas. Nodrošiniet, lai produkts tiktu uzglabāts tādā vietā, kur netiek izmainīts tā iepakojums, un pirms lietošanas pārliecinieties, ka iepakojumam nav redzamu bojājumu pazīmju. Pirms lietošanas pārbaudiet produkta marķējumā norādīto derīguma termiņu. Nelietojiet produktu pēc derīguma termiņa beigām, ja iepakojums ir bojāts, ja iepakojums nejauši ir atvērts pirms lietošanas vai ja nav ievēroti piemēroti uzglabāšanas apstākļi. Nelietojiet šļirci, ja tās saturā novērojamas noslāņošanās pazīmes, burbuļi un/vai tas izskatās duļķains. Terapijas sesijas beigās ir svarīgi iznīcināt neizlietoto produkta atlikumu. Šļirce un adatas tiek piegādātas sterilas, tās nav paredzēts sterilizēt atkārtoti, un tās ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. Tādēļ nelietojiet šļirci un adatas atkārtoti, lai izvairītos no gela bojāšanās, kas var samazināt tā efektivitāti (gels var izžūt, traucējot tā izspiešanu caur adatu), gela neatbilstošu darbību (piemēram, toksisku savienojumu veidošanos) un infekcijas riska. Lai izvairītos no saduršanās un/vai infekcijas riska, utilizējiet adatas/kaniles piemērotās tvertnēs, izmantojot adatu aizsargmehānismu.

Pēc injekcijas jāizsniedz pacientam implanta karte. Informācija, kas jāsniedz pacientam par implantēto medicīnisko ierīci, ir pieejama šajā vietnē: www.teoxane.com/productinfo.

Drošuma un klīniskās veiktspējas kopsavilkums (Summary of Safety and Clinical Performance, SSCP) būs pieejams Eudamed tīmekļa vietnē (tiklīdz tā ir aktīva): ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home. Ierīcei piemēroto saskaņoto standartu un kopējo specifikāciju saraksts ir pieejams SSCP. eIFU ir pieejams šajā tīmekļa vietnē: www.teoxane.com/dermal-fillers-ifus. Papildu lietošanas norādes var tikt nodrošinātas bez maksas pēc pieprasījuma.

Adatas/kaniles pievienošana šļircei

Optimālai TEOSYAL® PureSense produktu lietošanai ir svarīgi, lai adata/kanile būtu pareizi pievienota šļircei (skatiet tālāk izklāstītās darbības 1.-5. attēlā). Ja injekcijas laikā sajūtat nosprostojumu vai spiedienu, pārtrauciet injekciju un nomainiet adatu/kanili. Izmantojiet produktu uzreiz pēc iepakojuma atvēršanas. Nepieskarieties adatai/kanilei tiešā veidā ar rokām. Pievienojot adatu/kanili šļircei, nepievelciet to pārāk cieši un nepielietojiet spēku no sāniem.

FI - Käyttöohje

Vain asianmukaisesti koulutetut terveydenhuollon ammattilaiset, joilla on kansallisen lainsäädännön mukainen pätevyys tai valtuutus, saavat antaa tätä tuotetta.

Kuvaus

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP on steriili, läpinäkyvä, ei-pyrogeeninen, viskoelastinen geeli, joka on valmistettu ei-eläinperäisestä hyaluronihaposta (HA), jonka keskimääräinen molekyylipaino on yli 1 miljoonaa daltonia. Se on ristiinlinkitetty BDDE:n (1,4-butanidiolidiglysidyylieetteri) kanssa, ja sisältää massan perusteella 0.3 % lidokaiinihydrokloridia sen anesteettisten ominaisuuksien takia. Jokaisessa laatikossa on kaksi esitäytettyä TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP -ruiskua. Jokaisessa ruiskussa on kaksi steriiliä 25 G:n1″ neulaa ja kaksi jäljitettävyysetikettiä (yksi annetaan potilaalle ja toinen lääkärille potilaskertomuksessa säilytettäväksi). Kunkin ruiskun sisältämä geelin volyymi on merkitty kartonkilaatikkoon ja jokaiseen ruiskuun.

Hyaluronihappo on merkittävä ihon soluväliaineen ainesosa. Hyaluronihappo toimii aitona molekulaarisena sienenä ja kerää kierteisen rakenteensa ansiosta jopa tuhat kertaa painonsa verran vettä. Se jakautuu laajalti ihokudokseen ja kosteuttaa ihoa, vaikka sen sisältö heikkenee iän myötä. Ihon ohetessa ja haurastuessa ensimmäiset ihon ryppyuurteet ilmestyvät näkyviin. TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP tuottaa volyymin, joka korjaa ryppyjä tai kasvonpiirteitä ja palauttaa ihon kosteutuksen.

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP on biohajoava implantti, joka resorboituu etenevästi ajan myötä. TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP -tuotteen arvioitu käyttöikä on 15–18 kuukautta. Hoidon kesto riippuu useista tekijöistä, kuten ihotyypistä, hoidettavan rypyn vaikeusasteesta, injektioalueesta, injisoitavasta volyymista, potilaan fysiologiasta ja elintavoista. Valmisteen injisoiva henkilö päättää, tarvitaanko optimaaliseen tulokseen mahdollisesti viimeistelyhoitokerta.

Esteettisissä käyttöaiheissaan TEOSYAL®-tuotteilla ei ole mitään lääketieteellistä käyttötarkoitusta. Tämän vuoksi TEOSYAL®-laitteiden ei-lääketieteellinen hyöty katsotaan kliiniseksi suorituskyvyksi. Kaiken kaikkiaan 70-100 %:lla potilaista ilmeni esteettistä kohentumista hoidetulla alueella injektion jälkeen kliinisten tutkimusten aikana kerättyjen tietojen perusteella. TEOSYAL®-tuotteiden kliininen hyöty niiden lääketieteellisissä käyttöaiheissa perustuu potilaiden raportoimiin tuloksiin, joilla on mitattu tyytyväisyyttä ja hyvinvointia hoidon jälkeen. Näitä käyttöaiheita arvioivissa kliinisissä tutkimuksissa potilastyytyväisyys oli jatkuvasti yli 70 % jopa kuuden kuukauden ajan ensimmäisen injektion jälkeen.

Koostumus

Hyaluronihappo...25 mg/mL
Ristiinlinkittymisen aste*...< 10 %

**Mitattu ydinmagneettisen resonanssispektroskopian (NMR) analyysillä.*

Muut ainesosat:
Lidokaiinihydrokloridi ....0.3 % massan perusteella
Fosfaattipuskuri pH 7,3 ....q.s. ad 1.2 mL
BDDE ristiinlinkittävänä aineena...< 1 ppm

Käyttöaiheet

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP -tuotteen hoidolliset käyttöaiheet:

Rekonstruktiivinen leikkaus, arpien aiheuttamien painaumien täyttäminen, lipoatrofian takia menetettyjen volyymien rekonstruointi HIV-hoitoa saavilla potilailla.

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP -tuotteen esteettiset käyttöaiheet:

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP on tarkoitettu kaikkien syvien ryppyjen ja poimujen korjaamiseen paksuilla ihoalueilla kasvonpiirteiden muuttamiseen kasvojen ylä- ja alaosissa (ohimo, leuan kärki, alaleuka), volyymin palauttamiseen/augmentoimiseen ja pienten kudoslaskeumien korjaamiseen kasvojen keskiosan alueella (nasolabiaalipoimut, posket, poskiluut).

Lidokaiinihydrokloridi on paikallispuudutusaine, joka on suunniteltu vähentämään kivun tunnetta.

Vasta-aiheet

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP -tuotetta ei saa käyttää seuraavissa tapauksissa:

- potilaat, joilla on ihosairauksia, tulehdus tai infektio hoitokohdassa tai sen lähellä. Injektiotoimenpiteet voivat johtaa piilevän tai subkliinisen herpesvirusinfektion uudelleenaktivoitumiseen.
- potilaat, joilla on tunnettu yliherkkyys hyaluronihapolle ja joilla on ollut aiemmin vaikea allergia tai anafylaktinen sokki.
- autoimmuunisairauksia sairastavat potilaat.
- raskaana olevat, imettävät tai alle 18-vuotiaat potilaat.

Lidokaiinisisällön vuoksi TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP -tuotetta ei saa käyttää seuraavissa tapauksissa:

- **tunnettu yliherkkyys lidokaiinille ja/tai amidityyppisille paikallispuuduteaineille.**
- potilaat, joilla on sydänsairaus ja/tai jotka saavat hoitoa sydänsairauksiin (beetasalpaajia).
- potilaat, joilla on maksasolujen vajaatoiminta ja/tai jotka saavat hoitoa maksasairauteen.
- epilepsiaa tai porfyriaa sairastavat potilaat.

Ei saa käyttää yhdessä muiden esteettisten toimenpiteiden kanssa (kuten kuorinta, laserhoito tai ultraäänipohjainen hoito).

Ei saa injisoida ihon pinnallisimpaan kerrokseen (orvaskesi) tai muihin kuin kohdassa ”Annostus ja antotapa” kuvattuihin injektiosyvyyksiin. Ei saa injisoida verisuoneen tai sen lähelle eikä hermon lähelle.

Ei saa injisoida periorbitaaliselle alueelle (silmäluomet, kyynelura, naururypyt).

Ei saa injisoida kulmakarvojen välisten otsaryppyjen alueelle.

Ei saa injisoida huuliin.

Annostus ja antotapa

Mahdollisten komplikaatioiden ja epätyydyttävien tulosten (mukaan lukien kasvojen epäsymmetria) riskin minimoimiseksi tuotetta saavat käyttää vain perusteellisesti koulutetut terveydenhuollon ammattilaiset, jotka ovat perehtyneet injektiotekniikoihin ja jotka tuntevat injektiokohdan ja sen ympäristön anatomian ja fysiologian. **Teoxane tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille koulutussisältöjä. Katso lisätietoja osoitteesta www.teoxane.academy.** Ennen hoitoa potilaalta on kysyttävä hänen sairaushistoriastaan ja nykyisistä sairauksistaan tai lääkityksestään, jotka voivat vaikuttaa toimenpiteeseen. Potilaalle on myös kerrottava käyttöaiheista, odotettavissa olevista tuloksista, vasta-aiheista, varotoimista ja mahdollisista haittavaikutuksista. Potilaan kivunlievityksen tarve paikallisesti tai alueellisesti vaikuttavalla anestesia-aineella on arvioitava. Hoidettavat alueet on desinfioitava sopivalla antiseptisella liuoksella. Yhteisvaikutusriskin vuoksi on suositeltavaa, että TEOSYAL®-täyteaineet eivät joudu kontaktiin kvaternaaristen ammoniumsuolojen (kuten bentsalkoniumkloridin) kanssa.

On tärkeää käyttää steriiliä, injektion käyttöaiheen ja/tai injektiotekniikan kannalta asianmukaista neulaa. Sopivat neulat (hyväksytyt toimittajat TSK tai Terumo) toimitetaan ruiskun mukana pakkauksessa. Neulan sijasta voidaan käyttää tylppää 25 G:n kanyylia (yhteensopivuus TSK 25 G:n / 50 mm:n kanyylin kanssa on varmistettu). Kanyylia käytettäessä ihoon tehdään sisäänvientikohta sopivan kokoisella terävällä neulalla.

Hoidettavasta alueesta riippuen TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP injisoidaan hitaasti eri syvyyksillä: ihon alle tai supraperiosteumiin. Jos neulan väri näkyy ihon alla injektion aikana, se viittaa siihen, että injektio voi olla liian pinnallinen. Tehtävistä korjauksista ja tavoitelluista tuloksista riippuen optimaalisen tuloksen saamiseksi voidaan tarvita yksi tai useampi hoitokerta/viimeistelyhoitokerta. Tämän määrittää hoidosta vastaava terveydenhuollon ammattilainen. On suositeltavaa käyttää enintään 6 mL:n volyymia hoitokertaa kohden (prekliinisten ja kliinisten tietojen mukaan). Hoidosta vastaava terveydenhuollon ammattilainen päättää injektiotekniikasta hoidettavan alueen ja tarvittavan tuotteen volyymin mukaan. Lopeta injektio hyvissä ajoin ennen neulan/kanyylin vetämistä ihosta, jotta tuote ei valu pois hoitokohdasta. Hoidettuja kohtia on hierottava huolellisesti, jotta tuote jakautuu tasaisesti korjatuissa kohdissa.

Haittavaikutukset

Terveydenhuollon ammattilaisen on kerrottava potilaalle hoitoon liittyvistä mahdollisista haittavaikutuksista, joita voi esiintyä välittömästi injektion jälkeen tai myöhemmin. Potilasta on syytä seurata 30 minuutin ajan välittömästi injektion jälkeen, ja terveydenhuollon ammattilaisen on muistutettava potilasta kääntymään lääkärin puoleen, jos haittavaikutukset eivät häviä spontaanisti. Terveydenhuollon ammattilaisen on käytettävä tai määrättävä asianmukaista hoitoa lääketieteellisen tietämyksensä, potilaan ominaisuuksien ja oireiden kehittymisen mukaan. Yleisimpiä hoitoja voivat olla tulehduskipulääkkeet, antibiootit tai implantin liuottaminen. Ennen hoitoa terveydenhuollon ammattilaisen on neuvottava potilasta ilmoittamaan kaikista uusista tai jatkuvista haittavaikutuksista, jotka on kuvattu alla.

Seuraavat komplikaatiot, jotka on raportoitu kliinisessä kirjallisuudessa ja/tai tunnistettu kliinisten tutkimusten aikana, ovat tunnettuja reaktioita hyaluronihappoa sisältäville ihon täyteaineille. Näitä ovat mm. (muitakin kuin luettelossa olevia haittavaikutuksia voi esiintyä):

- Yleiset hoitoon liittyvät reaktiot (≥ 1/100) injektiokohdassa, yleensä lievät ja itsestään häviävät: injektiokohdan kipu, arkuus, punoitus/eryteema, mustelmat/hematoomat, joihin voi liittyä verenvuotoa ja/tai rakkuloiden muodostumista, turvotus/edeema, kiinteys/kovettuma, kyhmyt/patit (mukaan lukien näppylät), kutina.
- Todennäköiset mutta harvinaisemmat komplikaatiot (≥ 1/1 000 ja ≤ 1/100): värjäymät/värimuutokset, tulehdusreaktiot (joihin voi liittyä liikalämpöisyyttä), infektio (mukaan lukien paikallinen tai yleistynyt infektio ja märkäpesäkkeet), tuntoherkkyyden menetys injektioalueen ympärillä tai väliaikainen parestesia (johon voi liittyä ohimenevä liikehäiriö), allergian riski (mukaan lukien yliherkkyys, allerginen ihotulehdus, urtikaria), kyhmyt (mahdollisesti granuloomat), implantin siirtyminen paikaltaan.
- Vaikka TEOXANEn kliinisissä tutkimuksissa ei ole havaittu niitä, harvinaisia mutta vakavia haittatapahtumia (≤ 1/1 000) on raportoitu hyaluronihappotäyteaineita koskevassa kliinisessä kirjallisuudessa ja ne on tunnistettu osana TEOSYAL®-täyteaineiden markkinoille saattamisen jälkeistä valvontaa: välitön yliherkkyysreaktio, joka voi edetä angioedeemaan tai anafylaktiseen sokkiin asti, injektio verisuoneen tai sen lähelle, joka voi johtaa embolisaatioon, verisuonitukokseen, iskemiaan ja ihon/kudoksen nekroosiin. Vaikkakin ne ovat erittäin harvinaisia (noin 1/1 000 000), useimmat vakavat verisuonitukokset voivat johtaa väliaikaiseen tai pysyvään näön heikkenemiseen tai aivoiskemiaan/aivoverenvuotoon, joka johtaa aivohalvaukseen ja voi aiheuttaa kuoleman.

Embolisaation, verisuonitukoksen, iskemian ja ihon/kudoksen nekroosin ja sen jälkeisen näköhäiriön, aivoiskemian/aivoverenvuodon ja aivohalvauksen riski on suurempi, kun tuotetta injisoidaan nenään tai otsakolmioon.

Muut ei-vakavat reaktiot, joita on raportoitu Teoxanelle (esiintyvyydet alle 1/100 000) ja jotka mahdollisesti liittyvät laitteeseen tai toimenpiteeseen, mukaan lukien päänsärky/neuralgia, fibroosi, selluliitti, arpeutuminen ja telangiektasia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Terveydenhuollon ammattilainen ilmoittaa tuotteen valmistajalle (medical@teoxane.com) ja/tai tuotteen jälleenmyyjälle kaikista haittavaikutuksista mahdollisimman pian.

Lisäksi, jos laitteeseen liittyen tapahtuu vakava vaaratilanne, siitä on ilmoitettava viipymättä osoitteeseen medical@teoxane.com ja sen maan kansalliselle terveysviranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas on.

Käyttöön liittyvät varotoimet

Pehmytkudoksen täyteaineen injektio on lääketieteellinen toimenpide, johon liittyy luontaisesti infektioriski, kuten mihin tahansa tämäntyyppiseen toimenpiteeseen. Se on suoritettava sopivassa ympäristössä ja kaikkiin tavanomaisiin varotoimiin on ryhdyttävä. Koska ei ole olemassa tietoja mahdollisista yhteisvaikutuksista muiden täyteimplanttien kanssa (hyaluronihappotäyteimplantit tai muut, mahdollisesti pysyvät), terveydenhuollon ammattilainen arvioi ja päättää muiden täyteimplanttien lisäinjektioista edellisen injektion luonteesta ja ajankohdasta riippuen.

Terveydenhuollon ammattilaisen on otettava huomioon ennen hoitoa, että tämä täytetuote sisältää lidokaiinia.

Potilaalle on kerrottava seuraavat asiat:

- Potilas ei saa ottaa suuria määriä E-vitamiinia, aspiriinia, tulehduskipulääkkeitä tai antikoagulantteja injektiota edeltävän viikon aikana.
- Potilas ei saa käyttää meikkiä 12 tunnin aikana injektion jälkeen.
- Hammashoitoja, muita minkä tahansa tyyppisiä esteettisiä toimenpiteitä, pitkäaikaista auringolle altistumista, UV-säteilyä ja äärimmäisiä lämpötiloja (voimakas kylmyys, sauna, turkkilainen sauna jne.) on vältettävä hoitoa seuraavien kahden viikon aikana.

Jos mahdollisesta verisuonitukoksesta ilmenee merkkejä (ihon vaalentuminen tai suonikuvioiden ilmaantuminen, kipu, tunnottomuus jne.) milloin tahansa toimenpiteen aikana, injektio on keskeytettävä ja kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä.

Vältä ylikorjausta.

Urheilijoille on kerrottava, että tämä tuote sisältää lidokaiinia, joka voi aiheuttaa positiivisen reaktion dopingtestissä.

Säilytystä ja hävittämistä koskevat varotoimet

Säilytä 2-25 °C:n lämpötilassa suoralta auringonvalolta suojattuna. Varmista, että tuote on varastointialueella, joka ei aiheuta muutoksia pakkauksiin. Tarkista ennen käyttöä, ettei pakkauksissa ole näkyviä merkkejä vaurioista. Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä tuote-etiketistä ennen käyttöä. Ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, jos pakkaus on vaurioitunut, jos pakkaus on vahingossa avattu ennen käyttöä tai jos säilytysolosuhteita ei ole noudatettu. Jos ruiskun sisällössä näkyy separaation merkkejä, kuplia ja/tai se vaikuttaa samealta, älä käytä tätä ruiskua. Hoitokerran loppuessa on hävitettävä kaikki käyttämättä jäänyt tuote. Ruisku ja neulat toimitetaan steriileinä. Niitä ei ole tarkoitettu uudelleensteriloitaviksi ja ne on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Ruiskua tai neuloja ei saa käyttää uudelleen, jotta estetään geelin rakenteen ja sitä kautta sen tehokkuuden heikkeneminen (geeli voi kuivua, mikä estää sen työntymisen ulos neulan kautta), geelin epäasianmukainen käyttäytyminen (esim. myrkyllisen yhdisteen muodostuminen) ja infektioriski. Hävitä käytetyt neulat/kanyylit ja niiden suojukset turvallisesti asianmukaisiin säiliöihin, jotta neulanpistovamman ja/tai infektion riski vältetään.

Potilaalle on annettava implanttikortti injektion jälkeen. Potilaalle annettavat implantoituun lääkinnälliseen laitteeseen liittyvät tiedot ovat saatavilla tällä verkkosivustolla: www.teoxane.com/productinfo.

Tiivistelmä turvallisuudesta ja kliinisestä suorituskyvystä (SSCP) on saatavilla Eudamed-tietokannasta (heti, kun se on aktiivinen) seuraavalta verkkosivustolta: ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home. Luettelo laitteeseen sovellettavista yhdenmukaistetuista standardeista ja yleisistä teknisistä tiedoista on saatavilla SSCP-asiakirjassa. Sähköinen käyttöohje on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: www.teoxane.com/dermal-fillers-ifus. Ylimääräinen käyttöohje voidaan toimittaa pyynnöstä maksutta.

Neulan/kanyylin kiinnittäminen ruiskuun

TEOSYAL® PureSense -tuotteiden optimaalisen käytön varmistamiseksi on tärkeää, että neula/kanyyli on liitetty ruiskuun oikein (katso alla olevat vaiheet kuvissa 1-5). Lopeta injektio ja vaihda neula/kanyyli, jos tunnet esteen tai paineen injektion aikana. Käytä tuote heti pakkauksen avaamisen jälkeen. Älä koske neulaan/kanyyliin suoraan käsin. Älä kiristä liikaa tai käytä lateraalista voimaa liittäessäsi neulaa/kanyylia ruiskuun.

IS - Notkunarleiðbeiningar

Notist aðeins af heilbrigðisstarfsfólki með viðeigandi þjálfun, sem hefur hlotið viðurkenningu eða vottun í samræmi við landslög.

Lýsing

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP er smitsæft, gegnsætt, seigfjaðrandi hlaup úr hýalúrónsýru (HA) sem veldur ekki sótthita og inniheldur ekki dýraafurðir og er með mólmassa að meðaltali yfir 1 milljón Dalton. Það er víxlbundið við BDDE (1,4-Bútanedíól díglycídyl eter) og inniheldur 0.3% miðað við massa af lídókaínhýdróklóríði fyrir deyfandi eiginleika þess. Hver askja inniheldur tvær forfylltar sprautur af TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP. Askjan inniheldur tvær smitsæfðar 25G1″ nálar fyrir hverja sprautu og tvo rakningarmiða (einn til að afhenda sjúklingnum og einn sem læknirinn geymir í sjúkraskrám). Rúmmál hlaups í hverri sprautu er tilgreint á pappaöskjunni sem og á hverri sprautu.

Hýalúrónsýra er meiriháttar hluti grunnefnisins í utanfrumuefni húðarinnar. Snúðlaga uppbygging ósvikina sameindasvampsins gerir það að verkum að hann getur fangað allt að þúsundfalda þyngd sína í vatni. Efnið dreifist víða í húðvef og veitir húðinni raka, þótt það dragi úr innihaldi þess með aldrinum. Þegar húðin verður þynnri og viðkvæmari birtast brotalínur til að byrja með. TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP veitir fyllingu sem sléttir hrukkur eða útlínur í andliti og endurheimtir raka húðarinnar.

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP er lífbrjótanlegt ígræði sem uppsogast smám saman með tímanum. Áætlaður endingartími TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP er á bilinu 15 til 18 mánuðir. Tímalengd meðferðar ræðst af nokkrum þáttum. Þar á meðal gerð húðar, umfang hrukknanna sem á að meðhöndla, inndælingarsvæðinu, því magni sem inndælt er, lífeðlisfræði sjúklingsins og lífsstíl hans. Sá aðili sem annast inndælinguna tekur ákvörðun um það hvort þörf sé á að endurtaka hana til að ná sem bestum árangri.

Með tilliti til útlitstengdra ábendinga þá teljast TEOSYAL® vörur ekki vera með ætlaðan læknisfræðilegan tilgang. Þar af leiðandi er ólæknisfræðilegur ávinningur af TEOSYAL® tækjum túlkaður sem klínísk virkni. Samkvæmt gögnum sem safnað var í gegnum klínískar rannsóknir upplifðu 70 til 100% sjúklinga útlitstengdan bata á meðhöndluðu svæði eftir inndælinguna. Samkvæmt læknisfræðilegum ábendingum byggist klínískur ávinningur af TEOSYAL® vörum á niðurstöðum sem tilkynntar voru af sjúklingum þar sem mæld var ánægja og vellíðan eftir meðferðina. Í klínískum rannsóknum, þar sem þessar ábendingar voru metnar, var ánægjuhlutfall sjúklinga að jafnaði hærra en 70% allt að sex mánuðum eftir fyrstu inndælingu.

Samsetning

Hýalúrónsýra:..25 mg/mL
Stig víxlbindingar*...< 10%

**Mælt með kjarnsegulómskoðun (NMR).*

Önnur innihaldsefni:
Lídókaínhýdróklóríð..0.3% miðað við massa
Fosfatjafnalausn pH 7.3...q.s. ad 1.2 mL
BDDE sem víxlbindiefni..< 1 ppm

Ábendingar

Meðferðarábendingar fyrir TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP:

Uppbyggingarskurðaðgerð, fylling á dældum vegna öra, uppbygging á rúmmáli sem tapast vegna fituvisnunar hjá sjúklingum sem hafa gengist undir meðferð við HIV-sýkingu.

Útlitstengdar ábendingar fyrir TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP:

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP er ætlað til leiðréttingar á djúpum hrukkum og fellingum á þykkum húðsvæðum, til að jafna andlitsútlínur á efri hluta andlitsins og neðri hluta andlitsins (gagnauga, höku, kjálka), endurheimting/breyting á rúmmáli og minniháttar leiðrétting á vefjasigi á miðsvæði andlits (neffellingar, kinnar, kinnbein).

Lídókaínhýdróklóríð er staðdeyfilyf sem ætlað er að draga úr verkjum.

Frábendingar

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP má ekki nota ef um er að ræða:

- sjúklinga með húðsjúkdóma, bólgu eða sýkingu á eða nálægt meðferðarsvæði. Inndælingaraðferðir geta leitt til þess að duldar eða einkennalausar herpesveirusýkingar verði virkar,
- sjúklinga með þekkt ofnæmi fyrir hýalúrónsýru, sem eiga sér sögu um alvarleg ofnæmisviðbrögð eða bráðaofnæmi,
- sjúklinga með sjálfsofnæmissjúkdóma,
- þungaðar konur, konur með barn á brjósti eða sjúklingar yngri en 18 ára.

Vegna þess að varan inniheldur lídókaín, má ekki nota TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP ef um er að ræða:

- **þekkt ofnæmi fyrir staðdeyfilyfjum með lídókaíni og/eða amíði,**
- sjúklinga með hjartasjúkdóma og/eða í meðferð við hjartasjúkdómum (beta-blokkarar),
- sjúklinga með lifrarfrumuskerðingu og/eða eru í meðferð við lifrarsjúkdómi,
- sjúklinga sem þjást af flogaveiki eða porfýríu.

Notist ekki í samsettri meðferð með öðrum útlitstengdum aðgerðum (svo sem húðslípun (peeling), lasermeðferð eða úthljóðsmeðferð (ultrasound-based treatment)). Dælið ekki í efsta lag húðarinnar (húðþekju) eða aðra dýpt en þá sem lýst er í kaflanum „Skammtar og lyfjagjöf". Dælið ekki í eða nálægt æð eða nálægt taug.

Ekki dæla í augntóftarsvæðið (augnlok, baugar (tear trough), krákufætur).

Ekki dæla í ennissléttusvæðið.

Ekki dæla í varir.

Skammtar og lyfjagjöf

Til að lágmarka hættuna á hugsanlegum fylgikvillum eða ófullnægjandi niðurstöðu (þar á meðal ósamhverfu í andliti) skal varan eingöngu notuð af heilbrigðisstarfsfólki sem hefur hlotið fullnægjandi þjálfun og er með reynslu af inndælingartækni og þekkingu á líffærafræði og lífeðlisfræði stungustaðarins og umhverfi hans. **Að auki veitir Teoxane heilbrigðisstarfsfólki fræðsluefni. Til að nálgast það skal vinsamlegast sjá www.teoxane.academy.** Fyrir meðferð verður að spyrja sjúklinga út í sjúkrasögu og núverandi sjúkdómsástand þeirra eða lyf sem gætu haft áhrif á aðgerðina og þá ætti að upplýsa um ábendingar, væntanlega niðurstöðu, frábendingar, varúðarráðstafanir og hugsanlegar aukaverkanir. Meta ætti þörf sjúklinga fyrir verkjastillingu, ýmist með staðeða svæðisdeyfilyfjum. Svæði sem á að meðhöndla verður að sótthreinsa með viðeigandi lausn. Vegna hættu á milliverkunum er mælt með því að TEOSYAL® fylliefnið komist ekki í snertingu við fjórgreind ammóníumsölt (eins og bensalkóníumklóríð).

Mikilvægt er að nota smitsæfða nál, háð ábendingum fyrir inndælingu og/eða inndælingartækni. Viðeigandi nálar (frá viðurkenndum birgjum TSK eða Terumo) fylgja með sprautunni í öskjunni. Í staðinn fyrir nálina er hægt að nota sléttar 25G holnálar (samhæfni við holnálina TSK 25G/50 mm hefur verið staðfest). Þegar holnál er notuð er búinn til inngangspunktur í húðina með oddhvassri nál af viðeigandi stærð.

Eftir því svæði sem á að meðhöndla, er TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP dælt hægt með breytilegri dýpt: undir húð eða ofan á efri beinhimnu (supraperiosteum). Ef litur nálarinnar sést undir húðinni meðan á inndælingu stendur bendir það til þess að inndælingin gæti verið of grunn. Eftir því hvaða leiðréttingar eiga að fara fram og hvaða niðurstöðu er leitast eftir, getur reynst nauðsynlegt að beita einni eða fleiri meðferðarlotum/lagfæringum til að ná sem bestum árangri. Heilbrigðisstarfsmaðurinn sem sér um meðferðina ætti að leggja mat á slíkt. Mælt er með því að nota að hámarki 6 mL í hvert skipti (samkvæmt forklínískum og klínískum gögnum). Heilbrigðisstarfsmaðurinn sem sér um meðferðina mun taka ákvörðun um hvaða inndælingartækni er beitt, í samræmi við það svæði sem meðhöndlað er og magn efnisins sem þörf
er á. Stöðva skal inndælinguna þó nokkru áður en þú dregur nálina/holnálina úr húðinni til að forðast að efnið flæði út úr meðferðarsvæðinu. Nudda skal vandlega meðhöndluðu staðina til að tryggja jafna dreifingu efnisins á meðhöndluðu staðina.

Aukaverkanir

Heilbrigðisstarfsmaðurinn verður að upplýsa sjúklinginn um hugsanlegar aukaverkanir tengdar meðferðinni sem geta komið fram strax í kjölfar inndælingar eða síðar. Sterklega er mælt með því að hafa eftirlit með sjúklingnum innan 30 mínútna frá inndælingu og heilbrigðisstarfsmaður verður að minna sjúklinginn á að ráðfæra sig við lækni ef aukaverkanir hverfa ekki af sjálfu sér. Heilbrigðisstarfsmaður ætti að veita eða ávísa viðeigandi meðferð með tilliti til læknisfræðilegrar þekkingar hans, eiginleika sjúklings og þróun einkenna. Algengustu meðferðirnar geta falið í sér bólgueyðandi lyf, sýklalyf eða upplausn ígræðslu. Fyrir meðferð skal heilbrigðisstarfsmaður leiðbeina sjúklingnum um hann skuli tilkynna um nýjar eða viðvarandi aukaverkanir sem lýst er hér að neðan eða aðrar.

Eftirfarandi fylgikvillar, sem greint er frá í klínískum gögnum og/eða greindust við klínískar rannsóknir, eru vel þekkt viðbrögð við húðfylliefnum með hýalúrónsýru: Þetta felur meðal annars í sér (ekki tæmandi listi):

- Algeng viðbrögð við meðferð (≥1/100) á stungustað, venjulega væg og leysast sjálf: verkur við inndælingarstað, eymsli, hörundsroði, mar/margúll með hugsanlegri blæðingu og/eða blöðrumyndun, þroti/bjúgur, stífleiki/herslismyndun, hnúðar/fyrirferðir (þar á meðal bólur), kláði.
- Líklegir en sjaldgæfari fylgikvillar (≥1/1.000 og ≤1/100): litbrigði/upplitun, bólguviðbrögð (með hugsanlegum ofhita), sýking (þar á meðal staðbundinni eða almennri sýkingu og ígerð), tap á næmi í kringum inndælingarsvæði eða tímabundinn náladofi (með hugsanlega tengdri tímabundið skertri hreyfigetu), hætta á ofnæmi (þar á meðal ofnæmi, húðbólguofnæmi, ofsakláða), hnúðar (hugsanlega ofholdgunarhnúður), tilfærsla á ígræði.
- Þótt það hafi ekki fundist í klínískum rannsóknum á TEOXANE, hefur verið greint frá sjaldgæfum en alvarlegum aukaverkunum (≤1/1.000) í fræðiritum sem varða HA fylliefni og hafa greinst við eftirlit eftir markaðssetningu TEOSYAL® fylliefna: tafarlaus ofnæmisviðbrögð hækka til ofsabjúgs eða ofnæmislosts, inndælingar í eða nálægt æð sem getur leitt til blóðreks, æðastíflu, blóðþurrðar og dreps í húð/vef. Þó að það sé mjög sjaldgæft (um 1/1.000.000) geta alvarlegustu tilvik æðastíflu leitt til tímabundinnar eða varanlegrar sjónskerðingar eða blóðþurrðar/blæðingar í heila sem leiðir til heilablóðfalls sem getur valdið dauða.

Hættan á blóðreki, æðastíflu, blóðþurrð og drepi í húð/vef ásamt eftirfylgjandi sjónskerðingu, blóðþurrð/blæðingu í heila eða heilablóðfalli eykst þegar sprautað er í nefið eða ennisleitið.

Önnur viðbrögð sem ekki eru alvarleg sem Teoxane hefur verið tilkynnt um (tíðni innan við 1/100.000) og hugsanlega tengd búnaðinum eða aðgerðinni, þar með talið höfuðverkur/taugaverkur, bandvefsbólga, húðbeðsbólga, ör og háræðavíkkun.

Tilkynning um aukaverkanir

Heilbrigðisstarfsmaðurinn mun upplýsa vöruframleiðandann (medical@teoxane.com) og/eða dreifingaraðila vörunnar um allar aukaverkanir eins fljótt og auðið er.

Að auki, ef eitthvað alvarlegt atvik átti sér stað í tengslum við búnaðinn, ætti að tilkynna það án tafar til medical@teoxane.com og heilbrigðisyfirvalda í landinu þar sem notandinn og/eða sjúklingurinn hefur staðfestu.

Varúðarráðstafanir við notkun

Inndæling á fylliefni í mjúkvef er læknisfræðileg aðgerð sem felur í sér hættu á sýkingu eins og allar aðgerðir af því tagi. Hún verður að fara fram í viðeigandi umhverfi og grípa skal til allra hefðbundinna varúðarráðstafana. Vegna skorts á gögnum um hugsanleg samverkun við aðrar ígræðslur á fylliefni (HA fylliefni eða aðrar, hugsanlega varanlegar) mun heilbrigðisstarfsmaður meta og taka ákvörðun um frekari inndælingar með öðrum fylliefnum, allt eftir eðli og tímasetningu fyrri inndælinga á fylliefni.

Fyrir meðferð verður heilbrigðisstarfsmaður að taka tillit til þess að þetta fylliefni inniheldur lídókaín.

Ráðleggja skal sjúklingnum:

- að taka ekki stóra skammta af E-vítamíni, asetýlsalisýlsýru (aspiríni), bólgueyðandi lyfjum eða blóðþynningarlyfjum í vikunni fyrir inndælinguna,
- að nota ekki farða 12 klukkustundum eftir inndælingu,
- að forðast tannmeðferðir, aðrar útlitstengdar aðgerðir af hvaða tagi sem er, langvarandi sólarljós, útfjólubláa geisla og hátt/lágt hitastig (mikinn kulda, sánur, gufuböð o.s.frv.) tveim vikum eftir meðferð.

Ef einhver merki um hugsanlega æðastíflu koma fram (húðhvítnun eða yrjur, verkur, dofi, o.s.frv.) hvenær sem er meðan á aðgerðinni stendur, skal stöðva inndælinguna og grípa til allra viðeigandi ráðstafana.

Forðastu ofleiðréttingu.

Íþróttafólk verður að vera meðvitað um þá staðreynd að þessi vara inniheldur lídókaín sem getur leitt til jákvæðrar niðurstöðu á lyfjaprófi.

Varúðarráðstafanir við geymslu og förgun

Geymið við 2°C til 25°C, fjarri beinu sólarljósi. Gæta skal að því að geyma vöruna á þar sem breytingar verða ekki umbúðunum og gæta þess að engin sjáanleg merki séu um skemmdir á umbúðunum fyrir notkun. Athugið fyrningardagsetningu á merkimiða vörunnar fyrir notkun. Notið ekki eftir fyrningardagsetningu, ef umbúðirnar eru skemmdar, ef umbúðirnar hafa verið opnaðar óvart fyrir notkun eða ef geymsluskilyrði hafa ekki verið virt. Ef innihald sprautunnar sýnir merki um að efnið hafi skilið sig, loftbólur og/eða virðist skýjað þá skal ekki nota þessa sprautu. Að meðferð lokinni er nauðsynlegt að farga öllu ónotuðu efni sem eftir er. Sprautan og nálarnar eru afhentar smitsæfðar og eru ekki ætlaðar til endursmitsæfingar og eingöngu einnota. Því skal ekki endurnýta sprautuna eða nálarnar til að forðast að hlaupið rýrni sem dregur úr skilvirkni þess (hlaupið getur þornað sem þýðir að erfiðara er að dæla því í gegnum nálar), óviðeigandi hegðun hlaupsins (t.d. myndun á eitruðu efnasambandi) eða smithættu. Fargið notuðum nálum/holnálum ásamt hlífðarbúnaði á öruggan hátt í viðeigandi ílát til að forðast hættu á nálarstungum og/eða sýkingu.

Afhenda ætti sjúklingnum ígræðslukort eftir inndælinguna. Upplýsingar sem veita á sjúklingnum í tengslum við ígrædda lækningatækið er að finna á þessari vefsíðu: www.teoxane.com/productinfo.

Samantekt á öryggi og klínískri virkni (Summary of Safety and Clinical Performance, SSCP) er hægt að nálgast á Eudamed (um leið og hún verður virk) á eftirfarandi vefsíðu: ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home. Listi yfir samræmda staðla og algengar forskriftir sem notaðar eru fyrir búnaðinn er að finna í samantekt á öryggi og klínískri virkni. Rafrænar notkunarleiðbeiningar eru fáanlegar á eftirfarandi vefsíðu: www.teoxane.com/dermal-fillers-ifus. Hægt er að útvega auka notkunarleiðbeiningar án endurgjalds sé þess óskað.

Nálin/holnálin sett á sprautuna

Til að nota TEOSYAL® PureSense vörur á sem bestan máta er mikilvægt að nálin/holnálin sé rétt tengd við sprautuna (sjá þrepin hér að neðan sem lýst er á skýringarmyndum 1 til 5). Hættu inndælingu og skiptu um nál/holnál ef þú finnur fyrir hindrun eða þrýstingi meðan á inndælingunni stendur. Notaðu vöruna strax eftir að pakkningin hefur verið opnuð. Ekki snerta nálina/holnálina með höndunum. Þegar nálin/holnálin er tengd við sprautu skal ekki herða um of eða beita hliðarafli.

NO - Bruksanvisning

Skal kun administreres av opplært helsepersonell som er kvalifisert eller akkreditert i samsvar med nasjonale lover.

Beskrivelse

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP er en steril, gjennomsiktig, ikke-pyrogen viskoelastisk gel laget av hyaluronsyre (HA) av ikke-animalsk opprinnelse og av gjennomsnittlig molekylvekt høyere enn 1 million Dalton. Den er kryssbundet med BDDE (1,4-butandioldiglysidyleter) og inneholder 0.3 masseprosent lidokainhydroklorid, for sine anestetiske egenskaper. Hver eske inneholder to ferdigfylte sprøyter med TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP. For hver sprøyte inneholder esken to sterile 25 G 1″ nåler og to sporbarhets etiketter (én som skal gis til pasienten, og én som skal oppbevares av legen i pasientjournalen). Gelevolumet i hver sprøyte er angitt på pappesken samt på hver sprøyte.

Hyaluronsyre er en viktig bestanddel i det malte stoffet i den dermale ekstracellulære matriksen. En ekte molekylær svamp, dens spiralformede struktur lar den binde opptil tusen ganger vekten sin i vann. Den er bredt distribuert i kutant vev og hydrerer huden, selv om innholdet avtar med alderen.
Etter hvert som huden blir tynnere og skjør, vises de første hudlinjene. TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP skaper et volum som korrigerer rynker eller ansiktskonturer og gjenoppretter hudens fuktighet.

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP er et biologisk nedbrytbart implantat som gradvis resorberes over tid. Den estimerte levetiden til TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP er mellom 15 og 18 måneder. Varigheten av behandlingen avhenger av flere faktorer, inkludert hudtype, alvorlighetsgraden av rynken som skal behandles, injeksjonsområdet, volumet som injiseres, pasientens fysiologi og livsstil. Injektøren vil avgjøre om en oppfriskningsøkt er nødvendig for optimale resultater.

I sine estetiske indikasjoner har ikke TEOSYAL®-produkter et tiltenkt medisinsk formål. Derfor er den ikke-medisinske fordelen ved TEOSYAL®-utstyr forstått som klinisk ytelse. Tilsammen opplevde 70 til 100 % av pasientene en estetisk forbedring av det behandlede området etter injeksjonen, basert på data innhentet fra kliniske studier. I sine medisinske indikasjoner er den kliniske fordelen med TEOSYAL®-produkter basert på pasientrapporterte utfall som måler tilfredshet og velvære etter behandlingen. I løpet av kliniske studier som evaluerte disse indikasjonene, var pasienttilfredsheten konsekvent høyere enn 70 % opptil seks måneder etter første injeksjon.

Sammensetning

Hyaluronsyre ....25 mg/mL
Grad av kryssbinding*...< 10 %

**Målt med nukleær magnetisk resonans (NMR)-analyse.*

Andre ingredienser:
Lidokainhydroklorid...0.3 masseprosent
Fosfatbuffer pH 7.3 ....q.s. ad 1.2 mL
BDDE som kryssbindingsmiddel..< 1 ppm

Indikasjoner

Terapeutiske indikasjoner for TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP:

Rekonstruktiv kirurgi, fylling av fordypninger grunnet arr, rekonstruksjon av volumer tapt ved lipoatrofi hos pasienter som gjennomgår hivbehandling.

Estetiske indikasjoner for TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP:

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP er indisert for korrigering av dype rynker og folder i tykke hudområder, for ansiktskonturomforming i over- og underansikt (tinning, hake, kjevelinje), volum-gjenoppretting/-forsterkning og mindre korreksjon av vevsptose i mellomansiktsområdet (nasolabiale folder, kinn, kinnbein).

Lidokainhydroklorid er et lokalbedøvelsesmiddel utviklet for å redusere smertefølelsen.

Kontraindikasjoner

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP må ikke brukes på:

- pasienter med kutane lidelser, inflammasjon eller infeksjon på eller i nærheten av behandlingsstedet. Injeksjonsprosedyrer kan føre til reaktivering av latent eller subklinisk herpesvirusinfeksjon,
- pasienter som har en kjent overfølsomhet overfor hyaluronsyre, med en historie med alvorlig allergi eller anafylaktisk sjokk,
- pasienter med autoimmune sykdommer,
- gravide, ammende kvinner eller pasienter under 18 år.

På grunn av tilstedeværelsen av lidokain må TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP ikke brukes på:

- **pasienter med kjent overfølsomhet overfor lidokain og/eller lokalbedøvelsesmidler,**
- pasienter med hjertesykdommer og/eller som gjennomgår behandling for hjertesykdommer (betablokkere),
- pasienter med hepatocellulær insuffisiens og/eller som gjennomgår behandling av leversykdom,
- pasienter som lider av epilepsi eller porfyri.

Skal ikke brukes i kombinasjon med andre estetiske prosedyrer (som peeling, laserbehandling eller ultralydbasert behandling). Skal ikke injiseres i hudens mest overfladiske lag (epidermis), og i andre injeksjonsdybder enn dem beskrevet i avsnittet "Dosering og administreringsmetode". Skal ikke injiseres i eller nær et blodkar eller nær en nerve.

Skal ikke injiseres i det periorbitale området (øyelokk, tårekanal, kråkeføtter).

Skal ikke injiseres i glabella-regionen.

Skal ikke injiseres i leppene.

Dosering og administrasjonsmåte

For å redusere risikoen for potensielle komplikasjoner eller utilfredsstillende resultater (inkludert ansiktsasymmetri), skal produktet kun brukes av godt opplært helsepersonell med erfaring innen injeksjonsteknikker og kunnskap om anatomien og fysiologien til injeksjonsstedet og dets omgivelser. **I tillegg gir Teoxane helsepersonell pedagogisk innhold. Se www.teoxane.academy.** Før behandling må pasienter utspørres om tidligere sykehistorie og nåværende tilstander eller legemidler som kan påvirke prosedyren. De skal også informeres om indikasjonene, forventede utfall, kontraindikasjoner, forholdsregler og potensielle bivirkninger. Pasientenes behov for smertelindring med enten lokal- eller regionalbedøvelsesmiddel skal vurderes. Områder som skal behandles, må desinfiseres med egnet antiseptisk løsning. Grunnet risikoen for interaksjon anbefales det at TEOSYAL®-fyllstoffer ikke kommer i kontakt med kvartære ammoniumsalter (som benzalkoniumklorid).

Det er viktig å bruke en steril egnet nål, avhengig av injiserte indikasjoner og/eller injeksjonsteknikk. Egnede nåler (fra de godkjente leverandørene TSK eller Terumo) leveres sammen med sprøyten i esken. Som et alternativ til nålen kan en butt kanyle 25 G brukes (kompatibiliteten med kanylen TSK 25 G / 50 mm er verifisert). Når en kanyle brukes, lages et inngangspunkt i huden med en skarp nål av passende størrelse.

Avhengig av området som skal behandles, injiseres TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP langsomt ved variable dybder: subkutant eller på supraperiosteum. Hvis nålens farge er synlig under huden under injeksjonen, antyder dette at injeksjonen kan være for overfladisk. Avhengig av korrigeringene som skal gjøres, og resultatene som søkes, kan det være nødvendig med én eller flere behandlingsøkter/oppfriskning for å oppnå optimalt resultat. Dette skal bestemmes av helsepersonellet med ansvar for behandlingen. Det anbefales å bruke et maksimalt volum på 6 mL per økt (i henhold til prekliniske og kliniske data). Helsepersonellet som er ansvarlig for behandlingen, vil bestemme injeksjonsteknikken i henhold til det behandlede området og det påkrevde produktvolumet. Stopp injeksjonen i god tid før du trekker nålen/kanylen ut av huden, for å unngå at produktet flyter ut av behandlingsstedet. De behandlede stedene skal masseres forsiktig for å sikre jevn distribusjon av produktet på de korrigerte stedene.

Bivirkninger

Helsepersonellet må informere pasienten om potensielle bivirkninger knyttet til behandlingen, som kan oppstå umiddelbart etter injeksjon eller etter en stund. Umiddelbar overvåking av pasienten anbefales på det sterkeste i 30 minutter etter injeksjon, og helsepersonellet må minne pasienten på å rådføre seg med medisinsk personell hvis bivirkningene ikke forsvinner spontant. Helsepersonellet skal bruke eller foreskrive en passende behandling med hensyn til sin medisinske kunnskap, pasientegenskaper og symptomutvikling. De vanligste behandlingene kan inkludere antiinflammatoriske legemidler, antibiotika eller implantatoppløsning. Før behandlingen må helsepersonellet informere pasienten om å rapportere eventuelle nye eller vedvarende bivirkninger beskrevet nedenfor eller ikke.

Følgende komplikasjoner, rapportert i klinisk litteratur og/eller identifisert under kliniske undersøkelser, er velkjente reaksjoner på dermale fyllstoffer med hyaluronsyre. Disse inkluderer blant annet (ikke-uttømmende liste):

- Vanlige behandlingsreaksjoner (≥ 1/100) på injeksjonsstedet, vanligvis milde og løser seg av seg selv: smerte på injeksjonsstedet, ømhet, rødhet/erytem, blåmerker/hematomer med potensiell blødning og/eller blemmedannelse, hevelse/ødem, fasthet/indurasjon, klumper (inkludert papeler), kløe.
- – Sannsynlige, men mindre vanlige komplikasjoner (≥ 1/1 000 og ≤ 1/100): dyskromi/misfarging, inflammatoriske reaksjoner (med potensiell hypertermi), infeksjon (inkludert lokal eller generell infeksjon og abscesser), tap av sensitivitet rundt det injiserte området eller midlertidig parestesi (med potensiell assosiert forbigående bevegelseshemming), risiko for allergi (inkludert overfølsomhet, dermatittallergi, urtikaria), knuter (muligens granulomer), implantatmigrasjon.
- Selv om det ikke er påvist gjennom TEOXANES kliniske undersøkelser, er sjeldne, men alvorlige bivirkninger (≤ 1/1 000) rapportert i den kliniske litteraturen vedrørende HA-fyllstoffer og identifisert som en del av overvåkingen etter markedsføring av TEOSYAL®-fyllstoffer: umiddelbar overfølsomhetsreaksjon opptil angioødem eller anafylaktisk sjokk, injeksjon i eller nær et blodkar som kan føre til embolisering, vaskulær okklusjon, iskemi og hud-/vevsnekrose. Selv om det er ekstremt sjeldent (ca. 1/1 000 000), kan de mest alvorlige tilfellene av vaskulær
okklusjon føre til midlertidig eller permanent synshemming, eller cerebral iskemi/hemoragi som fører til slag som kan forårsake død.

Risikoen for embolisering, vaskulær okklusjon, iskemi og hud-/vevsnekrose med påfølgende synshemming, cerebral iskemi/blødning eller hjerneslag øker ved injeksjon i nesen eller i glabella.

Andre ikke-alvorlige reaksjoner rapportert til Teoxane (i forekomster lavere enn 1/100 000) og muligens relatert til utstyret eller prosedyren, inkludert hodepine/nevralgi, fibrose, cellulitt, arrdannelse og telangiektasi.

Rapportering av bivirkninger

Helsepersonellet vil informere produsenten (medical@teoxane.com) og/eller produktdistributøren om eventuelle bivirkninger innen kortest mulig tid.

I tillegg, hvis det har oppstått en alvorlig hendelse i forbindelse med utstyret, skal den rapporteres omgående til medical@teoxane.com og nasjonale helsemyndigheter i landet der brukeren og/eller pasienten er bosatt.

Forholdsregler for bruk

Injeksjon av bløtvevsfyllstoff er en medisinsk prosedyre som innebærer en iboende risiko for infeksjon, som enhver prosedyre av denne typen. Den må utføres i et egnet miljø, og alle vanlige forholdsregler må tas. På grunn av fravær av data om mulige interaksjoner med andre fyllingsimplantater (HA-fyllingsimplantater eller andre, muligens permanente), vil helsepersonellet vurdere og bestemme ytterligere injeksjoner med andre fyllingsimplantater, avhengig av type og tidspunkt for forrige injeksjon.

Før behandling må helsepersonellet ta hensyn til at fyllingsproduktet inneholder lidokain.

Pasienten skal informeres om:

- ikke å ta høye doser av vitamin E, aspirin, antiinflammatoriske midler eller antikoagulerende i løpet av uken før injeksjonen,
- ikke å bruke sminke i 12 timer etter injeksjonen,
- å unngå tannbehandlinger, andre estetiske prosedyrer av noe slag, langvarig soleksponering, UV-stråler og ekstreme temperaturer (intens kulde, badstue, hammam, osv.) i to uker etter behandlingen.

Hvis det oppstår tegn på potensiell vaskulær okklusjon (hudbleking eller -marmorering, smerte, nummenhet osv.) når som helst under prosedyren, skal injeksjonen stoppes og alle nødvendige tiltak iverksettes.

Unngå overkorrigering.

Idrettsutøvere må gjøres oppmerksom på at dette produktet inneholder lidokain som kan forårsake en positiv reaksjon i en dopingtest.

Forholdsregler for oppbevaring og avhending

Oppbevares mellom 2 °C og 25 °C, unna direkte sollys. Sørg for å oppbevare produktet i et oppbevaringsområde som ikke endrer emballasjen, og sørg for at det ikke er synlige tegn på skade på emballasjen før bruk. Kontroller utløpsdatoen på produktetiketten før bruk. Skal ikke brukes etter utløpsdatoen hvis emballasjen er skadet, hvis emballasjen utilsiktet er åpnet før bruk, eller hvis oppbevaringsforholdene ikke er overholdt. Hvis innholdet i en sprøyte viser tegn på separasjon, bobler og/eller ser uklart ut, skal sprøyten ikke brukes. På slutten av behandlingsøkten er det viktig å kaste alt gjenværende ubrukt produkt. Sprøyten og nålene leveres sterile og er ikke beregnet på resterilisering, og de er kun beregnet til engangsbruk. Derfor må du ikke gjenbruke sprøyten eller nålene for å unngå at gelen forringes, noe som reduserer effektiviteten (gelen kan tørke ut og hindre ekstrudering gjennom en nål), upassende geleadferd (f.eks. generering av en giftig forbindelse) eller infeksjonsfare. Kast brukte nåler/kanyler på en sikker måte med beskyttelsen i egnede beholdere for å unngå risiko for nålestikkskade og/eller infeksjon.

Et implantatkort skal gis til pasienten etter injeksjonen. Informasjon som skal gis til pasienten i forbindelse med det implanterte medisinske utstyret, er tilgjengelig på dette nettstedet: www.teoxane.com/productinfo.

Sammendraget av sikkerhet og klinisk ytelse (SSCP) vil være tilgjengelig på Eudamed (så snart det er aktivt) på følgende nettsted: ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home. Listen over harmoniserte standarder og vanlige spesifikasjoner som gjelder for anordningen, er tilgjengelig i SSCP. Den elektroniske bruksanvisningen er tilgjengelig på følgende nettsted: www.teoxane.com/dermal-fillers-ifus. En ekstra bruksanvisning kan leveres gratis på forespørsel.

Montering av nålen/kanylen på sprøyten

For optimal bruk av TEOSYAL® PureSense-produkter er det viktig at nålen/kanylen er riktig festet til sprøyten (se trinnene nedenfor beskrevet i diagram 1 til 5). Stopp injeksjonen og bytt nål/kanyle hvis du føler en obstruksjon eller trykk under injeksjonen. Bruk produktet umiddelbart etter åpning av pakken. Ikke berør nålen/kanylen direkte med hendene. Når nålen/kanylen festes til en sprøyte, må du ikke stramme for mye eller bruke lateral kraft.

RO - Instrucțiuni de utilizare

A se administra numai de către profesioniști din domeniul sănătății instruiți în mod corespunzător și care sunt calificați sau acreditați în conformitate cu legislația națională.

Descriere

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP este un gel steril, transparent, apirogen, viscoelastic, fabricat din acid hialuronic (HA) de origine non-animală și cu o greutate moleculară medie mai mare de 1 milion de Daltoni. Acesta este reticulat cu BDDE (1,4-butanediol diglicidil eter) și conține 0.3% fracție masică de clorhidrat de lidocaină, datorită proprietăților sale anestezice. Fiecare cutie conține două seringi preumplute de TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP. Pentru fiecare seringă, cutia conține două ace sterile 25G1″ și două etichete de trasabilitate (una pentru a fi oferită pacientului, iar cealaltă pentru a fi păstrată de către medic în fișa medicală a pacientului). Volumul de gel din fiecare seringă este indicat pe cutia de carton, precum și pe fiecare seringă.

Acidul hialuronic este un constituent principal al substanței de bază a matricei dermice extracelulare. Acesta acționează ca un adevărat burete molecular, structura sa elicoidală permițându-i să absoarbă până la o mie de ori greutatea sa în apă. Acidul hialuronic este prezent din abundență în țesutul cutanat și hidratează pielea, deși nivelul său scade odată cu vârsta. Pe măsură ce pielea devine mai subțire și mai fragilă, apar primele fisuri la nivelul pielii. TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP creează un volum care corectează ridurile sau conturarile faciale și reface nivelul de hidratare a pielii.

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP este un implant biodegradabil care se resoarbe progresiv, odată cu trecerea timpului. Durata de viață estimată a TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP este cuprinsă între 15 și 18 luni. Durata tratamentului depinde de mai mulți factori, inclusiv de tipul de piele, severitatea ridurilor de tratat, zona de injectare, volumul injectat, fiziologia și stilul de viață ale pacientului. Persoana care efectuează injectarea va decide dacă poate fi necesară o ședință de retușare pentru rezultate optime.

În indicațiile lor estetice, produsele TEOSYAL® nu au un scop medical prevăzut. Prin urmare, beneficiul non-medical al dispozitivelor TEOSYAL® este înțeles ca performanță clinică. În general, 70 până la 100% dintre pacienți au prezentat o îmbunătățire estetică a zonei tratate după injectare, pe baza datelor colectate pe parcursul programului de studii clinice. În indicațiile lor medicale, beneficiul clinic al produselor TEOSYAL® se bazează pe rezultatele raportate de pacienți, care măsoară satisfacția și starea de bine după tratament. În studiile clinice care au evaluat aceste indicații, ratele de satisfacție a pacienților au fost în mod constant mai mari de 70% până la șase luni după prima injectare.

Compoziție

Acid hialuronic...25 mg/mL
Grad de reticulare*..< 10%

**Măsurat prin analiza de rezonanță magnetică nucleară (RMN).*

Alte ingrediente:
Clorhidrat de lidocaină...0.3% fracție masică
Tampon fosfat pH...7.3 q.s. ad 1.2 mL
BDDE ca agent de reticulare ....< 1 ppm

Indicații

Indicații terapeutice ale TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP:

Chirurgie reconstructivă, umplerea cicatricilor profunde, reconstrucția volumelor pierdute prin lipoatrofie la pacienți care urmează tratament pentru HIV.

Indicații estetice ale TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP:

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP este indicat pentru corectarea oricăror riduri și pliuri adânci în zonele groase ale pielii, pentru remodelarea conturului facial în partea superioară și inferioară a feței (tâmplă, bărbie, maxilar), restabilirea/creșterea volumului
și corectarea ptozei tisulare minore în regiunea mediană a feței (pliuri nazolabiale, obraji, pomeți).

Clorhidratul de lidocaină este un agent anestezic local conceput pentru a reduce senzația de durere.

Contraindicații

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP nu trebuie utilizat în cazul:

- pacienților cu afecțiuni cutanate, inflamații sau infecții la nivelul zonei de tratament sau în apropierea acesteia. Procedurile de injectare pot duce la reactivarea infecției herpetice virale latente sau subclinice,
- pacienților cu hipersensibilitate cunoscută la acid hialuronic, cu un istoric de alergie severă sau șoc anafilactic,
- pacienților cu boli autoimune,
- femeilor însărcinate, care alăptează sau al pacienților cu vârsta sub 18 ani.

Din cauza prezenței lidocainei, TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP nu trebuie utilizat în cazul:

- **hipersensibilității cunoscute la lidocaină și/sau agenții anestezici pe bază de amidă,**
- pacienților cu boli cardiace și/sau care urmează tratament pentru boli de inimă (betablocante),
- pacienților cu insuficiență hepatocelulară și/sau care urmează tratament pentru o boală hepatică,
- pacienților care suferă de epilepsie sau porfirie.

A nu se utiliza în combinație cu alte proceduri estetice (cum ar fi peelingul, tratamentul cu laser sau tratamentul cu ultrasunete). Nu injectați în stratul cel mai superficial al pielii (epidermă) și la adâncimi de injectare altele decât cele descrise în secțiunea „Doze și metodă de administrare". Nu injectați într-un vas de sânge sau aproape de un vas de sânge ori aproape de un nerv.

Nu injectați în zona periorbitală (pleoapă, șanțul nazojugal, ridurile de tip „laba gâștei" de la nivelul ochilor).

Nu injectați în regiunea glabelară.

Nu injectați în buze.

Doze și metodă de administrare

Pentru a reduce la minimum riscul de complicații potențiale sau de rezultate nesatisfăcătoare (inclusiv asimetria facială), produsul trebuie să fie utilizat doar de către profesioniști din domeniul sănătății bine pregătiți, cu experiență în tehnici de injectare și cunoscători ai anatomiei și fiziologiei locului de injectare și a zonelor proximale acestuia. **În plus, Teoxane oferă profesioniștilor din domeniul sănătății conținut educațional; vă rugăm să consultați www.teoxane.academy.** Înainte de tratament, pacienții trebuie să fie chestionați cu privire la istoricul lor medical și afecțiunile lor curente sau medicamentele care ar putea afecta procedura și trebuie să fie informați cu privire la indicații, rezultatele așteptate, contraindicații, măsuri de precauție și posibilele reacții adverse. Trebuie evaluată nevoia pacienților de calmare a durerii cu agent anestezic local sau regional. Zonele care urmează să fie tratate trebuie să fie dezinfectate cu o soluție antiseptică adecvată. Din cauza riscului de interacțiune, se recomandă ca produsele de umplere TEOSYAL® să nu intre în contact cu sărurile cuaternare de amoniu (precum clorura de benzalconiu).

Este important să utilizați un ac adecvat steril, în funcție de indicațiile de injectare și/sau de tehnica de injectare. Acele adecvate (de la furnizorii aprobați TSK sau Terumo) sunt furnizate împreună cu seringa din cutie. Ca o alternativă la ac, se poate utiliza o canulă boantă de 25G (compatibilitatea cu canula TSK 25G/50 mm a fost verificată). Când se utilizează o canulă, se creează un punct de acces în piele cu un ac ascuțit de dimensiune adecvată.

În funcție de zona de tratat, TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP este injectat lent la adâncimi variabile: subcutanat sau supraperiostal. În cazul în care culoarea acului este vizibilă sub piele în timpul injectării, acest lucru sugerează că injectarea ar putea fi prea superficială. În funcție de corecțiile care trebuie efectuate și de rezultatele dorite, pot fi necesare una sau mai multe ședințe de tratament/retușuri pentru a obține un rezultat optim. Profesionistul din domeniul sănătății care aplică tratamentul va stabili acest lucru. Se recomandă utilizarea unui volum maxim de 6 mL per ședință (conform datelor preclinice și clinice). Profesionistul din domeniul sănătății responsabil cu tratamentul va decide ce tehnică de injectare se va folosi, în funcție de zona tratată și de volumul de produs necesar. Opriți injectarea cu mult înainte de a retrage acul/canula din piele, pentru a evita ca produsul să se scurgă din locul de tratament. Locurile tratate trebuie să fie atent masate pentru a asigura distribuirea uniformă a produsului în locurile corectate.

Reacții adverse

Profesionistul din domeniul sănătății trebuie să informeze pacientul cu privire la potențialele reacții adverse legate de tratament, care pot surveni imediat după injectare sau după un anumit interval de timp. Se recomandă insistent monitorizarea imediată a pacientului în decurs de 30 de minute după injectare, iar profesionistul din domeniul sănătății trebuie să îi reamintească pacientului să consulte un cadru medical dacă reacțiile adverse nu dispar spontan. Profesionistul din domeniul sănătății trebuie să utilizeze sau să prescrie un tratament adecvat în raport cu cunoștințele sale medicale, caracteristicile pacientului și evoluția simptomelor. Cele mai frecvente tratamente pot include medicamente antiinflamatoare, antibiotice sau dizolvarea implantului. Înainte de tratament, profesionistul din domeniul sănătății trebuie să instruiască pacientul cu privire la raportarea oricărei reacții adverse noi sau persistente, descrisă sau nu în cele de mai sus.

Următoarele complicații, raportate în literatura clinică și/sau identificate în timpul investigațiilor clinice, sunt reacții bine cunoscute la produsele de umplere dermică cu acid hialuronic. Acestea includ, printre altele (listă neexhaustivă):

- Reacții frecvente la tratament (≥ 1/100) la locul de injectare, de obicei ușoare și care dispar de la sine: durere la locul de injectare, sensibilitate, roșeață/eritem, învinețire/hematoame cu posibilă sângerare și/sau formare de vezicule, umflături/edem, fermitate/indurație, noduli/protuberanțe (inclusiv papule), mâncărime.
- Complicații probabile, dar mai puțin frecvente (≥ 1/1.000 și ≤ 1/100): discromie/decolorare, reacții inflamatorii (cu hipertermie potențială), infecție (inclusiv infecție localizată sau generalizată și abcese), pierderea sensibilității în jurul zonei injectate sau parestezie temporară (cu potențial de afectare tranzitorie a mișcării), risc de alergie (inclusiv hipersensibilitate, dermatită alergică, urticarie), noduli (eventual granuloame), migrarea implantului.
- Deși nu au fost detectate în cadrul investigațiilor clinice efectuate de TEOXANE, au fost raportate evenimente adverse grave, dar rare (≤ 1/1.000) în literatura clinică referitoare la produsele de umplere cu HA și au fost identificate ca parte a supravegherii ulterioare introducerii pe piață a produselor de umplere TEOSYAL®: reacție de hipersensibilitate imediată până la angioedem sau șoc anafilactic, injectare într-un vas de sânge sau în apropierea unui vas de sânge, care poate duce la embolizare, ocluzie vasculară, ischemie și necroză cutanată/tisulară. Deși extrem de rare (aproximativ 1/1.000.000), cele mai grave cazuri de ocluzie vasculară pot duce la afectarea temporară sau permanentă a vederii sau la ischemie/hemoragie cerebrală care poate duce la accident vascular cerebral, putând cauza decesul.

Riscul de embolizare, ocluzie vasculară, ischemie și necroză cutanată/tisulară cu afectare ulterioară a vederii, ischemie/hemoragie cerebrală sau accident vascular cerebral este crescut atunci când este injectat în nas sau în glabelă.

Alte reacții care nu au fost grave raportate către Teoxane (în rate inferioare valorii de 1/100.000) și posibil asociate cu dispozitivul sau cu procedura, inclusiv cefalee/nevralgie, fibroză, celulită, cicatrizare și telangiectazie.

Raportarea reacțiilor adverse

Profesionistul din domeniul sănătății va informa producătorul (medical@teoxane.com) și/sau distribuitorul produsului în cel mai scurt timp posibil cu privire la orice reacție adversă.

În plus, dacă a avut loc orice incident grav în legătură cu dispozitivul, acesta trebuie să fie raportat imediat către medical@teoxane.com și către autoritatea medicală națională a țării în care sunt stabiliți utilizatorul și/sau pacientul.

Precauții de utilizare

Ca orice altă procedură de acest tip, injectarea substanței de umplere în țesuturile moi este o procedură medicală ce implică un risc inerent de infecție. Aceasta trebuie efectuată într-un mediu adecvat și trebuie luate toate precauțiile uzuale. Din cauza lipsei datelor privind posibilele interacțiuni cu alte implanturi de umplere (implanturi de umplere cu HA sau altele, posibil permanente), profesionistul din domeniul sănătății va evalua și va decide cu privire la orice injectări ulterioare cu alte implanturi de umplere, în funcție de natura și momentul injectării anterioare.

Înainte de tratament, profesionistul din domeniul sănătății trebuie să ia în considerare faptul că acest produs de umplere conține lidocaină.

Pacientul trebuie avertizat:

- să nu ia doze mari de vitamina E, aspirină, antiinflamatoare sau anticoagulante în timpul săptămânii dinaintea sesiunii de injectare,
- să nu folosească machiaj timp de 12 ore după injectare,
- să evite tratamentele stomatologice, alte proceduri estetice de orice tip, expunerea prelungită la soare, la raze UV și la temperaturi extreme (frig intens, saună, baie turcească etc.) în timpul celor două săptămâni de după tratament.

Dacă apare orice semn de posibilă ocluzie vasculară (albire sau marmorare a pielii, durere, amorțeală etc.) în orice moment în timpul procedurii, injectarea trebuie oprită și trebuie luate toate măsurile adecvate.

Evitați corecția excesivă.

Sportivii trebuie să fie conștienți de faptul că acest produs conține lidocaină, care poate cauza o reacție pozitivă la un test de dopaj.

Măsuri de precauție pentru depozitare și eliminare

Păstrați produsul la temperaturi cuprinse între 2 °C și 25 °C, ferit de lumina directă a soarelui. Asigurați-vă că păstrați produsul într-o zonă de depozitare care nu alterează ambalajul și asigurați-vă că nu există semne vizibile de deteriorare a ambalajului înainte de utilizare. Verificați data de expirare de pe eticheta produsului înainte de utilizare. A nu se utiliza după data de expirare, dacă ambalajul este deteriorat, dacă ambalajul a fost deschis accidental înainte de utilizare sau dacă condițiile de depozitare nu au fost respectate. În cazul în care conținutul unei seringi prezintă semne de separare, bule și/sau pare tulbure, nu folosiți seringa respectivă. La finalul sesiunii de tratament, este necesar să eliminați tot produsul rămas și nefolosit. Seringa și acele sunt furnizate sterile și nu sunt destinate resterilizării, fiind de unică folosință. Prin urmare, nu reutilizați seringa și nici acele pentru a evita deteriorarea gelului reducând eficiența acestuia (gelul se poate usca, împiedicând extrudarea acestuia printr-un ac), comportamentul inadecvat al gelului (de ex., generarea unui compus toxic) sau riscul de infecție. Eliminați în siguranță acele/canula folosite, cu protecția acestora, în recipiente corespunzătoare, pentru a evita riscurile de vătămare prin înțepare cu acul și/sau de infecție.

Pacientul trebuie să primească un card de implant după injectare. Informațiile care trebuie furnizate pacientului cu privire la dispozitivul medical implantat sunt disponibile pe acest site web: www.teoxane.com/productinfo.

Rezumatul caracteristicilor de siguranță și de performanță clinică (RSPC) va fi disponibil pe Eudamed (de îndată ce va fi activ) pe următorul site web: ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home. Lista standardelor armonizate și a specificațiilor comune aplicate dispozitivului este disponibilă în RSPC. IDU în format electronic sunt disponibile pe următorul site web: www.teoxane.com/dermal-fillers-ifus. IDU suplimentare pot fi furnizate gratuit la cerere.

Montarea acului/canulei la seringă

Pentru utilizarea optimă a produselor TEOSYAL® PureSense, este important ca acul/canula să fie atașat(ă) în mod corespunzător la seringă (consultați pașii de mai jos, descriși în diagramele de la 1 la 5). Opriți injectarea și schimbați acul/canula dacă simțiți vreo obstrucție sau presiune în timpul injectării. Utilizați produsul imediat după deschiderea ambalajului. Nu atingeți acul/canula direct cu mâinile. Când conectați acul/canula la o seringă, nu strângeți excesiv și nu exercitați nicio forță laterală.

SK - Návod na použitie

Použitie je vyhradené pre lekárov, odborne vyškolených na injektovanie kožných výplňových materiálov.

Popis

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP je sterilný, transparentný, nepyrogénny, viskózno-elastický gél vyrobený z kyseliny hyalurónovej (HA) neživočíšneho pôvodu s priemernou molekulovou hmotnosťou vyššou ako 1 milión Daltonov. Je zosieťovaný s BDDE (1,4-butándiol diglycidyl éter) a obsahuje 0.3 % hmot. hydrochloridu lidokaínu, aby získal svoje anestetické vlastnosti. Každé balenie obsahuje dve naplnené injekčné striekačky TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP. Pre každú injekčnú striekačku sú v balení k dispozícii dve sterilné ihly veľkosti 25 G 1″ a dva štítky na vysledovateľnosť (jeden dostane pacient a druhý bude uchovávať lekár v zdravotných záznamoch pacienta). Objem gélu v každej injekčnej striekačke je uvedený na balení a na každej injekčnej striekačke.

Kyselina hyalurónová je hlavnou zložkou základnej látky dermálnej extracelulárnej matrix. Ide o skutočnú molekulárnu špongiu, ktorej špirálovitá štruktúra dokáže zachytiť a zadržať vodu až do tisícnásobku svojej hmotnosti. Je široko rozptýlená v kožnom tkanive, čím hydratuje kožu, hoci jej obsah sa vekom znižuje. Keď sa koža stáva tenšou a krehkejšou, objavujú sa počiatočné línie a vrásky. TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP vytvára objem, ktorý koriguje vrásky či kontúry tváre a obnovuje hydratáciu kože.

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP je biologicky odbúrateľný implantát, ktorý sa v priebehu času postupne vstrebáva. Odhadovaná trvácnosť produktu TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP je 15 až 18 mesiacov. Dĺžka ošetrenia závisí od niekoľkých faktorov vrátane typu kože, závažnosti vrások, ktoré je potrebné ošetriť, oblasti injektovania, injektovaného objemu, fyziológie pacienta a životného štýlu. Ošetrujúci lekár rozhodne, či je na dosiahnutie optimálnych výsledkov potrebné sedenie na dodatočné vylepšenie.

Pri estetických indikáciách nemajú produkty TEOSYAL® určený medicínsky účel. Preto sa nemedicínsky prínos pomôcok TEOSYAL® chápe ako klinický výkon. K estetickému zlepšeniu ošetrovanej oblasti na základe údajov zozbieraných počas programu klinických skúšaní došlo po injektovaní celkovo u 70 až 100 % pacientov. Pri medicínskych indikáciách je klinický prínos produktov TEOSYAL® založený na výsledkoch hlásených pacientmi, ktoré merajú spokojnosť a pocit pohody po ošetrení. Počas klinických skúšaní hodnotiacich tieto indikácie bola miera spokojnosti pacientov až do šiestich mesiacov po prvom injektovaní trvale vyššia ako 70 %.

Zloženie

Kyselina hyalurónová..25 mg/mL
Stupeň zosieťovania*..<10 %

** Merané analýzou nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR).*

Ďalšie zložky:
Hydrochlorid lidokaínu..0.3 % hmot.
Fosfátový pufer pH 7.3 ....q.s. ad 1.2 mL
BDDE ako prostriedok zosieťovania...<1 ppm

Indikácie

Terapeutické indikácie produktu TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP:

Rekonštrukčný chirurgický zákrok, vypĺňanie poklesov spôsobených jazvami, rekonštrukcia straty objemu v dôsledku lipoatrofie u pacientov podstupujúcich liečbu na vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti.

Estetické indikácie produktu TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP:

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP je určený na korekciu akýchkoľvek hlbokých vrások a záhybov v oblastiach s hrubou kožou, na remodeláciu kontúr tváre v hornej a dolnej časti tváre (spánok, brada, čeľusť), obnovu/dodanie objemu a korekciu menšieho poklesu tkaniva v strednej časti tváre (nazolabiálne záhyby, líca, lícne kosti).

Hydrochlorid lidokaínu je lokálne anestetikum určené na zníženie pocitu bolesti.

Kontraindikácie

TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP sa nesmie používať v prípade:

- pacienti s kožnými ochoreniami, zápalom alebo infekciou v mieste ošetrenia alebo v jeho blízkosti. Postupy injektovania môžu viesť k reaktivácii latentnej alebo subklinickej herpetickej vírusovej infekcie,
- pacienti so známou precitlivenosťou na kyselinu hyalurónovú s anamnézou závažnej alergie alebo anafylaktického šoku,
- pacienti s autoimunitnými ochoreniami,
- tehotné, dojčiace ženy alebo pacienti mladší ako 18 rokov.

Z dôvodu obsahu lidokaínu sa TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP nesmie používať v prípade:

- **známej precitlivenosti na lidokaín a/alebo amidové lokálne anestetiká,**
- pacientov so srdcovými ochoreniami a/alebo podstupujúcich liečbu srdcových ochorení (beta blokátory),
- pacientov s hepatocelulárnou nedostatočnosťou a/alebo podstupujúcich liečbu ochorenia pečene,
- pacientov trpiacich epilepsiou alebo porfýriou.

Nepoužívajte v kombinácii s inými estetickými ošetreniami (ako je peeling, laserové ošetrenie alebo ultrazvukové ošetrenie). Neinjektujte do najvrchnejšej vrstvy kože (epidermis) a do inej hĺbky, ako je popísané v časti „Dávkovanie a spôsob podávania". Neinjektujte do krvnej cievy ani do jej blízkosti alebo do blízkosti
nervu.

Neinjektujte do periorbitálnej oblasti (očné viečko, tear trough, mimické vrásky okolo očí).

Neinjektujte do glabelárnej oblasti.

Neinjektujte do oblasti pier.

Dávkovanie a spôsob podávania

S cieľom minimalizovania rizika potenciálnych komplikácií alebo neuspokojivých výsledkov (vrátane asymetrie tváre) produkt majú používať iba dobre vyškolení lekári, ktorí majú skúsenosti s injekčnými technikami a majú znalosti o anatómii a fyziológii miesta injektovania a jeho okolia. **Spoločnosť Teoxane navyše lekárom poskytuje vzdelávací obsah, ktorý nájdete na stránke www.teoxane.academy.** Pred ošetrením pacienti musia odpovedať na otázky týkajúce sa ich zdravotného stavu v minulosti a ich súčasných ochorení alebo liekov, ktoré by mohli ovplyvniť ošetrenie a je potrebné ich informovať o indikáciách, očakávaných výsledkoch, kontraindikáciách, preventívnych opatreniach a možných vedľajších účinkoch. Je potrebné posúdiť potrebu pacienta dosiahnutia úľavy od bolesti lokálnou alebo regionálnou anestéziou. Ošetrované oblasti sa musia dezinfikovať vhodným antiseptickým roztokom. Kvôli riziku interakcie sa odporúča, aby sa výplne TEOSYAL® nedostali do kontaktu s kvartérnymi amóniovými soľami (napr. benzalkóniumchlorid).

V závislosti od injekčných indikácií a/alebo injekčnej techniky je dôležité použiť vhodnú sterilnú ihlu. Vhodné ihly (od schválených dodávateľov TSK alebo Terumo) sú dodávané so striekačkou v balení. Ako alternatívu k ihle je možné použiť tupú kanylu veľkosti 25 G (kompatibilita s kanylou TSK 25 G/50 mm bola overená). Pri použití kanyly sa vytvorí vstupný bod do kože ostrou ihlou primeranej veľkosti.

V závislosti od ošetrovanej oblasti sa TEOSYAL® PureSense ULTRA DEEP injektuje pomaly do rôznych hĺbok: subkutánne alebo na supraperiosteum. Ak je farba ihly viditeľná pod kožou počas injektovania, naznačuje to, že injektovanie môže byť príliš povrchové. V závislosti od korekcií, ktoré sa majú vykonať, a požadovaných výsledkov, môže byť na dosiahnutie optimálneho výsledku potrebné jedno alebo viac ošetrení/sedení. Tie určí lekár zodpovedný za ošetrenie. Na jedno ošetrenie (podľa predklinických a klinických údajov) sa odporúča použiť maximálny objem 6 mL. O injekčnej technike podľa ošetrovanej oblasti a požadovaného objemu produktu rozhodne lekár zodpovedný za ošetrenie. Pred vytiahnutím ihly/kanyly z kože zastavte injektovanie v dostatočnom predstihu, aby ste tak zabránili vytečeniu produktu z miesta ošetrenia. Na zabezpečenie rovnomerného rozmiestnenia produktu je potrebné opatrne masírovať ošetrené miesta.

Vedľajšie účinky

Lekár musí informovať pacienta o možných vedľajších účinkoch súvisiacich s ošetrením, ktoré sa môžu vyskytnúť ihneď po injektovaní alebo s oneskorením. Dôrazne sa odporúča, aby lekár zabezpečil bezprostredné sledovanie pacienta počas 30 minút po injektovaní a aby pacientovi pripomenul ďalšiu návštevu, ak vedľajšie účinky spontánne neustúpia. Lekár má použiť alebo predpísať vhodnú liečbu s ohľadom na jeho medicínske znalosti, charakteristiky pacienta a vývoj príznakov. K najbežnejším typom liečby patria protizápalové lieky, antibiotiká alebo rozpustenie implantátu. Pred ošetrením musí lekár poučiť pacienta, aby nahlásil akékoľvek nové alebo pretrvávajúce nežiaduce udalosti opísané nižšie.

Nasledujúce komplikácie, hlásené v klinickej literatúre a/alebo identifikované počas klinických skúšaní, sú dobre známe reakcie na kožné výplňové materiály s obsahom kyseliny hyalurónovej. Patria sem okrem iného (neúplný zoznam):

- časté reakcie na ošetrenie (≥ 1/100) v mieste injektovania, zvyčajne mierne a samostatne odznievajúce: bolesť v mieste injektovania, citlivosť, sčervenanie/erytém, modriny/hematómy s možným krvácaním a/alebo tvorbou pľuzgierov, opuch/edém, stvrdnutie/indurácia, hrčky (vrátane papúl), svrbenie.
- pravdepodobné, ale menej časté komplikácie (≥ 1/1 000 a ≤ 1/100): dyschrómia/zmena sfarbenia, zápalové reakcie (s potenciálnou hypertermiou), infekcia (vrátane lokalizovanej alebo generalizovanej infekcie a abscesov), strata citlivosti okolo oblasti injektovania alebo dočasná parestézia (s potenciálnou pridruženou prechodnou poruchou pohybu), riziko alergie (vrátane precitlivenosti, alergickej dermatitídy, žihľavky), hrčky (prípadne granulómy), migrácia implantátu.
- v klinickej literatúre boli hlásené zriedkavé, no závažné nežiaduce udalosti (≤ 1/1 000) týkajúce sa výplní s obsahom kyseliny hyalurónovej identifikovaných v rámci dohľadu po uvedení výplní TEOSYAL® na trh, hoci neboli zistené v klinických skúšaniach spoločnosti TEOXANE: okamžitá hypersenzitívna reakcia vedúca až k angioedému alebo anafylaktickému šoku, injektovanie do krvnej cievy alebo do jej blízkosti, čo môže viesť k embolizácii, vaskulárnej oklúzii, ischémii a nekróze kože/tkaniva. Hoci sú veľmi zriedkavé (asi 1/1 000 000), najzávažnejšie prípady vaskulárnej oklúzie môžu viesť k dočasnej alebo trvalej poruche zraku alebo cerebrálnej ischémii/krvácaniu vedúcemu k cievnej mozgovej príhode, ktorá môže spôsobiť smrť.

Riziko embolizácie, vaskulárnej oklúzie, ischémie a nekrózy kože/tkaniva s následným zhoršením zraku, cerebrálnou ischémiou/hemoragiou alebo mozgovou príhodou sa zvyšuje pri injekcii do nosa alebo do glabely.

Iné nezávažné reakcie hlásené v prípade produktu Teoxane (v miere nižšej ako 1/100 000) a možno súvisiace s pomôckou alebo postupom vrátane bolesti hlavy/neuralgie, fibrózy, celulitídy, zjazvenia a teleangiektázie.

Hlásenie vedľajších účinkov

Lekár bude v čo najkratšom čase informovať výrobcu produktu (medical@teoxane.com) a/alebo distribútora produktu o akýchkoľvek vedľajších účinkoch.

Okrem toho, ak sa v súvislosti s pomôckou vyskytne závažná nehoda, je potrebné ju bezodkladne nahlásiť na adresu medical@teoxane.com a národnému zdravotníckemu úradu krajiny, v ktorej má používateľ a/alebo pacient sídlo.

Preventívne opatrenia pri používaní

Vyplnenie mäkkých tkanív injektovaním je lekárske ošetrenie, s ktorým je spojené základné riziko infekcie, ako s každým ošetrením tohto typu. Musí sa vykonávať vo vhodnom prostredí a musia sa dodržiavať všetky preventívne opatrenia. Vzhľadom na absenciu údajov o možných interakciách s inými výplňovými implantátmi (výplňovými implantátmi s obsahom kyseliny hyalurónovej alebo inými, prípadne trvalými) lekár posúdi a rozhodne o ďalšom injektovaní s inými výplňovými implantátmi v závislosti od povahy a času predchádzajúceho injektovania.

Pred ošetrením musí lekár vziať do úvahy skutočnosť, že tento výplňový produkt obsahuje lidokaín.

Pacientovi treba odporučiť:

- aby neužíval vysoké dávky vitamínu E, aspirínu, protizápalových či antikoagulačných liekov týždeň pred injekčným ošetrením,
- aby si počas 12 hodín po injektovaní neaplikoval make-up,
- aby počas dvoch týždňov po ošetrení neabsolvoval zubné ošetrenie, iný estetický zákrok akéhokoľvek typu, nevystavoval sa dlhodobému slnečnému žiareniu, UV žiareniu a extrémnym teplotám (intenzívny chlad, sauna, parný kúpeľ atď.).

Ak sa kedykoľvek počas ošetrenia vyskytne akýkoľvek príznak možnej vaskulárnej oklúzie (biele alebo mramorové zafarbenie kože, bolesť, znecitlivenie atď.), je potrebné ukončiť injektovanie a vykonať všetky príslušné opatrenia.

Vyhnite sa nadmernej korekcii.

Športovci si musia byť vedomí skutočnosti, že tento produkt obsahuje lidokaín, ktorý môže viesť k pozitívnemu výsledku v dopingovom teste.

Preventívne opatrenia pri skladovaní a likvidácii

Skladujte pri teplote od 2 °C do 25 °C a chráňte pred priamym slnečným žiarením. Zaistite, aby bol produkt uskladnený v priestore, v ktorom nedôjde k zmene obalu v dôsledku vplyvov prostredia a pred použitím sa uistite, že na obale nie sú viditeľné známky poškodenia. Pred použitím skontrolujte dátum exspirácie na označení produktu. Nepoužívajte po dátume exspirácie, ak je obal poškodený, ak bol obal pred použitím neúmyselne otvorený alebo ak neboli dodržané podmienky skladovania. V prípade, že obsah striekačky vykazuje známky oddeľovania, obsahuje bubliny a/alebo je zakalený, túto striekačku nepoužívajte. Na konci ošetrenia je nevyhnutné zlikvidovať všetok zvyšný nepoužitý produkt. Striekačka a ihly sa dodávajú sterilné a nie sú určené na opätovnú sterilizáciu. Sú určené len na jednorazové použitie. Injekčnú striekačku a ihly preto nepoužívajte opakovane. Predídete tak zhoršeniu kvality gélu, čo by znížilo jeho účinnosť (gél môže vyschnúť, čo bráni jeho vytlačeniu cez ihlu), nevhodnému správaniu gélu (napr. tvorba toxickej zlúčeniny) alebo riziku infekcie. Bezpečne zlikvidujte použité ihly/kanyly s ich ochranným krytom vo vhodných nádobách, aby ste predišli riziku poranenia a/alebo infekcie injekčnou ihlou.

**Po injektovaní je potrebné pacientovi poskytnúť kartu implantátu. Informácie, ktoré je potrebné poskytnúť