Controller Typ: _____   Inspector: _____

Serial No: _____   Date: _____

ID-Number: _____   ChargeNr. _____

PT100 Simulator: Typ 4503 s

No. 273807   E002

Unit: [°C]

Nominal Value	Measured value	Calibration value	Nominal Value	Measured value	Calibration value
-80,0		-79,89	**60,0**		60,08
-60,0		-59,92	**70,0**		70,08
-50,0		-49,91	**80,0**		80,08
-40,0		-39,93	**90,0**		90,07
-20,0		-19,92	**100,0**		100,09
-10,0		-9,95	**120,0**		120,09
0,0		0,03	**140,0**		140,08
10,0		10,08	**150,0**		150,06
20,0		20,08	**160,0**		160,09
25,0		25,08	**180,0**		180,07
30,0		30,05	**200,0**		200,05
40,0		40,08	**250,0**		250,02
50,0		50,08	**300,0**		300,09

Controller **SP60** : tolerance :   ± 0,2°C

Controller **SP70** : tolerance :   ± 0,1°C

Controller **SP80** : tolerance :   ± 0,1°C

Controller **SP90** : tolerance :   ± 0,1°C

Controller **VG130** : tolerance :   ± 0,1°C

AC3 **TS0xx/SP1xx**: tolerance: ± 0,1°C

Passed: yes   no

Comment:_____

_____