Faixa	Mínimo	Máximo	Exatidão
F01	-200 °C	-50 °C	±0,1 °C
F02	-175 °C	-25 °C	±0,15 °C
F03	-150 °C	0 °C	±0,02 % FE
F04	-125 °C	25 °C	±0,1 °C
F05	-100 °C	50 °C	±0,15 °C
F06	-75 °C	75 °C	±0,02 % FE
F07	-50 °C	100 °C	±0,1 °C
F08	-25 °C	125 °C	±0,15 °C
F09	0 °C	150 °C	±0,02 % FE
F10	25 °C	175 °C	±0,1 °C
F11	50 °C	200 °C	±0,15 °C
F12	75 °C	225 °C	±0,02 % FE
F13	100 °C	250 °C	±0,1 °C
F14	125 °C	275 °C	±0,15 °C
F15	150 °C	300 °C	±0,02 % FE
F16	175 °C	325 °C	±0,1 °C
F17	200 °C	350 °C	±0,15 °C
F18	225 °C	375 °C	±0,02 % FE
F19	250 °C	400 °C	±0,1 °C
F20	275 °C	425 °C	±0,15 °C
F21	300 °C	450 °C	±0,02 % FE
F22	325 °C	475 °C	±0,1 °C
F23	350 °C	500 °C	±0,15 °C
F24	375 °C	525 °C	±0,02 % FE
F25	400 °C	550 °C	±0,1 °C
F26	425 °C	575 °C	±0,15 °C
F27	450 °C	600 °C	±0,02 % FE
F28	475 °C	625 °C	±0,1 °C
F29	500 °C	650 °C	±0,15 °C
F30	525 °C	675 °C	±0,02 % FE
F31	550 °C	700 °C	±0,1 °C
F32	575 °C	725 °C	±0,15 °C
F33	600 °C	750 °C	±0,02 % FE
F34	625 °C	775 °C	±0,1 °C

(continuação)

Faixa	Mínimo	Máximo	Exatidão
F35	650 °C	800 °C	±0,15 °C
F36	675 °C	825 °C	±0,02 % FE
F37	700 °C	850 °C	±0,1 °C
F38	725 °C	875 °C	±0,15 °C
F39	750 °C	900 °C	±0,02 % FE
F40	775 °C	925 °C	±0,1 °C