Vergleichstabelle zur Aufforderung vom 01.03.2027 (Excel-Auszug, Blatt "Wertung")

	Anbieter	Angebot	Anf.1	Anf.2	Anf.3	Anf.4	Anf.5	Preis netto EUR	Wertung
A	Optomess Handels GmbH	OH-27-1182	ja	ja	ja	ja	ja	4.180,00	1 (Zuschlag)
B	Lichtwerk Systeme KG	LS-2027/0233	ja	ja	ja	ja	ja	4.390,00	2
C	Photonis Instruments Ltd	Q-41907	ja	ja	ja	ja	ja	4.540,00	3
D	Strumenti Ottici Brianza	P-2027-0441	ja	nein	ja	ja	ja	3.640,00	ausgeschieden

Angebot D ist das preisgünstigste, erfüllt aber Anforderung 2 nicht (Messbereich nur 0,5 bis 5 W gegenüber geforderten 10 W) und ist mit den anderen Angeboten nicht vergleichbar. Es scheidet aus der Wertung aus.
Unter den drei vergleichbaren Angeboten A, B und C ist A das niedrigste. Zuschlag an A (Optomess Handels GmbH).

Wernstadt, 22.03.2027 gez. L. Pfannkuch Kenntnis genommen: Prof. Dr. Henriette Mauch-Brandl