Universität Wernstadt · Fachbereich 12 · Fachgebiet Werkstoffprüfung Wernstadt, 12.04.2027

AUFFORDERUNG ZUR ANGEBOTSABGABE (Gerätefondsverfahren) Gegenstand: Klimaprüfschrank 400 l

Leistungsanforderungen (Anlage 1):

- Nutzvolumen mindestens 400 l, Temperaturbereich mindestens -40 bis +180 °C
- Temperaturänderungsrate mindestens 5 K/min, Schnittstelle Ethernet, Datenlogger
- Elektroanschluss 400 V CEE 32 A (vorhanden im Raum G 0.17), kein Abluftanschluss erforderlich
- Lieferung, Aufstellung, Inbetriebnahme und Einweisung im Angebot enthalten

Angebote bis 03.05.2027. Angeschrieben: Thermotest Prüftechnik, Climatic Solutions Europe, Enceintes Climatiques Rhône. Wertung nach dem niedrigsten Gesamtpreis (netto) der vergleichbaren Angebote.