Von: Bau und Liegenschaften, Abt. V <abt-v@uni-wernstadt.example>
Gesendet: Donnerstag, 8. April 2027 10:15
An: Lichtenegger, Xaver
Betreff: AW: Aufstellung Klimaprüfschrank Raum G 0.17 - Abstimmung

Sehr geehrter Herr Prof. Lichtenegger,

wir haben die Unterlagen geprüft: Der Raum G 0.17 verfügt über einen CEE-32-A-Anschluss (400 V) mit ausreichender Absicherung. Zusätzlicher Platzbedarf entsteht nicht (Stellfläche 1,1 x 0,9 m, Traglast des Bodens ausreichend); Um- oder Anschlussmaßnahmen sind nicht erforderlich. Aus Sicht von Abt. V bestehen keine Einwände. Das Ergebnis kann dem Beschaffungsvorgang beigefügt werden.

Freundliche Grüße, i. A. Hannelore Tiedemann