LEISTUNGSVERZEICHNIS · Röntgen-Pulverdiffraktometer (Tischgerät) Anlage zum Beschaffungsantrag vom 09.02.2027

Grundlage des förmlichen Vergabeverfahrens und Bestandteil des Auftrags

Nr	Funktionalität (Muss)	Nachweis
1.	Cu-Röhre, 600 W, Bragg-Brentano-Geometrie, theta/theta	Datenblatt
2.	Positionsempfindlicher Detektor, Winkelauflösung besser als 0,01° 2-Theta	Datenblatt
3.	Automatischer Probenwechsler für mindestens 16 Proben	Datenblatt
4.	Strahlenschutzgehäuse nach RöV mit Verriegelung, Abnahme durch den Anbieter	Erklärung
5.	Auswertesoftware mit Phasenanalyse und Datenbankzugriff, 3 Lizenzen	Angebot
6.	Lieferung, Aufstellung, Inbetriebnahme, Einweisung, 24 Monate Gewährleistung	Angebot

Zuschlagskriterium: niedrigster Preis unter den Angeboten, die alle Muss-Funktionalitäten erfüllen.