Хорезмский филиал ГУ «Узбекский национальный институт метрологии»
"Uzbek National Institute of Metrology" state institution Khorezm branch

Uz-112/1-2025
O'ZAK.KL.0013
2025-04-29

Сертификат калибровки
Calibration certificate

Дата выдачи: *Date of issue:*	**Номер сертификата:** *Certificate number:*	**Количество страниц:** *Number of pages:*
2025-04-29	Uz-112/1-2025	4

Объект калибровки: *Calibration item:* **Сушильные шкаф (Quritish shkafi)** *Temperature chamber (Drying oven)*

Производитель: *Manufacturer:* Китай (CN)

Тип (модель, серия): *Type (model, series):* RTOP-500Y

Серийный номер: *Serial number:* 2333001557

Заказчик: *Customer:* -

Сертификат калибровки рассматривается как недействительный без сгенерированного системой e-metrologiya.uz листа, содержащего ссылку на него
The calibration certificate is considered invalid without a sheet generated by the e-metrologiya.uz system containing a link to it

Калибровку выполнил:
Calibration performed by:

G'aibnazarov Boburjon

Сертификат калибровки не может быть воспроизведен, кроме как в полном объеме
Calibration certificate shall not be reproduced except in full

Узбекистан, Хорезмская обл., г. Ургенч, ул. Ханкинская, 107Б, xorazm@nim.uz
107B, Khonqa str., the city of Urgench, Khorezm r, Uzbekistan, xorazm@nim.uz

Запрос на калибровку: **от** -
Calibration request: *from*

Период калибровки: 2025-04-29
Calibration period:

Наименование лаборатории: **Лаборатория сравнения и калибровки физико-химических приборов, измерителей плотности, давления и температуры**
Name of laboratory: *Laboratory for comparison and calibration of physical and chemical instruments, density, pressure and temperature meters*

Место осуществления измерений: **Хорезмский филиал ГУ «Узбекский национальный институт метрологии»**
Location of performance of measurement: **Республика Узбекистан, Хорезмская область, город Ургенч, улица Ханкинская, 107Б, тел: +998 78 770-46-15, www.nim.uz**
"Uzbek National Institute of Metrology" state institution Khorezm branch 107B, Khonqa street, the city of Urgench, Khorezm region, Republic of Uzbekistan, tel: +998 78 770-46-15, www.nim.uz

Условия калибровки:
Calibration conditions:

Контролируемые показатели *Controlled indicators*	**от** *from*	**до** *to*	**Примечание** *Remark*
Температура окружающего воздуха, °C *Ambient temperature, °C*	24,0	24,5	**в пределах 1,0 °C в 24 h** *within 1,0 °C in 24 h*
Относительная влажность окружающей среды, % *Ambient relative humidity, %*	37,7	38,5	**в пределах 10 % в 24 h** *within 10 % in 24 h*
Атмосферное давление, hPa *Air pressure, hPa*	1012,2	1013,0	**в пределах ± 8 hPa в 24 h** *within to ±8 hPa in 24 h*

Узбекистан, Хорезмская обл., г. Ургенч, ул. Ханкинская, 107Б, xorazm@nim.uz
107B, Khonqa str., the city of Urgench, Khorezm r, Uzbekistan, xorazm@nim.uz

Метод и калибровочная процедура:
Method and calibration procedure:

KU-10-2025. Камера температуры (сушильные шкафы). Методика калибровки.
EURAMET Calibration Guide No. 20 Версия 5.0 Calibration of Temperature and/or Humidity Enclosures.

Калибровка выполнена с помощью:
Calibration is performed by using:

№	***Опорный измерительный эталон*** *Reference measurement standart*	***Тип / Модель*** *Type / Model*	***Серийный номер*** *Serial Number*	***Метрологическая прослеживаемость*** *Metrological traceability*
1	**Термометр лабораторний электронный** *Electronic laboratory thermometer*	LTA/Б-300МТ	871352	UZ-09T/2927-2024 от 07.11.2024 г.
2	**Термометр сопротивления с цифровой индикацией (Калибратор температуры)** *Resistance thermometer with digital indication (Temperature Calibrator)*	STS-200 A 915 (RTC-156B)	613343-19 (617498-00393)	Uz-09T/630-2025 от 14.04.2025 г.

Результаты калибровки, включая неопределенность
Calibration results including uncertainty

Номинальная температура, °C *Nominal temperature, °C*	***Опорное значение, °C*** *Support meaning, °C*	**Показание объекта калибровки, °C** *Indication of the calibration object, °C*	***Отклонение, °C*** *Deviation, °C*	***Расширенная неопределенность, °C*** *Expanded uncertainty, °C*
30,0	29,59	29,97	-0,37	0,18

Дополнительная информация -------
Additional information

Узбекистан, Хорезмская обл., г. Ургенч, ул. Ханкинская, 107Б, xorazm@nim.uz
107B, Khonqa str., the city of Urgench, Khorezm r, Uzbekistan, xorazm@nim.uz

Указанная расширенная неопределенность измерений определяется как стандартная неопределенность измерений, умноженная на коэффициент охвата k = 2, что для нормального распределения соответствует вероятности охвата приблизительно 95 %. Стандартная неопределенность измерений определена в соответствии с GUM.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.The standard uncertainty of measurement has been determined in accordance with GUM.

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы SI
All measurements are traceable to the SI units

Результат калибровки относится только к объекту калибровки
The calibration result refers only to the calibration item

Узбекский национальный институт метрологии является подписантом Договорённости о взаимном признании (MRA) Международного комитета по весам и мерам (CIPM).
Uzbek National institute of Metrology is a signatory of the International Committee for Weights and Measures (CIPM) Mutual Recognition Arrangement (MRA).

Хорезмский филиал ГУ «Узбекский национальный институт метрологии» аккредитован Узбекским центром аккредитации (O'ZAKK) под регистрационным номером O'ZAK.KL.0013 по O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 как калибровочная лаборатория.
"Uzbek National Institute of Metrology" state institution Khorezm branch accredited by Uzbek Accreditation Center (O'ZAKK) under registration number O'ZAK.KL.0013 for O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 as Calibration Laboratory.

Узбекский центр аккредитации (O'ZAKK) является подписантом Договорённости о взаимном признании (MRA) Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества по аккредитации (APAC) и Договоренности о взаимном признании (MRA) Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий (ILAC) для признания сертификатов калибровки.
Uzbek Accreditation Center (O'ZAKK) is a signatory to the Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates.

Калибровочная лаборатория УзНИМ стремится получать обратную связь от своих заказчиков
UzNIM Calibration laboratory seeks feedback from its customers

Конец сертификата калибровки
End of Calibration Certificate

Узбекистан, Хорезмская обл., г. Ургенч, ул. Ханкинская, 107Б, xorazm@nim.uz
107B, Khonqa str., the city of Urgench, Khorezm r, Uzbekistan, xorazm@nim.uz