O‘ZBEKISTON MILLIY METROLOGIYA INSTITUTI
UZBEK NATIONAL
INSTITUTE OF METROLOGY

Z/0000-
O‘ZAK. KL.0013
05.11.2026

Сертификат калибровки
Calibration certificate

Дата выдачи: *Date of issue:*	**Номер сертификата:** *Certificate number:*	**Количество страниц:** *Number of pages:*
05.11.2026	UZ/0000-2026	4

Объект калибровки: *Calibration item:* **Термостат жидкостный** *Liquid thermostat*

Производитель: *Manufacturer:* Rossiya (Ru)

Тип (модель, серия): *Type (model, series):* Thermotest-05

Серийный номер: *Serial number:* 701075

Заказчик: *Customer:*

Сертификат калибровки рассматривается как недействительный без сгенерированного системой e-metrologiya.uz листа, содержащего ссылку на него
The calibration certificate is considered invalid without a sheet generated by the e-metrologiya.uz system containing a link to it

Калибровку выполнил: *Calibration performed by:*
Mansurbek Qurbanbayev
Mansurbek Qurbanbayev

Проверил: *Checked by:*
Maqsudbek Yuldoshov
Maksudbek Yuldoshev

Сертификат калибровки не может быть воспроизведен, кроме как в полном объеме
Calibration certificate shall not be reproduced except in full

Запрос на калибровку: 05.11.2026 №
Calibration request:

Период калибровки: 05.11.2026
Calibration period:

Наименование лаборатории:
Name of laboratory:

Калибровочная лаборатория по измерениям физико-химических, оптико-физических и температурных величин
Контактная термометрия
Calibration laboratory for measurements of physical-chemical, optical-physical and temperature quantities
Contact thermometry

Место осуществления измерений:
Location of performance of measurement:

Условия калибровки:
Calibration conditions:

Условия окружающей среды *Environmental conditions*	
температура окружающего воздуха *ambient temperature*	(20,0 ± 5,0) °C
относительная влажность *relative humidity*	(от 10 до 80) %

Метод и калибровочная процедура:
Method and calibration procedure:

EURAMET Calibration Guide-20 Version 5.0
ПРОЦЕДУРА КАЛИБРОВКИ термостаты жидкостные и водяная баня KU-11-2026

Калибровка выполнена с помощью:
Calibration is performed by using:

№	***Опорный измерительный эталон*** *Reference measurement standart*	***Тип / Модель*** *Type / Model*	***Серийный номер*** *Serial Number*	***Метрологическая прослеживаемость*** *Metrological traceability*
1	**Цифровой термометр** *Digital thermometer*	LTA/Б-300МТ LTA/Б-300П	871352 871355	UZ-09T/2038-2025 UZ-09T/2039-2025

Результаты калибровки, включая неопределенность
Calibration results including uncertainty

Калибруемая точка, °C *Calibration point*	**Опорное значение, °C** *Reference value*	**Показание объекта калибровки, °C** *Indication of the calibration object*	**Отклонение показания, °C** *Deviation of the reading*	**Расширенная неопределенность U, °C** *Extended uncertainty*
-80,000	-79,994	-80,000	0,064	0,100

	-80 °C
Наибольшая неоднородность составила, °C *The greatest inhomogeneity, °C*	0,001
Наибольшая временная нестабильность поддержания температуры, °C *The greatest temporary instability of temperature maintenance, °C*	0,003

Дополнительная информация -------
Additional information

Указанная расширенная неопределенность измерений определяется как стандартная неопределенность измерений, умноженная на коэффициент охвата k = 2, что для нормального распределения соответствует вероятности охвата приблизительно 95 %. Стандартная неопределенность измерений определена в соответствии с GUM.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.The standard uncertainty of measurement has been determined in accordance with GUM.

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы SI
All measurements are traceable to the SI units

Результат калибровки относится только к объекту калибровки
The calibration result refers only to the calibration item

Узбекский национальный институт метрологии является подписантом Договорённости о взаимном признании (MRA) Международного комитета по весам и мерам (CIPM).
Uzbek National institute of Metrology is a signatory of the International Committee for Weights and Measures (CIPM) Mutual Recognition Arrangement (MRA).

Узбекский национальный институт метрологии аккредитован Узбекским центром аккредитации (O‘ZAKK) под регистрационным номером O‘ZAK.KL.0006 по O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019 как калибровочная лаборатория.
Uzbek National institute of Metrology accredited by Uzbek Accreditation Center (O‘ZAKK) under registration number O‘ZAK.KL.0006 for O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019 as Calibration Laboratory.

Узбекский центр аккредитации (O‘ZAKK) является подписантом Договорённости о взаимном признании (MRA) Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества по аккредитации (APAC) и Договоренности о взаимном признании (MRA) Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий (ILAC) для признания сертификатов калибровки.
Uzbek Accreditation Center (O‘ZAKK) is a signatory to the Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates.

Калибровочная лаборатория УзНИМ стремится получать обратную связь от своих заказчиков
UzNIM Calibration laboratory seeks feedback from its customers

Конец сертификата калибровки
End of Calibration Certificate