



شرکت فولاد مبارکه

معاونت تکنولوژی

آزمایشگاه ها

شماره (No.):

اصلاحیه (Revision):

صفحه (Page): ۱ از ۳ (of)

پیوست (Annex): ندارد

آزمایشگاه آهن سازی مجتمع فولاد مبارکه

IRON MAKING LAB MOBARAKEH STEEL CO

اصفهان، ۷۵ کیلومتری جنوب غربی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان

P.O.Box: 84815-161 Postal Code: 84884-11131 Esfahan-IRAN

LAB TEL. 031-52731067



گزارش آزمون

Test Report

1399/07/21

واحد/شرکت/فرد/مقتضای (Cust. Name): دکتر طرقي نژاد

آدرس مشتری (Cust. Address):

تلفن مشتری (Cust. Tel.):

شماره درخواست/سفارش (Order/Request No): تاریخ درخواست/سفارش (Order/Request Date):

نام و مشخصات نمونه آزمون (Name & Specification of Sample): نمونه های سرباره دیوهای قدیم و جدید

تاریخ دریافت ارقام (Received Date): ۱۳۹۹/۰۷/۱۹

شماره / کد نمونه (Sample No./Code): محل نمونه برداری (Sampling Location): نمونه ارسالی بدون نمونه برداری

شماره داخلی آزمون (Internal No): تاریخ انجام آزمون (Test Date): ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

تعداد صفحات گزارش (Pages): ۳ صفحه

توضیحات (Remarks):

گزارشات بدون امضاء فاقد اعتبار می باشد.

Test reports without signature are not valid.

آزمون هایی که با علامت * مشخص شده است دارای تأیید صلاحیت از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران (NACI) می باشد.

Results specified with * are included in the scope of NACI.

با توجه به اینکه نمونه برداری توسط آزمایشگاه انجام نشده است نتایج صرفاً مربوط به نمونه های ارسالی می باشد.

Since the sampling process have not been performed by the laboratory, the results are merely related to the received sample.

مسئولیت هرگونه اطلاعات ارائه شده توسط مشتری که بر اعتبار نتایج آزمایشگاه تأثیر دارد بر عهده آزمایشگاه نمی باشد.

The laboratory is not responsible for any information, provided by client that affects the validity of the laboratory results.

نسخه برداری از این گزارش ممنوع می باشد مگر اینکه به صورت کامل باشد.

This test report shall not be reproduced except in full.

* نمونه سرباره ارسالی به صورت ذوبی قرص سازی شد و نتایج آن در متد کالیبره دستگاه آنالیز گردید، ولیکن به دلیل عدم توافق کامل بین بافت نمونه ارسالی و نمونه های استاندارد کالیبراسیون نتایج به صورت تقریبی گزارش می گردند. همچنین، کلیه عناصر در فرم اکسیدی آنها گزارش شده اند.

مدیر فنی Technical Manger	کارشناس آزمایشگاه Laboratories Expert	تاریخ صدور (Date of issue)
جواد حسن پور	نوید زندی آتشبار	

شماره (No.):

اصلاحیه (Revision):

صفحه (Page): ۲ از ۳ (of)

پیوست (Annex): -

نمونه (Sample): سرباره دیوی قدیم

1399/07/21

ردیف	نام و نوع آزمون / آزمون	روش استاندارد	عدم قطعیت	نتیجه آزمایش	واحد اندازه گیری	مورد آزمون
	Test Type	Standard Method	Uncertainty	Result	Unit	Test Item
۱	طیف سنجی فلورسانس اشعه X			11.4	%	Al ₂ O ₃
۲	"			12.2	%	SiO ₂
۳	"			0.61	%	P ₂ O ₅
۴	"			18.8	%	MgO
۵	"			20.8	%	CaO
۶	"			1.29	%	TiO ₂
۷	"			1.23	%	V ₂ O ₅
۸	"			32.7	%	FeO
۹	"			0.34	%	MnO
۱۰						
۱۱						
۱۲						
۱۳						

تاریخ صدور (Date of issue)	کارشناس آزمایشگاه Laboratories Expert
	نوید زندی آتشبار

شماره (No.):

اصلاحیه (Revision):

صفحه (Page): ۳ از ۳ (of)

پیوست (Annex): -

نمونه (Sample): سرباره دیوی جدید

1399/07/21

ردیف	نام و نوع آزمون / آزمون	روش استاندارد	عدم قطعیت	نتیجه آزمایش	واحد اندازه گیری	مورد آزمون
	Test Type	Standard Method	Uncertainty	Result	Unit	Test Item
۱	طیف سنجی فلورسانس اشعه X			3.78	%	Al ₂ O ₃
۲	"			18.1	%	SiO ₂
۳	"			0.484	%	P ₂ O ₅
۴	"			11.1	%	MgO
۵	"			28.4	%	CaO
۶	"			1.46	%	TiO ₂
۷	"			1.10	%	V ₂ O ₅
۸	"			33.6	%	FeO
۹	"			0.467	%	MnO
۱۰						
۱۱						
۱۲						
۱۳						

تاریخ صدور (Date of issue)	کارشناس آزمایشگاه Laboratories Expert
	نوید زندی آتشبار