

1 · Objet

Homogénéiser la saisie des données dans la GMAO à partir des fiches papier remplies sur le terrain. Chaque fiche papier correspond à un écran de l'outil ; elle se remplit d'abord à la main, puis se reporte dans l'écran.

2 · Responsabilité

Le technicien biomédical a la charge de la saisie des équipements et des interventions de son secteur. L'ingénieur biomédical (ou le référent) vérifie la complétude et la cohérence des informations saisies.

3 · Lancement de l'outil

1. Double-cliquer sur **lancer_gmao.py** (le navigateur s'ouvre automatiquement).
2. Adresse de l'outil : **http://127.0.0.1:5000**
3. Le fichier de données **GMAO_v0.1.xlsx** doit se trouver à côté du lanceur.

En cas de message « fichier introuvable » ou d'accès bloqué au port 5000, se reporter aux guides d'installation du dépôt (PREREQUIS-INSTALLATION, INSTALLATION-STEP-BY-STEP).

4 · Démarche de saisie selon la fiche

1. **Nouvel équipement** – fiche d'inventaire → écran **EQUIPEMENTS** > « Nouvel équipement » > reporter section par section. Le code EQ est attribué automatiquement à l'enregistrement.
2. **Réception (achat ou don)** – fiche de réception → reporter la provenance, les dates et la conformité charte dans la fiche d'inventaire de l'équipement.
3. **Intervention** – fiche d'intervention → écran **INTERVENTIONS** > « Nouvelle intervention » > sélectionner le code EQ concerné.
4. **Maintenance préventive** – fiche de maintenance préventive → écran **MAINT_PREV** > « Nouvelle ».
5. **Réforme** – fiche de réforme / DEEE → ouvrir l'équipement dans **EQUIPEMENTS** > mettre **Réformé = Oui** et renseigner la **Date de réforme**.

5 · Règles de saisie

- **Listes déroulantes** : toujours choisir une valeur de la liste, ne jamais inventer. Si une valeur manque, prévenir l'administrateur (ajout dans l'onglet LISTES puis relance de l'outil).
- **Dates** : format JJ/MM/AAAA.
- **Champs calculés** : ne pas les saisir (affichés en lecture seule, calculés par l'outil).
- **Champs ★** (en rouge sur les fiches) : ajouts hors document source – île, provenance, conformité charte des dons, réforme – à renseigner avec soin (pilottage par île et suivi des dons).
- **Traçabilité** : conserver une fiche papier par enregistrement.

6 · Consolidation locale et centrale

Chaque établissement saisit localement, dans son propre fichier. Les données sont sauvegardées régulièrement et remontées vers l'échelon central (ingénieur biomédical de la DESPP) par clé USB, pour une vue par île et nationale. Autonome ne veut pas dire isolé.

7 · Correspondance fiche papier ↔ écran

Fiche papier	Écran GMAO	Identifiant
Fiche de réception	(amont) alimente EQUIPEMENTS	–
Fiche d'inventaire	EQUIPEMENTS	Code EQ (auto)
Fiche d'intervention	INTERVENTIONS	Code INT (auto)
Fiche de maintenance préventive	MAINT_PREV	Code MP (auto)
Fiche de réforme / DEEE	EQUIPEMENTS (champs Réformé / Date de réforme)	Code EQ