Exportación del registro de ECG


11 oct 2026, 1:58 Apple Watch


Pulso	Duración del registro	Clasificación de demo
68 bpm	30 s	Ritmo sinusal

25 mm/s 10 mm/mV Imprimir a tamaño real (100 %)











Solo para revisar registros. No es asesoramiento médico ni sustituye la atención médica profesional.

Resumen del análisis

11 oct 2026, 1:58 Apple Watch

Frecuencia cardíaca media del registro	Cobertura de señal	Duración analizada
68 bpm	100%	30 s

Parámetro	Resultado
Fuentes de datos	Apple Watch / Ejemplo sintético
Picos R identificados	34
RR mediano	883 ms
Desviación estándar de RR	1 ms
Raíz cuadrática media de diferencias RR sucesivas	2 ms

Las estadísticas RR no excluyen latidos no sinusales y no constituyen medidas de VFC de latidos normales.

VFC de este ECG

SDNN	RMSSD	SD1 / SD2
1 ms	2 ms	1 / 1 ms

27 segundos de señal clara, 31 intervalos

Esta estimación de VFC procede de un registro breve. Compárala con registros de igual duración tomados en condiciones similares.

Posibles latidos prematuros y ritmo

Puntuación de referencia del ritmo	Posibles latidos prematuros
100 / 100	Latidos: 0

Latidos detectados: 34; incluidos en el análisis: 32.
Latidos marcados: 0. Cada latido se cuenta una sola vez.

Las marcas automáticas requieren revisión en el ECG original. La puntuación del ritmo no evalúa la salud del corazón.

Segmentos del ECG

El rango abarca del mínimo al máximo del registro; no es un intervalo clínico de referencia. El 80 % central corresponde a P10–P90.
— No se puede medir

Segmentos del ECG

11 oct 2026, 1:58 Apple Watch

Onda P

Medición	Mediana	Rango	P10–P90	Válidos / total
Duración de P	121 ms	117–121 ms	117–121 ms	34 / 34
Amplitud de P	0,10 mV	0,10–0,10 mV	0,10–0,10 mV	34 / 34

Referencia adulta: onda P < 120 ms
Los valores de referencia son información general. Esta medición no se usa para inferir causas de enfermedades ni aconsejar medicación o tratamientos. Las estimaciones de una derivación pueden contener errores y no evalúan la salud.

Intervalo PR

Medición	Mediana	Rango	P10–P90	Válidos / total
Intervalo PR	188 ms	188–191 ms	188–188 ms	34 / 34

Referencia adulta: PR 120–200 ms
Los valores de referencia son información general. Esta medición no se usa para inferir causas de enfermedades ni aconsejar medicación o tratamientos. Las estimaciones de una derivación pueden contener errores y no evalúan la salud.

Segmento PR

Medición	Mediana	Rango	P10–P90	Válidos / total
Duración del segmento PR	66 ms	66–70 ms	66–70 ms	34 / 34
Nivel del segmento PR	0,00 mV	0,00–0,00 mV	0,00–0,00 mV	34 / 34

No hay un rango normal universal para esta medición de una derivación
Los valores de referencia son información general. Esta medición no se usa para inferir causas de enfermedades ni aconsejar medicación o tratamientos. Las estimaciones de una derivación pueden contener errores y no evalúan la salud.

Segmentos del ECG

11 oct 2026, 1:58 Apple Watch

Complejo QRS

Medición	Mediana	Rango	P10–P90	Válidos / total
Duración del QRS	98 ms	94–98 ms	94–98 ms	34 / 34
Amplitud Q (estimada)	-0,07 mV	-0,07–-0,06 mV	-0,07–-0,06 mV	34 / 34
Duración Q (estimada)	20 ms	16–20 ms	17–20 ms	34 / 34
Amplitud del pico R principal	0,94 mV	0,92–0,94 mV	0,93–0,94 mV	34 / 34
Inicio del QRS al pico R	43 ms	39–43 ms	39–43 ms	34 / 34
Amplitud S (estimada)	-0,18 mV	-0,18–-0,18 mV	-0,18–-0,18 mV	34 / 34
Duración S (estimada)	31 ms	31–35 ms	31–35 ms	34 / 34

Referencia adulta: QRS < 120 ms
Los valores de referencia son información general. Esta medición no se usa para inferir causas de enfermedades ni aconsejar medicación o tratamientos. Las estimaciones de una derivación pueden contener errores y no evalúan la salud.

Segmento ST / punto J

Medición	Mediana	Rango	P10–P90	Válidos / total
Duración del segmento ST	59 ms	55–59 ms	55–59 ms	34 / 34
Nivel del punto J	-0,01 mV	-0,01–-0,00 mV	-0,01–-0,00 mV	34 / 34
Nivel 60 ms después de J	—	—	—	0 / 34
Nivel 80 ms después de J	—	—	—	0 / 34
Tasa de cambio del voltaje ST	—	—	—	0 / 34

Motivos de valores ausentes: Casos: 34. El inicio de T no está claro, por lo que no se puede determinar dónde medir ST.; Casos: 34. Esta posición está demasiado cerca de T para medir ST por separado.

No hay un rango normal universal para esta medición de una derivación
Los valores de referencia son información general. Esta medición no se usa para inferir causas de enfermedades ni aconsejar medicación o tratamientos. Las estimaciones de una derivación pueden contener errores y no evalúan la salud.

Segmentos del ECG

11 oct 2026, 1:58 Apple Watch

Onda T

Medición	Mediana	Rango	P10–P90	Válidos / total
Duración de T	219 ms	219–223 ms	219–219 ms	34 / 34
Amplitud de T	0,23 mV	0,23–0,23 mV	0,23–0,23 mV	34 / 34
Razón temporal de T	1,00 ×	0,97–1,00 ×	1,00–1,00 ×	34 / 34

No hay un rango normal universal para esta medición de una derivación
Los valores de referencia son información general. Esta medición no se usa para inferir causas de enfermedades ni aconsejar medicación o tratamientos. Las estimaciones de una derivación pueden contener errores y no evalúan la salud.

Intervalo QT

Medición	Mediana	Rango	P10–P90	Válidos / total
Intervalo QT	371 ms	371–375 ms	371–375 ms	34 / 34

No hay un rango normal universal para esta medición de una derivación
Los valores de referencia son información general. Esta medición no se usa para inferir causas de enfermedades ni aconsejar medicación o tratamientos. Las estimaciones de una derivación pueden contener errores y no evalúan la salud.

QTc (QT corregido)

Medición	Mediana	Rango	P10–P90	Válidos / total
QTc (Fridericia)	387 ms	387–391 ms	387–391 ms	31 / 34
QTc (Bazett)	395 ms	395–399 ms	395–399 ms	31 / 34

Motivos de valores ausentes: Casos: 2. El final de QT no está claro o los RR cercanos no cumplen las condiciones de corrección. Consulta el método de medición.; Casos: 1. Falta el QT de este latido o intervalos RR cercanos, continuos y estables, por lo que no se puede corregir.

QTc adulto: hombres unos 350–450 ms; mujeres unos 360–460 ms
Los valores de referencia son información general. Esta medición no se usa para inferir causas de enfermedades ni aconsejar medicación o tratamientos. Las estimaciones de una derivación pueden contener errores y no evalúan la salud.

Segmento TP

Medición	Mediana	Rango	P10–P90	Válidos / total
Duración del segmento TP	324 ms	320–324 ms	320–324 ms	33 / 34

Motivos de valores ausentes: Casos: 1. El final de esta T o el inicio de la siguiente P no está claro, o puede haber un corte de señal entre ambos.

No hay un rango normal universal para esta medición de una derivación
Los valores de referencia son información general. Esta medición no se usa para inferir causas de enfermedades ni aconsejar medicación o tratamientos. Las estimaciones de una derivación pueden contener errores y no evalúan la salud.

Segmentos del ECG

11 oct 2026, 1:58 Apple Watch

Intervalos RR / PP

Medición	Mediana	Rango	P10–P90	Válidos / total
Intervalo RR	883 ms	879–883 ms	880–883 ms	33 / 34
Intervalo PP	883 ms	879–883 ms	880–883 ms	33 / 34

Motivos de valores ausentes: Casos: 1. Falta el latido anterior, P no está clara o hay un corte de señal entre latidos.

Referencia adulta en reposo: RR 600–1000 ms (60–100 bpm)
Los valores de referencia son información general. Esta medición no se usa para inferir causas de enfermedades ni aconsejar medicación o tratamientos. Las estimaciones de una derivación pueden contener errores y no evalúan la salud.

Método de medición

11 oct 2026, 1:58 Apple Watch

La app estima estos valores automáticamente. Su exactitud no se ha validado con datos reales del Apple Watch y no permiten determinar si un ECG es normal.

Parámetro	Resultado
Fuentes de datos	Apple Watch
Frecuencia de muestreo	256 Hz
Versión del análisis	0.6.0-research

Reglas de detección y puntuación

Puntuación del ritmo = 100 × (1 – latidos marcados ÷ latidos revisables), redondeada. Se marcan posibles latidos prematuros y cambios destacados del intervalo o de la forma local. La pausa posterior no se vuelve a contar. Describe la proporción de latidos no marcados por estas reglas en este registro. No es una puntuación de salud cardíaca y 100 no significa que el ECG sea normal.

Se requieren al menos 20 segundos de señal clara, un 80% de cobertura, 15 latidos revisables y 8 latidos de referencia estables. Al menos el 80% de los latidos no situados en los extremos deben ser revisables. La señal insuficiente, los valores PR o QT ausentes y una HRV alta o baja no suman ni restan puntos.

Se compara con latidos cercanos: debe adelantarse más del 15% y al menos 80 ms, con un intervalo posterior más largo o un QRS más ancho y de forma distinta. Los candidatos anchos requieren al menos 120 ms, más de un 20% de anchura adicional y correlación con la plantilla inferior a 0,90. Los estrechos requieren menos de 120 ms, correlación mínima de 0,90 y un intervalo posterior más largo. Estas reglas de investigación no confirman por sí solas extrasístoles auriculares o ventriculares.

Versión de las reglas: rhythm-review-1

Onda P

Se estiman el inicio, el final y el pico de P. Si es muy pequeña, sus límites no están claros o se superpone a ondas cercanas, los valores afectados quedan en blanco.

Intervalo PR

Usa el inicio de P y el inicio del QRS del mismo latido. Si alguno no está claro, no se calcula PR. El intervalo incluye la onda P y el segmento PR que la sigue.

Segmento PR

Se mide desde el final de P hasta el inicio del QRS. El nivel es el voltaje medio del segmento respecto a la referencia TP local. Los valores positivos están por encima y los negativos por debajo.

Complejo QRS

Primero se estiman el inicio y el final del QRS. Las ondas opuestas antes y después del pico principal son candidatas a Q y S. Se conserva la polaridad original. Si el pico principal apunta hacia abajo, las etiquetas Q, R y S requieren revisión manual. Una sola derivación no evalúa el eje eléctrico ni la progresión de R en derivaciones precordiales.

Método de medición

11 oct 2026, 1:58 Apple Watch

Segmento ST / punto J

El final del QRS estima el punto J. Se mide el voltaje 60 y 80 ms después. La tasa de cambio se obtiene de la diferencia entre esas posiciones: positiva hacia arriba y negativa hacia abajo. No se usan posiciones demasiado cercanas a T para medir ST.

Onda T

Se buscan por separado el inicio, el pico y el final de T. La razón temporal es el tiempo de inicio a pico dividido por el tiempo de pico a final. Se acerca a 1 si ambas partes duran parecido. Si hay varios picos, debe revisarse el trazado original.

Intervalo QT

Cada latido se mide por separado, desde el inicio del QRS hasta el final de T, antes de resumir los resultados. Si el final de T no está claro, no se calcula QT.

QTc (QT corregido)

Usa el QT del mismo latido y el RR inmediatamente anterior, ambos en segundos: Fridericia = QT / RR^(1/3); Bazett = QT / √RR. El algoritmo exige RR vecinos continuos, cambios no superiores al 10 % e intervalos de 500–1500 ms. Son condiciones del algoritmo, no un rango normal.

Segmento TP

Se mide desde el final de esta T hasta el inicio de la siguiente P. No se da un valor si algún límite no está claro, hay un corte de señal o el intervalo es menor de 40 ms.

Intervalos RR / PP

RR y PP se calculan con sus respectivos picos consecutivos. No se sustituyen entre sí ni se unen intervalos a través de cortes de señal.

Notas del registro

11 oct 2026, 1:58 Apple Watch

11 oct 2026, 1:58

Duración: 2 min
Cafeína

USERNOTE café 日本語 한글