Light-sheet mikroszkópia és valós idejű képfeldogozás új szemszögből

Balázs Bálint



Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola

Témavezető: Rózsa Balázs, M.D., Ph.D.

A Ph.D. disszertáció tézisei Budapest, 2017

1 Bevezető

A képalkotó eljárások, mint például a mikroszkópia az egyik legyakrabban használt eszközök az orvosi és biológiai kutatások során. Ennek az oka egyszerű: a puszta szem számára láthatatlan dolgok megjelenítése egy rendkívül hatásos módja annak, hogy betekintést kapjunk az ilyen dolgok belső működésébe. Az agyunk úgy fejlődött ki, hogy rengeteg külső információt dolgozzon fel, és ezek közül vitathatatlanul a látás a legjelentősebb.

Az optika egyik ágaként a mikroszkópia (görög erdet, mikrosz, "apró" és szkopein "figyel" szavakból) a fény és vizsgált minta interakcióinak megfigyelésén alapul. Hogy láthassuk ezeket az interakciókat, a mikroszkóp optikája felnagyítja a minta képét, ami detektálható és rögzíthető egy erre alkalmas berendezéssel. A legelső mikroszkópoknál, a 17. században, ez egyszerűen a szem volt, a felvételt pedig a megfigyelt képekről készült rajzok alkották [1].

A mikroszkópia egy igazán multidiszciplináris tudományág: még a legegyszerűbb formájában, egy egyszerű lencsét használva, a fizika alapelveit kihasználva nyerhetünk mélyebb megértést a bilógiáról és a természetről. Manapság a mikroszkópia felöleli a legtöbb természettudomány eredményeit, kiegészítve különféle technológiia fejlesztésekkel. Ugyan továbbra is a fizika és a biológia adják a kulcsszerepet, a kémia (fluoreszcens molekulák), mérnöki tudmányok (automatizálás) és infromációs technológia (képfeldolgozás) eredményi közösen alkotják a modern mikroszkópia alapjait.

2 Kihívások az élő minták háromdimenziós képalkotásában

Kihívások a képalkotásban

Az élő mintákról történő képalkotás elengedhetetlen az embrionális fejlődés folyamatainak megértéséhez. Az ideális esetben a mikroszkóp képes lenne egy folyamatos, háromdimenziós, többszínű felvételt készíteni bármely biológiai folyamatról, a lehető legnagyobb felbontással. Sajnos azonban ez nem lehetséges; a biológia és fizika határai miatt kompromisszumra van szükség. A fény diffrakciós természete, a fluoreszcens jelölők véges élettartama és az élő minták fényérzékenysége miatt a mikroszkópiának alkalmazkodnia kell az aktuálisan megválaszolandó kérdéshez. Annak érdekében, hogy valóban hasznos felvételek készülhessenek, meg kell találni az egyensúlyt a jel-zaj viszony növelése és a térbeni és időbeni felbontás javítása közt, mindeközben szemmel tartva, hogy a maga a képalkotás ne legyen befolyással a vizsgálandó folyamatokra (Figure 1a) [2].

A light-sheet fluorescens mikroskópia (LSFM), másnéven egysík megvilágítású mikroszkópia (single plane illumination microscopy, SPIM) [3] egy viszonylag új tagja azon technikák arzenáljának, melyek a fénymikroszkópián alapulnak. Nagy előnye, hogy különsen alkalmas élő minták hosszantartó vizsgálatára nagy térbeni és időbeni felbontással [4–7]; továbbá könnyen adaptálható a vizsgálandó mintához, lehetővé téve számos különféle vizsgálatot, akár teljes szervek esetén [8], "akár az egyes sejtek belsejében zajló folyamat [9]."

Even though light-sheet microscopy offers intrinsic optical sectioning To achieve isotropic 3D resolution, multiple views from different directions can be combined [10]. This is most commonly achieved by embedding the sample in an aqueous gel which offers unrestricted view from multiple directions, and a stiff environment to position the sample [11]. Gel embedding, however is not always possible. Delicate samples, such as mouse embryos, require a very specific environment for proper development [12], which makes sample rotation impossible.




Figure 1: Challenges in microscopy. (a) Tradeoffs in fluorescence microscopy for live imaging. When optimizing the imaging conditions (red dot), a tradeoff has to be made between resolution, contrast, and imaging speed, while avoiding photodamage. Adapted from [2]. (b) Experiment sizes and data rate of different imaging modalities. Comparison of single-plane illumination microscopy (SPIM, red), high-content screening (light blue), single molecule localization microscopy (SMLM, orange) and confocal microscopy (blue) by typical experiment size and data production rate.

Kihívások a képfeldolgozásban

When using any kind of microscopy in research, image processing is a crucial part of the workflow. This is especially true for light-sheet microscopy, since it is capable of imaging the same specimen for multiple

days, producing immense amounts of data. A single overnight experiment of *Drosophila* development (which is a very typical use-case for light-sheet microscopy) can produce multiple terabytes of data.

Apart from light-sheet microscopy, many other microscopy modalities are also suffering from this problem. Methods, such as high content screening [13–15], where tens of thousands of different genotypes are imaged generating millions of images; and single molecule localization microscopy (SMLM) [16–18], where just a single plane of a sample is imaged hundreds of thousands of times to acquire super-resolved images.

Not only these methods are capable of generating data extremely fast, but with the sustained high data rate a single experiment can easily reach multiples of terabytes (Figure 1b). Handling this amount of data can quickly become the bottleneck for many discoveries, which is a more and more common issue in biological research [19–21].

3 Új tudományos eredmények

This work tackles the previously outlined challenges in light-sheet microscopy: high resolution live imaging of delicate samples, such as mouse embryos, and real-time image processing and compression of large light-sheet datasets.

Tézis I. Megterveztem es megépítettem egy light-sheet mikroszkópot, ami érzékeny minták nagy felbontású vizsgálatára alkalmas. A két darab, magas numerikus apertúrájú objektív 120 fokban történő elhelyezése, egy megdöntött light-sheettel kombinálva, izotróp 3D felbontású képalkotásra


ad lehetőséget, miközben a fény begyűjtésének hatékonyságát kétszeresre növeli meg.

Kapcsolódó publikációk: [J1],[J2], [J3]

A Dual Mouse-SPIM egy újszerű megközelítést képvisel a lightsheet mikroszkópiában. A 120 fokban elhelyezett magas numerikus apertúrájú objektívek nemcsak a felbontás javítását eredményezi a hagyományos 90 fokos elrendezéssel szemben, hanem a nagyobb detektálási szögnek köszönhetően a fény begyűjtése kétszer hatékonyabban történik. Ez legfőképpen fényérzékeny minták esetén, mint például egér embriók esetén lehet előnyös, mivel a fototoxikus hatások lecsökkenthetők, míg a kontraszt megmarad. Mindét objektív használható megvilágításra és detektálásra is, ami lehetővé teszi a forgatás nélküli többnézetes felvételt.

A mikroszkóp részeként megterveztem egy egyedi nyalábosztó egységet, ami lehetővé teszi csupán egyetlen galvo-szkenner használatát a light-sheet generáláshoz mindkét objektív esetén. Továbbá egy olyan testreszabott detektálás-összeolvasztó egységet is megterveztem, ami lehetővé teszi egyetlen kamera használatát mindkét nézetből.

Karakterizáltam a mikroszkóp optikai tulajdonságait, meghatározva a megvilágítási profilt és a pontátviteli függvényt (PSF). A 95 µmes látómező egy 3.6 µm vastagságú light-sheettel van egyenletesen megvilágítva. A mintaként használt gömböcskék két irányból történő képalkotása 314 nm laterális és 496 nm axiális felbontást eredményezett. Ez egy 2,67-szeres javulás egyetlen lencse axiális felbontásához képest. Ezen kívül demonstráltam a mikroszkóp képességét Drosophila embriókról és az egér zigótákról készült felvételekkel.






Figure 2: Dual Mouse-SPIM concept. (a) Objective configuration. Both objectives can be used sequentially for both illumination and detection. (b) Combined PSF of the two views. Average of 12 fluorescent beads. Scale bar, 1 µm.

Tézis II. Kidolgoztam egy GPU-alapú képfeldolgozási pipeline-t többnézetes light-sheet mikroszkópiára, amely lehetővé teszi a szemközti nézetek valós időbeni összeolvasztását.

Kapcsolódó publikációk: [C1], [C2], [C3]

Kidolgoztam egy GPU-alapú képfeldolgozási pipeline-t, mely közvetlenül integrálható a LabVIEW alapú univerzális mikroszkóp vezérlő rendszerünkbe. A pipeline jelenleg lehetővé teszi a háttér levonását és a háttér maszkolását, továbbá képes az azonos sík szemközti nézeteinek azonnali összeolvasztására. Megmutattam, hogy lehetséges a szemközti nézetek regisztrálásának 3D problémáját 2D problémára redukálni, anélkül, hogy ez negatív hatással lenne a képminőségre és a felbontásra. Ez jelentősen lecsökkenti a szükséges számítási kapacitást és lehetővé teszi a CUDA textúrák alkalmazását és a valós időbeni összeolvasztást. Ennek a megoldásnak a feldolgozási sebessége 138 fps, ami 18.3-szoros növekedés az egyszálú CPU verzióhoz képest.




Figure 3: Real-time image processing pipeline for multi-view light-sheet microscopy.

Tézis III. Kifejlesztettem egy képtömörítési algoritmust, ami lehetővé teszi a fénymikroszkópokkal nyert képek zaj-függő veszteséges tömörítését és akár százszoros tömörítési arányt is elérhet, megőrizve a későbbi adatfeldolgozó lépések eredményeit. A gyors CUDA implementáció lehetővé teszi a nagysebességű kamerák képeinek valós idejű tömörítését.

Kapcsolódó publikációk: [J4], [C1], [C2], [C3]

Mivel a számos különféle nagyebességű mikroszkópia technikák hatalmas mennyiségű adatot generálnak, kísérletenként akár terabájtokat elérve, a képtömörítés kiemelt szerepet kap ilyen adathalmazok esetén. A jelenleg használt, mikroszkópos képekkel kompatibilis képtömörítési eljárások nem képesek a modern sCMOS kamerák nagy adatsebességével megküzdeni ($\sim 800\,\mathrm{MB/s}$).

Kifejlesztettem a B³D nevű GPU-alapú párhuzamos képtömörítő algoritmust, amely képes 1 GB/s feletti átviteli sebességre, lehetővé téve a valós idejű képtömörítést. A méret további csökkentése érdekében kidolgoztam egy zajfüggő veszteséges tömörítési eljárást, amely deter-

minusztikus módon módosítja az adatokat. A pixelenkénti megengedett eltérés a kép zajszintjéhez képest választható, figyelembe véve a sörétzaj (shot noise) és a kamera kiolvasási zaj mértékét. A pixel prediktálásnak köszönhetően a szubjektív képminőség magasabb, mint más eljárások esetén, ahol egyszerűen a képek négyzetgyökének kvantálása történik.

Tézis IV. Megmutattam, hogy a zajszinten belüli tömörítés nem befolyásolja szignifikánsan a leggyakrabban használt képfeldolgozási feladatok eredményeit és a tömörítési arány 3,32-szeres átlagos javulását eredményezi a veszteségmentes tömörítéshez képest.

Kapcsolódó publikációk: [J4], [C1], [C2], [C3]

Mivel az adatok integritása elengedhetetlen a megfelelő következtetések levonása érdekében, ezért a veszteséges tömörítés használata ellentmodnásos lehet. Megmutattam, hogy a ${\bf B}^3{\bf D}$ zajszinten belüli módja (within noise level, WNL) nem befolyásolja szignifikánsan a leggyakrabban használt képfeldolgozási feladatok eredményét.

Light-sheet mikroszkópos adatokra megmutattam, hogy a WNL tömörítés kisebb eltérést okoz a képben, mint a sörétzaj (shot noise). A felvételek szegmentálása esetén a szegmentált régiók átfedése *Drosophila* embrió sejtmagokra 99,6%, míg *Phallusia* embriók membránjára 94,5%. A tömörítési arány a két felvételre 19,3-szoros, illetve 40,01-szeres volt.

Lokalizációs mikroszkóp adatokra megmuttam, hogy a WNL tömörítés mindössze 4%-kal növeli a lokolizációs hibát, míg az átlagos tömörítási ráta 1,44-ről (veszteségmentes) 4,96-ra emelkedik. Megmutattam továbbá, hogy a lokalizációs hiba változása nem függ az felvételek jel-zaj viszonyától.




Figure 4: Influence of noise dependent lossy compression on 3D nucleus segmentation. A Drosophila melanogaster embryo expressing H2Av-mCherry nuclear marker was imaged in MuVi-SPIM [11], and 3D nucleus segmentation was performed. (a). To visualize segmentation mismatch, the results of the uncompressed (green) and compressed (magenta) datasets are overlaid in a single image (b, c; overlap in white). For all compression levels the segmentation overlap score was calculated and is plotted in (d) along with the achieved compression ratios.

4 Lehetséges alaklmazások

Mind a Dual Mouse-SPIM mikroszkópnak, mind a GPU-alapú képfeldolgozásnak közvetlen alkalmazási lehetőségei vannak az embrionális fejlődés vizsgalatában. Több potenciális együttműködő fejezte ki érdeklődését a Dual Mouse-SPIM használata iránt az egérembrió fejlődésének vizsgálatához. A Hiiragi csoport, akik a pre- es posztimplantációs fázis szimmetriatörő eseményeire összpontosítanak, szeretnék kipróbálni ezt az elrendezést a nagyobb minták több irányból történő képalkotására, ami a jelenleg használt mikroszkópjukkal nem működik es lehetőseget adhat eddig ismeretlen mechanizmusok feltárasára. Az Ellenberg csoport a kromoszóma szegregáció mechanizmusait vizsgálja az embrionális fejlődés első néhány osztódási fázisában. A nagyobb axiális felbontás lehetőséget ad minden egyes kromoszóma követésére az osztódási folyamat során, ami eddig nem volt lehetséges az axiális felbontás hiányosságai miatt.

A GPU-alapú képfeldolgozási pipeline-t, főképp a szemközti nézetek

2D fúzióját már most is használjuk laborunk nagyteljesítményű mikroszkopján, a MuVi-SPIM- en. A két szemközti objektív nézeteinek összeolvasztása a képalkotás közben nemcsak jelentős tárhely megtakarítást eredményez, de az adatelemzést is szignifikánsan felgyorsítja.

A B³D képtömörítési algoritmus először light-sheet mikroszkópia kihívásaira fókuszálva lett megtervezve, de sokkal széleskörűbb felhasználási lehetőséget nyújt. Bármilyen nagy teljesítményű, highthroughput fénymikroszkópián alapuló vizsgálat profitálhat a zajszinten belüli tömörítési eljárásnak köszönhető jelentős adatcsökkenés adta előnyökből. Mivel a tömörítés a képalkotás alatt azonnal kivetelezhető, nemcsak a tárolási feltételek, de a szükséges sévszélesség is lecsökken, ami szükségtelenné teszi a nagyteljesítményű RAID tömbök hazsnálatát és 10 Gbit-es hálózat kiépítését tovább csökkentve a költségeket. A hasonlóan gyors kitömörítési sebességnek köszönhetően az adatbeolvasás is gyorsabb lesz, amiből a böngészési és 3D adatmegjelenítési alkalmazások profitálhatnak. Néhany cég már érdeklődését fejezte ki a tömörítés iránt, többek között a Bitplane AG (3D adatelemzés és megjelenítés), Luxendo GmbH (light-sheet mikroszkópia) es Hamamatsu Photonics K.K. (kamera es szenzor gyártás).

A szerző közleményei a témában

[J1] Gustavo de Medeiros, Bálint Balázs, and Lars Hufnagel. "Light-sheet imaging of mammalian development". Seminars in Cell & Developmental Biology. Mammalian development 55 (July 2016), pp. 148–155. DOI: 10.1016/j.semcdb.2015.11.001 (cit. on p. 5).

- [J2] Petr Strnad, Stefan Gunther, Judith Reichmann, Uros Krzic, Balint Balazs, Gustavo de Medeiros, Nils Norlin, Takashi Hiiragi, Lars Hufnagel, and Jan Ellenberg. "Inverted light-sheet microscope for imaging mouse pre-implantation development". Nature Methods 13.2 (Feb. 2016), pp. 139–142. DOI: 10.1038/nmeth. 3690 (cit. on p. 5).
- [J3] Patrick Hoyer, Gustavo de Medeiros, Bálint Balázs, Nils Norlin, Christina Besir, Janina Hanne, Hans-Georg Kräusslich, Johann Engelhardt, Steffen J. Sahl, Stefan W. Hell, and Lars Hufnagel. "Breaking the diffraction limit of light-sheet fluorescence microscopy by RESOLFT". Proceedings of the National Academy of Sciences 113.13 (Mar. 2016), pp. 3442–3446. DOI: 10.1073/pnas.1522292113 (cit. on p. 5).
- [J4] Balint Balazs, Joran Deschamps, Marvin Albert, Jonas Ries, and Lars Hufnagel. "A real-time compression library for microscopy images". bioRxiv (July 2017), p. 164624. DOI: 10.1101/164624 (cit. on pp. 7, 8).

A szerző további közleményei

[J5] Zoltán Jakus, Edina Simon, Bálint Balázs, and Attila Mócsai. "Genetic deficiency of Syk protects mice from autoantibody-induced arthritis". Arthritis and Rheumatism 62.7 (July 2010), pp. 1899–1910. DOI: 10.1002/art.27438.

- [J6] Balázs Győrffy, Zsombor Benke, András Lánczky, Bálint Balázs, Zoltán Szállási, József Timár, and Reinhold Schäfer. "RecurrenceOnline: an online analysis tool to determine breast cancer recurrence and hormone receptor status using microarray data". Breast Cancer Research and Treatment (July 2011). DOI: 10.1007/s10549-011-1676-y.
- [J7] Weiwei Shi, Balint Balazs, Balazs Györffy, Tingting Jiang, W. Fraser Symmans, Christos Hatzis, and Lajos Pusztai. "Combined analysis of gene expression, DNA copy number, and mutation profiling data to display biological process anomalies in individual breast cancers". Breast Cancer Research and Treatment 144.3 (Mar. 2014), pp. 561–568. DOI: 10.1007/s10549-014-2904-z.

A szerző konferencia előadásai

- [C1] Bálint Balázs, Marvin Albert, and Lars Hufnagel. "GPU-based image processing for multiview microscopy data". Light Sheet Fluorescence Microscopy International Conference. Sheffield, UK, Sept. 2016 (cit. on pp. 6–8).
- [C2] Bálint Balázs, Marvin Albert, and Lars Hufnagel. "GPU-based image processing for multi-view microscopy data". Focus on Microscopy. Taipei, Taiwan, Mar. 2016 (cit. on pp. 6–8).
- [C3] Bálint Balázs, Marvin Albert, and Lars Hufnagel. "GPU-based image processing for multi-view microscopy data". Focus on Microscopy. Bordeaux, France, Apr. 2017 (cit. on pp. 6–8).

Refernciák

- [1] Robert Hooke. Micrographia: or Some Physiological Descriptions of Minute Bodies Made by Magnifying Glasses. With Observations and Inquiries Thereupon. London: J. Martyn and J. Allestry, 1665 (cit. on p. 1).
- [2] P. Philippe Laissue, Rana A. Alghamdi, Pavel Tomancak, Emmanuel G. Reynaud, and Hari Shroff. "Assessing phototoxicity in live fluorescence imaging". *Nature Methods* 14.7 (July 2017), pp. 657–661. DOI: 10.1038/nmeth.4344 (cit. on pp. 2, 3).
- [3] Jan Huisken, Jim Swoger, Filippo Del Bene, Joachim Wittbrodt, and Ernst H. K Stelzer. "Optical Sectioning Deep Inside Live Embryos by Selective Plane Illumination Microscopy". *Science* 305.5686 (2004), pp. 1007–1009 (cit. on p. 2).
- [4] Philipp J Keller and Ernst HK Stelzer. "Quantitative in vivo imaging of entire embryos with Digital Scanned Laser Light Sheet Fluorescence Microscopy". Current Opinion in Neurobiology 18.6 (Dec. 2008). review, pp. 624–632. DOI: 10.1016/j.conb.2009.03.008 (cit. on p. 2).
- [5] Jan Huisken and Didier Y. R. Stainier. "Selective plane illumination microscopy techniques in developmental biology". *Development* 136.12 (June 2009), pp. 1963–1975. DOI: 10.1242/dev. 022426 (cit. on p. 2).
- [6] Michael Weber and Jan Huisken. "Light sheet microscopy for real-time developmental biology". Current Opinion in Genetics & Development 21.5 (2011), pp. 566-572. DOI: 10.1016/j.gde. 2011.09.009 (cit. on p. 2).

- [7] Raju Tomer, Khaled Khairy, and Philipp J Keller. "Shedding light on the system: studying embryonic development with light sheet microscopy". Current Opinion in Genetics & Development. Developmental mechanisms, patterning and evolution 21.5 (Oct. 2011). Review from 2011, pp. 558–565. DOI: 10.1016/j.gde. 2011.07.003 (cit. on p. 2).
- [8] Hans-Ulrich Dodt, Ulrich Leischner, Anja Schierloh, Nina Jährling, Christoph Peter Mauch, Katrin Deininger, Jan Michael Deussing, Matthias Eder, Walter Zieglgänsberger, and Klaus Becker. "Ultramicroscopy: three-dimensional visualization of neuronal networks in the whole mouse brain". Nature Methods 4.4 (Mar. 2007), pp. 331–336. DOI: 10.1038/nmeth1036 (cit. on p. 2).
- [9] Bi-Chang Chen et al. "Lattice light-sheet microscopy: Imaging molecules to embryos at high spatiotemporal resolution". *Science* 346.6208 (Oct. 2014), p. 1257998. DOI: 10.1126/science. 1257998 (cit. on p. 2).
- [10] Stephan Preibisch, Fernando Amat, Evangelia Stamataki, Mihail Sarov, Robert H. Singer, Eugene Myers, and Pavel Tomancak. "Efficient Bayesian-based multiview deconvolution". *Nature Methods* 11.6 (June 2014), pp. 645–648. DOI: 10.1038/nmeth. 2929 (cit. on p. 3).
- [11] Uros Krzic, Stefan Gunther, Timothy E. Saunders, Sebastian J. Streichan, and Lars Hufnagel. "Multiview light-sheet microscope for rapid in toto imaging". *Nature Methods* 9.7 (July 2012). MuVi-SPIM, pp. 730–733. DOI: 10.1038/nmeth.2064 (cit. on pp. 3, 9).

- [12] Adam S. Doherty and Richard M. Schultz. "Culture of Preimplantation Mouse Embryos". Developmental Biology Protocols. Methods in Molecular BiologyTM. DOI: 10.1385/1-59259-685-1:47. Humana Press, 2000, pp. 47–52 (cit. on p. 3).
- [13] Anne E. Carpenter and David M. Sabatini. "Systematic genome-wide screens of gene function". *Nature Reviews Genetics* 5.1 (Jan. 2004), pp. 11–22. DOI: 10.1038/nrg1248 (cit. on p. 4).
- [14] Christophe J. Echeverri and Norbert Perrimon. "High-throughput RNAi screening in cultured cells: a user's guide". Nature Reviews Genetics 7.5 (May 2006), pp. 373–384. DOI: 10.1038/nrg1836 (cit. on p. 4).
- [15] Rainer Pepperkok and Jan Ellenberg. "High-throughput fluorescence microscopy for systems biology". Nature Reviews Molecular Cell Biology 7.9 (Sept. 2006), pp. 690–696. DOI: 10.1038/nrm1979 (cit. on p. 4).
- [16] Eric Betzig, George H. Patterson, Rachid Sougrat, O. Wolf Lindwasser, Scott Olenych, Juan S. Bonifacino, Michael W. Davidson, Jennifer Lippincott-Schwartz, and Harald F. Hess. "Imaging Intracellular Fluorescent Proteins at Nanometer Resolution". Science 313.5793 (Sept. 2006), pp. 1642–1645. DOI: 10.1126/science.1127344 (cit. on p. 4).
- [17] Samuel T. Hess, Thanu P. K. Girirajan, and Michael D. Mason. "Ultra-High Resolution Imaging by Fluorescence Photoactivation Localization Microscopy". *Biophysical Journal* 91.11 (Dec. 2006), pp. 4258–4272. DOI: 10.1529/biophysj.106.091116 (cit. on p. 4).

- [18] Michael J. Rust, Mark Bates, and Xiaowei Zhuang. "Sub-diffraction-limit imaging by stochastic optical reconstruction microscopy (STORM)". *Nature Methods* 3.10 (Oct. 2006), pp. 793–796. DOI: 10.1038/nmeth929 (cit. on p. 4).
- [19] Roy Wollman and Nico Stuurman. "High throughput microscopy: from raw images to discoveries". *Journal of Cell Science* 120.21 (Nov. 2007), pp. 3715–3722. DOI: 10.1242/jcs.013623 (cit. on p. 4).
- [20] Emmanuel G. Reynaud, Jan Peychl, Jan Huisken, and Pavel Tomancak. "Guide to light-sheet microscopy for adventurous biologists". *Nature Methods* 12.1 (Jan. 2015), pp. 30–34. DOI: 10.1038/nmeth.3222 (cit. on p. 4).
- [21] Jeffrey M. Perkel. "The struggle with image glut". Nature 533.7601 (Apr. 2016), pp. 131–132. DOI: 10.1038/533131a (cit. on p. 4).