

# Logbog

---

**Dato:** 20-02-2015

**Omhandler:** Kravspecifikation

**Ansvarlige:** Mads, Lise, Cecilie og Albert

**Logbog**

Dagsorden:

- Aktør-kontekst diagram, samt aktør beskrivelse
- Use cases
- Use cases diagram

Lars kiggede på det til vejledermødet og sagde OK til det. Det eneste var, at der skulle være 2 Use Cases, da vi skal kigge på EKG'et i forhold til HRV. Efter mødet lavede vi den sidste Use case.



# Logbog

---

**Dato:** 26-02-2015

**Omhandler:** Kravspecifikation

**Ansvarlige:** Albert, Mads, Cecilie og Lise

## Logbog

Dagsorden:

- Arbejde videre på Use cases

Vi har i dag færdig gjort de to use cases omhandlede forprojektet. Vi har rettet aktør-navn i aktør-kontekstdiagram. Snakket videre om, hvor meget ikke-funktionelle krav skal fylde i forprojektet (spørgsmål til Lars - Lars har givet svar). Vi har påbegyndt accepttest for use case 1.



# Logbog

---

**Dato:** 26-02-2015

**Omhandler:** Kravspecifikation

**Ansvarlige:** Lise

**Logbog**

Jeg lavede en beskrivelse af EKG-systemet - se under aktørbeskrivelse.



# Logbog

---

**Dato:** 27-02-2015

**Omhandler:** Accepttest, funktionelle- og ikke funktionelle krav

**Ansvarlige:** Lise, Albert, Cecilie og Mads

## Logbog

Accepttest for use case 1 og 2 er færdiggjort og godkendt af vejleder - klar til review. Funktionelle og ikke funktionelle krav er påbegyndt ud fra FURBS og MoSCOW metoderne.





# Logbog

---

**Dato:** 27-02-2015

**Omhandler:** Ikke-funktionelle krav

**Ansvarlige:** Lise

## Logbog

Jeg har færdiggjort og indskrevet ikke-funktionelle krav i Latex. Jeg sender det til Lars, så han kan kigge det igennem inden næste møde! Jeg ændre også lige Lars's kommentar til Use case1 og den accepttest!



# Logbog

---

**Dato:** 27-02-2015

**Omhandler:** Programmering

**Ansvarlige:** Mohammed, Malene, Sara og Martin

## Logbog

I gruppen (programmering) med Mohammed, Malene, Sara og Martin, havde vi forberedt til i dag at se videon som omhandler LabVIEW2014 - NI-DAQmx-14 softwaren som nu er installeret på Saras og Martins computer. Vi sat Martins computer op først med kun at tilslutte EKG forstærker og lavede en test, uden at tilslutte noget, og vi kan konkludere at EKG forstærkeren og software virker. Efterfølgende tilsluttede vi det følgende print og tilsluttede først elektroderne til Mohammed og bagefter Sara. Ved begge målinger fik vi intet som skulle ligne et EKG signal, det lignede mest støj. Vi forsøgte at fejlfinde ved at flytte rundt på ledningerne, men uden nogle forbedringer. Lars var også lige forbi for at kigge på opstillingen, men det er Samuel som ved noget om udstyret og hvad der kan være galt. Lars ville forhøre Samuel om hvad der skal ske. Vi vil prøve en ekstra gang næste gang vi mødes.



# Logbog

---

**Dato:** 02-03-2015

**Omhandler:** Programmering

**Ansvarlige:** Mohammed, Malene, Sara og Martin

## Logbog

Vi fik I dag snakket med Samuel og fik udleveret nogle andre elektroder vi kunne måle med. Dette resulterer i at nu kan måle EKG-signaler. Vi vil næste gang få kigget på den del af softwaren som skal opsamle disse data.



# Logbog

---

**Dato:** 06-03-2015

**Omhandler:** Kravspecifikation og accepttest

**Ansvarlige:** Cecilie, Albert og Mads

## Logbog

Rettelser i den endelige kravspec og accepttest. Beskrivelse af aktør-kontekst diagram, samt UseCase diagrammet er tilføjet. Desuden er der skrevet en indledning, der kort beskriver formålet ved en EKG-måler.





# Logbog

---

**Dato:** 06-03-2015

**Omhandler:** Programmering

**Ansvarlige:** Mohammed, Malene og Martin

## Logbog

- I dag fik vi lavet nye EKG målinger med Mohammed og Malene. Til at starte med var der en del støj på signalet, men det blev bedre og mere læsbart efter nogle forsøg. Vi kiggede nærmere på det udleveret software i C sharp, som bruges ved en EKG måling. Der fik vi ændret følgende:

```
datacollector.deviceName = "Dev4/ai0";
```

```
til datacollector.deviceName = "Dev1/ai0";
```

Dette gjorde at vi nu får vores liste udskrevet i GUI'en.

Vi fik snakket med Lars om hvad vi skal lave i forprojektet i programmering og hvad programmet skal kunne vha. EKG-målingen:

- Udskrive EKG-måling i graf
- Udskrive puls
- Udskrive HRV (Heart Rate Variability) (R takker)

Næste gang vil vi kigge på disse tre punkter og forsøge at begynde at programmere noget der vil kunne understøtte dette.



# Logbog

---

**Dato:** 13-03-2015

**Omhandler:** KS og AT

**Ansvarlige:** Lise, Mads, Cecilie og Albert

**Logbog**

Dagsorden:

- Tilrettelse af kommentar fra review-gruppen

Vi fik tilrettet og tilføjet rettelserne fra review-gruppen. Vi havde nogle problemer med at få tilføjet en kolonne i vores AT ("faktiske observationer/resultat"). Dette har jeg (Lise) dog senere få tilføjet, så der er styr på det. Lars gav os "lov" til at undlade AT for de ikke-funktionelle krav i for-projektet - dog skal der laves en til selve projektet. Og ALLE krav skal der testes på.



# Logbog

---

**Dato:** 13-03-2015

**Omhandler:** Programmering (forprojekt)

**Ansvarlige:** Mohamed, Malene, Sara og Martin

## Logbog

Dagsorden:

I dag fik vi tilføjet en graf i koden. Den viser en graf over den sidste måling. Vi havde problemer med at få grafen til at vise et EKG-signal. Lars hjalp med dette ved at ændre i koden, så nu samples funktionen virker i GUI'en. De forskellige parameter som der er i GUI'en, virker slet, de er ikke "aktive", derfor kunne vi bedre forstå der ikke rigtig skete noget når vi ændret på dem. :D

- Nu skal vi have programmet til at finde alle R-takker så vi kan beregne en puls ud fra en måling. Dette fungerer ikke endnu, men en label er tilføjet til dette brug.
- Ligeledes mangler der en tilføjelse med HRV, afstanden mellem R-takker.

Disse to punkter vil vi arbejde videre næste gang.



# Logbog

---

**Dato:** 18-03-2015

**Omhandler:** Kravspec og accepttest

**Ansvarlige:** Lise, Albert og Mads

**Logbog**

Dagsorden:

- Påbegynde projekt

Vi er påbegyndt tilrettelse vores accept-test, aktør/kontekst diagram, UseCase 1 og -2, samt FURPS, til hovedprojektet, og den valgte sygdom, atrieflimmer. Layoutet til Use-casene er blevet ændret i LaTeX. Albert og Mads arbejder videre med rapporten fredag d. 20-03.





# Logbog

---

**Dato:** 20-03-2015

**Omhandler:** Kravspec og accepttest Projekt

**Ansvarlige:** Albert og Mads

## Logbog

Accepttest over ikke-funktionelle krav

Aktør kontekst diagram

Use Case diagram



# Logbog

---

**Dato:** 20-03-2015

**Omhandler:** Programmering

**Ansvarlige:** Mohamed, Malene og Martin

## Logbog

Lars hjalp os med at lave noget kode som kunne tælle rtakker og bagefter gøre det muligt at udregne pulsen. Det skal nu sættes ordenligt op i koden. Blev enig med Lars om at der skulle oprettes et nyt projekt i C#, hvor vi i stedet for at skrive i den udleveret kode, kun lavede referancer til den. Dette vil gøre det mere gennemskueligt og kommer til at gøre nytte i hovedet projektet. Lars synes også at vi bare skulle fortsætte ind i selve projektet og at for-projektet nu er overstået for programmering.

Næste gang skal der kigges på, så programmet kommer til at vise antal Rtakker, HRV og puls. Og så skal der kigges på, hvordan det kommer til at analysere vores sygdom rigtig.



# Logbog

---

**Dato:** 26-03-2015

**Omhandler:** KS og AT

**Ansvarlige:** Lise, Mads, Cecilie og Albert

**Logbog**

Dagsorden:

- Ændre KS og AT i forhold til sygdommen

I dag har vi fået ændret hele KS i forhold til atrieflimmer samt de ikke-funktionelle krav i AT. I morgen skal vi lave AT færdig i forhold til atrieflimmer og lave ordliste.