



6 TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1988-763/000-853		Nr.: 1993-4163-515																					
		Udgave: 1																					
		Dato: 28.12.1993																					
Gyldig til	1999-06-30	Systembetegnelse: TS 24.52 014																					
<p style="text-align: center;">AUTOMATISK VÆGT til DISKONTINUERLIG AFVEJNING I ENKELTVEJNINGER</p> <p>Nedennævnte automatvægt er herefter <u>individuel</u>t godkendt under systembetegnelsen TS 24.52 014.</p> <p>Vægt: Automatisk, hybrid vægt Visningsenhed: Toledo, type 2550, fabr. nr. 157765 Underpart: Toledo/Danvægt Vejeceller: 1 stk. Revere Transducers, type SHB*M-C3, 50 kg.</p> <p>Opstillingssted Henkel Hygiejne A/S Carl Jacobsensvej 29-37 2500 Valby</p> <p>1. Legale måledata:</p> <p>A: Den automatiske vægt:</p> <table><tr><td>Maksimumslast</td><td>Max.</td><td>50 kg.</td></tr><tr><td>Minimumslast</td><td>Min.</td><td>10 kg.</td></tr><tr><td>Delingsværdi</td><td>d_a =</td><td>0,02 kg.</td></tr></table> <p>Verifikationstolerancer:</p> <table><tr><td>For enkeltvejninger:</td><td>10-15 kg:</td><td>4g/kg.</td></tr><tr><td></td><td>15-20 kg:</td><td>60g</td></tr><tr><td></td><td>20-50 kg:</td><td>3g/kg.</td></tr><tr><td>For middelværdien af 10 vejninger:</td><td></td><td>1g/kg.</td></tr></table>			Maksimumslast	Max.	50 kg.	Minimumslast	Min.	10 kg.	Delingsværdi	d _a =	0,02 kg.	For enkeltvejninger:	10-15 kg:	4g/kg.		15-20 kg:	60g		20-50 kg:	3g/kg.	For middelværdien af 10 vejninger:		1g/kg.
Maksimumslast	Max.	50 kg.																					
Minimumslast	Min.	10 kg.																					
Delingsværdi	d _a =	0,02 kg.																					
For enkeltvejninger:	10-15 kg:	4g/kg.																					
	15-20 kg:	60g																					
	20-50 kg:	3g/kg.																					
For middelværdien af 10 vejninger:		1g/kg.																					
<p>BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.</p>																							

B: Den egentlige ikke-automatiske vægt:
I henhold til MDIR 34.11-01, udg. 3 pkt. 3.2.3.2.2.3.

Maksimumslast	Max.	50 kg.
Minimumslast	Min.	0,4 kg.
Delingsværdi	$d_d =$	0,02 kg.
Verifikationsværdi	$e =$	d_d
Taradelingsværdi	$d_T =$	d_d
Tara, subtraktiv	$T =$	-Max
Nøjagtighedsklasse	III	

Påskrifter og
Plombering: Som angivet i den egentlige typegodkendelsesattest.

Dokumentation: Ansøgning nr. 1993-4163-515

Claudi Johansen