



7. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1991 763/000-1337		Nr.: 1994-4163-0671												
		Udgave: 1												
		Dato: 1996-09-01												
Gyldig til 2003-11-01	Systembetegnelse: TS 27.01 002													
<p>Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.</p> <h2 style="text-align: center;">VARMEENERGIMÅLER</h2> <table><tr><td>Producent</td><td>GRUNDFOS INTERNATIONAL A/S.</td></tr><tr><td>Ansøger</td><td>Grundfos International A/S, Bjerringbro.</td></tr><tr><td>Art</td><td>Varmeenergimåler.</td></tr><tr><td>Type</td><td>EM6R, EM10R og EM25R, hvor volumenstrømsgiveren er placeret i returløbet. EM6V, EM10V og EM25V, hvor volumenstrømsgiveren er placeret i fremløbet.</td></tr><tr><td>Anvendelse</td><td>Måling af varmeenergi i henhold til DS 2340.</td></tr></table> <p>Varmeenergimåleren er herefter godkendt med følgende ændringer og tilføjelser:</p> <p>Alternative temperaturfølere, som udstyres med typeskilt, der indeholder:</p> <p>Serienr. Fabrikat : JUMO Type : 90.294-F97 P3/4 Føler : Pt 500 Placering : V for fremløb, R for returløb Følerne kan monteres i kuglehane.</p> <table><tr><td>DOKUMENTATION</td><td>Ansøgning nr. 1994-4163-0671. Prøvningsrapport: DELTA-29139 af 1995-10-18 J. Kaavé.</td></tr></table>			Producent	GRUNDFOS INTERNATIONAL A/S.	Ansøger	Grundfos International A/S, Bjerringbro.	Art	Varmeenergimåler.	Type	EM6R, EM10R og EM25R, hvor volumenstrømsgiveren er placeret i returløbet. EM6V, EM10V og EM25V, hvor volumenstrømsgiveren er placeret i fremløbet.	Anvendelse	Måling af varmeenergi i henhold til DS 2340.	DOKUMENTATION	Ansøgning nr. 1994-4163-0671. Prøvningsrapport: DELTA-29139 af 1995-10-18 J. Kaavé.
Producent	GRUNDFOS INTERNATIONAL A/S.													
Ansøger	Grundfos International A/S, Bjerringbro.													
Art	Varmeenergimåler.													
Type	EM6R, EM10R og EM25R, hvor volumenstrømsgiveren er placeret i returløbet. EM6V, EM10V og EM25V, hvor volumenstrømsgiveren er placeret i fremløbet.													
Anvendelse	Måling af varmeenergi i henhold til DS 2340.													
DOKUMENTATION	Ansøgning nr. 1994-4163-0671. Prøvningsrapport: DELTA-29139 af 1995-10-18 J. Kaavé.													
BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.														