



3. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1991-763/000-1355		Nr.: 1993-4163-0504																
		Udgave: 1																
		Dato: 1993-12-15																
Gyldig til 2001-10-01	Systembetegnelse: TS ^{27.01} ₀₀₆																	
<p>Typegodkendelse udstedt i henhold til §15 i Statens Metrologiråds bekendtgørelse nr. 749 af 7. november 1989 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.</p> <h2 style="text-align: center;">VARMEENERGIMÅLER</h2> <table><tr><td>Producent</td><td>HG Instrumenter A/S.</td></tr><tr><td>Ansøger</td><td>HG Instrumenter A/S, Virum.</td></tr><tr><td>Art</td><td>Varmeenergimåler.</td></tr><tr><td>Type</td><td>HG 1 og HG 3.</td></tr><tr><td>Anvendelse</td><td>Som varmeenergimåler til måling af fjernvarme i.h.t. DS 2340.</td></tr></table> <p>Varmeenergimåleren er herefter godkendt med følgende ændringer og tilføjelser:</p> <table><tr><td>Anvendelse</td><td>Som volumenmåler til fjernvarme.</td></tr></table> <p>LEGALE MÅLEDATA</p> <p>I forhold til den egentlige typegodkendelsesattest er nøjagtighedskravet til maximal tilladelig fejl (d.v.s. verifikationstolerancen):</p> <p>fra $q_{v,min}$ til $0.1 \cdot q_{v,max}$: $\pm 5 \%$</p> <p>fra $0.1 \cdot q_{v,max}$ til $q_{v,max}$: $\pm 3 \%$</p> <p>I forhold til den egentlige typegodkendelsesattest er måleren den samme, bortset fra at den som volumenmåler (med afregning i volumen) ikke er udstyret med Pt 500 temperaturføler par.</p> <p>Det betyder bl.a. at påskriften på beregningsenhedens forplade ikke skal indeholde data for så vidt angår temperaturfølerne.</p> <table><tr><td>DOKUMENTATION</td><td>Ansøgning nr. 1993-4163-0504.</td></tr><tr><td></td><td>J. Kaavé.</td></tr></table>			Producent	HG Instrumenter A/S.	Ansøger	HG Instrumenter A/S, Virum.	Art	Varmeenergimåler.	Type	HG 1 og HG 3.	Anvendelse	Som varmeenergimåler til måling af fjernvarme i.h.t. DS 2340.	Anvendelse	Som volumenmåler til fjernvarme.	DOKUMENTATION	Ansøgning nr. 1993-4163-0504.		J. Kaavé.
Producent	HG Instrumenter A/S.																	
Ansøger	HG Instrumenter A/S, Virum.																	
Art	Varmeenergimåler.																	
Type	HG 1 og HG 3.																	
Anvendelse	Som varmeenergimåler til måling af fjernvarme i.h.t. DS 2340.																	
Anvendelse	Som volumenmåler til fjernvarme.																	
DOKUMENTATION	Ansøgning nr. 1993-4163-0504.																	
	J. Kaavé.																	
BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.																		