Industriministeriet

INDUSTRI- OG HANDELSSTYRELSEN

> 9. Kontor MÅLETEKNIK

7. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr. 24/1979

Nr.: 1989-763/000-1031


Udgave: 1

Dato: 1989-08-15

Gyldig til 1989-12-31

Systembetegnelse: IV-119 CS.

MÅLEANLÆG



Producent Ansøger

Art

Wayne Europe, Dresser Wayne AB, Sverige. Wayne Europe, Dresser Europe S.A., Rødovre.

Enkeltstander eller blendstander med elektronisk tælleværk,

svingarm eller tophængt slange.

Type

Star Ultra 77, Single Star Ultra 77, Blend Star Ultra 77, Blend 2+1

Star Ultra 77, C1

Anvendelse

Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.

BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.

Industri- og Handelsstyrelsen Tagensvej 135 2200 København N INDUSTRI- OG HANDELSSTYRELSEN

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 1989-763/000-1031

Systembet.: IV-119 CS.

KONSTRUKTION

Hermed er standeren også godkendt ombygget til version Star Ultra 77, Blend 2+1.

Ombygningen består i at standeren forsynes med 2 pistoler således, at der gennem den ene kan udmåles et grundprodukt samt et blandingsprodukt og gennem den anden et grundprodukt.

Det er kun muligt at tanke med en pistol ad gangen.

Øvrige konstruktion uændret i forhold til beskrivelse i attest nr. 24/1979.

Plombering

Uændret i forhold til beskrivelse i attest nr. 24/1979.

DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1989-763/000-1031

J. Kaavé / P. Claudi Johansen