



Erhvervsfremme
Styrelsen

Erhvervsministeriet

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 35 46 60 00
Fax 35 46 60 01
E-post efs@efs.dk
www.efs.dk

7. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
Nr. 19/1981

Nr.: 2000-7053-1454

Udgave: 1

Dato: 2000-05-15

Gyldig til: 2001-12-31

Systembetegnelse: IV – 102

MÅLEANLÆG

Producent Liquid Controls Corporation, U.S.A.
Ansøger Hamag A/S, Rødækro.
Art Rotorlamelmåler med mekanisk tælleværk med stemplingsmekanisme, forindstillingsmekanisme og luftudskiller.
Type M 40.
Anvendelse Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.

1. LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet	max.	1700 l/min
	min.	170 l/min
Mindste lovlige udmåling		500 l
Tælleværk	Litertæller, kapacitet	99999 dekaliter
	deling	0,1 dekaliter
Verifikationstolerance		5 ‰

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Uændret fra attest nr. 19/1981.

3. KONSTRUKTION

Hermed er volumenvæskemåleren godkendt med typebetegnelsen M 40. M 40 måleren adskiller sig fra type M 30, ved at lejepladen er udskiftet med en lejeplade hvor der er indsat carbon bøsninger i hullerne hvor rotoren og lamellerne er lejret.

Øvrige konstruktion uændret fra attest nr. 19/1981.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 2000-7053-1454.

P. Claudi Johansen.

BEMÆRK !

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.