Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

METROLOGI Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Tlf.: 77 33 95 00 · Fax: 77 33 95 01 · E-post: danak@danak.dk · www.dansk-metrologi.dk

18. TILLÆG TIL

Nr.: 1998 - 7053 - 1228

TYPEGODKENDELSESATTEST

Udgave: 2

Nr. 298

Dato: 2004-03-29

Gyldig til 2006-03-29

Systembetegnelse: IV-51

MÅLEANLÆG

Nedennævnte måleanlæg er herefter individuelt godkendt under systembetegnelsen IV-51

Producent

Fluid Transfer, England

Ansøger

Shell-Statoil-Total I/S, Københavns Lufthavn, Kastrup

Art

Dispenservogn med volumen-væskemåler

Type

Ingen specificeret type

Anvendelse

Udmåling af petroleum eller JET-A1

Opstillingssted

Shell-Statoil-Total I/S, Københavns Lufthavn, Kastrup

TS-nr. 61693

Måler serie nr. 54333

Køretøj nr. Dispenser 7

TS-nr. 61692

Måler serie nr. 54332

Køretøj nr. Dispenser 8

TS-nr. 61694

Måler serie nr. 54331

Køretøj nr. Dispenser 9

1. LEGALE MALEDATA

Kapacitet

Maksimum

3500 liter / minut

Minimum

400 liter / minut

Mindste verificerede udmåling

500 liter

Tælleværk

Litertæller

Kapacitet

999999 liter

Totaltæller

Deling

Kapacitet

1 liter 99999999 liter

Deling

1 liter

Verifikationstolerance

 $\pm 0,5 \%$

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation

Årligt, samt såfremt den legale plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.

Påskrifter

Skalaplade:

Liter og Total

Verifikationsskilt:

Til petroleum eller JET-A1

Systembetegnelse, TS nr., Fabr. nr.

Min I/min

Max 1/min.

Verifikationen gælder kun udmåling over liter

Plombering

Justerskilt sikres med 18 mm årstalsplombe til målerhus.

Med plombetråd og løse plomber med verifikationsmærke sikres: Front- og endedæksel til målerhus og målerhuse mod adskillelse, dæksel over regulering mod åbning og gearbox dæksel til tælleværk.

BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.


TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 1998 - 7053 - 1228

Systembetegnelse: IV-51

3. KONSTRUKTION

Hovedkomponentliste	Fabrikat	Туре	Bemærkninger
Måleorgan	Avery-Hardoll	BM 850	Magen til type CM, men med udvidet viskositetsområde
Luftudskiller	Faudi	FFM1 -34 -12	Filter/vandseperator med luftudskiller
Tællerværk forsynet med totaltæller	Veder-Root	Form no.: 0788700 908	



Stykliste for rørdiagram / detail komponentliste

Pos.	Stk.	Benæynelse	Dim.	Fabrikat	Type
A1	1	Hydrantkobling	4"	Carter Fueling Co	60700-1-DGNW
A2	1	Hydrantslange	4" x 12m	Elaffex	DA028-49
A3	1	Orejeled	4"	Fluid Transfer Ltd	DC1113
A4	1	Ventil	100 mm	Renus	44551139
A5	1	Filtermonitor		Faudi	FFM: - 14 - 12
A6	1	Måler	6"	Avery Hardol	BM 850
A8	1	Kompensator	80 mm	Élaflex	DA2247-2
A10	1	Venturi		Fluid Transfer Ltd	DC1222-5
A13	2	Slange	2" x 3.3m	Elaflex	DA0302-3,3m
114-15	3	Kobling	21/2"	Carter Fueling Co	84348CEF4U6K
A17	1	Venturi		Fluid Transfer Ltd	DCM12001-1
A18	Ì	Slangetromie		Fluid Transfer Ltd	DD20463
A19	1	Slange	2" x 30m	Elaflex	DA0302-30m
A20	1	Luftudlader	1/8"	Armstrong	11AV
A23	1	Recoverylank		Fluid Transfer Ltd	DC20465
A24	1	Fuel Sambler		Fluid Transfer Ltd	DDA11432
A34	1	Overtryksventil		Seetru Ltd	63613A1303-150
A41	1	Diff.tryksmanometer		Schultz Engineering Ltd	50SC970030
A52	.1	Pumpe	1	Fluid Transfer Ltd	DB9150

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr.: 1998 - 7053 - 1228

P. Claudi Johansen