



2. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
1990-763/000-1188

Nr.: 1998-4163-1124

Udgave: 1

Dato: 1998-06-01

Gyldig til 2001-10-01

Systembetegnelse: TS 27.01
010

Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.

VOLUMENMÅLER

| | |
|-------------------|---|
| Producent | Gas- und Wassermesserfabrik AG (GWF), Schweiz. |
| Ansøger | V. Løwener, Glostrup. |
| Art | Volumenmåler med eller uden pulsgiverkabel. |
| Type | Unico/Unico-IPG-10 samt Unico II/Unico II-IPG-10. |
| Anvendelse | Måling af volumen i henhold til DS 2340. |

Ændringer

De mekaniske mål på målerindsatsen er ændret og vingehjulets lamelantal er ændret fra 6 til 9. Yderligere er gearingssystemet til tællerværket ændret således, at friktionen i gear er mindske.

Alle legale data er uændret.

For at kende forskel på de to udgaver af volumenmålere, har målere med ovennævnte ændringer fået tallet II tilføjet til typebetegnelsen.

DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1998-4163-1124.

J. Kaavé.

BEMÆRK !

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.