



**Erhvervsfremme  
Styrelsen**  
Erhvervsministeriet

Dahlerups Pakhus  
Langelinie Allé 17  
2100 København Ø  
Tlf. 35 46 60 00  
Fax 35 46 60 01  
E-post efs@efs.dk  
www.efs.dk

**1. TILLÆG TIL  
TYPEGODKENDELSESATTEST  
Nr. 1998-7053-1162**

Nr.: 1999-7053-1390

Udgave: 1

Dato: 1999-09-27

Gyldig til 2000-11-27

Systembetegnelse: TS <sup>27.51</sup><sub>015</sub>

Typegodkendelse udstedt i henhold til §12 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 1997 om kontrol med måling af elforbrug i afregningsøjemed.

**ELMÅLER**

<b>Producent</b>	Siemens Metering
<b>Ansøger</b>	SIEMENS A/S, Siemens Metering
<b>Art</b>	Statisk måler klasse 0,5S
<b>Type</b>	ZMB 405... og ZFB 405... med tilslutning til eksterne måletransformatorer
<b>Anvendelse</b>	Måling af elforbrug i henhold til IEC 687, 1992-06

Fra dags dato er maksimumstrømmen ( $I_{\max}$ ) ændret til følgende:

For mærkestrøm $I_n = 1$ [A] er	$I_{\max} = 1,2$ [A] og
For mærkestrøm $I_n = 5$ [A] er	$I_{\max} = 6,0$ [A]

**DOKUMENTATION**

Ansøgning nr. 1999-7053-1390.

Keld Palner Jacobsen

**BEMÆRK !**

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.