Industriministeriet

**TEKNOLOGISTYRELSEN SEKRETARIATET** FOR MÅLETEKNIK

## 3. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST

NR. 8/1982

Nr.:1988-763/000-830

Udgave: 1

Dato: 1988-03-01

Gyldig til 1992-06-30

Systembetegnelse: IV-161cs

## **MÅLEANLÆG**

**Producent** Anmelder

TEKNOLOGISTYRELSEN Tagensvej 135 DK 2200 København N

Art Type

Anvendelse

Schwelmer Eisenwerk, Tyskland og Tatsuno Ltd., Japan.

Dansk Olie-Måler Service A/S, Glostrup. Gasstander med elektronisk tælleværk.

Schwelm/Tatsuno.

Udmåling af flydende gas i trafiksektoren.

**KONSTRUKTION** 

Hermed er standeren godkendt forsynet med elektronisk tælleværk med indbygget 2-kanal impulsgiver og med krone-, liter- og dagsprisvisning på begge sider, af fabrikat Tatsuno model RFU-8001, 8001A, 8010, 8020 eller 8022. Til modelbetegnelsen kan evt. være tilføjet -T3. Øvrige konstruktion uændret i forhold til beskrivelse i attest nr. 8/1982.

**DOKUMENTATION** 

Ansøgning nr. 1984-763/000-244.

J. Kaavé/P. Claudi Johansen

BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.