Tagensvej 137 · DK-2200 København N Telefon 35 86 86 86 · Telefax 35 86 86 87



## 8. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr. 55/1982

Nr.: 1996-4163-0890

Udgave: 1

Dato: 1996-08-01

Gyldig til 2002-12-31

Systembetegnelse: IV - 169 cs

## **MÅLEANLÆG**

**Producent** 

Ansøger

Art

Type

Anvendelse

Liquid Controls Corp. U.S.A. og Tatsuno Ltd., Japan.

Dansk Olie-Måler Service A/S, Glostrup.

Dieselstander med elektronisk tælleværk.

Trimline 150 / Tatsuno.

Udmåling gasolie.

1. LEGALE MÅLEDATA

Uændret i forhold til attest nr. 55/1982 og efterfølgende tillæg.

2. VERIFIKATIONS-BESTEMMELSER Uændret i forhold til attest nr. 55/1982 og efterfølgende tillæg.

3. KONSTRUKTION

Hermed er Tatsuno elektroniske tælleværk type: RFU-8001, -8001A, -8010, -8020 og -8022 godkendt ombygget med 7 segment cifferindikator opbygget med lysdioder (LED) i de vandrette og lodrette segmenter.

KomponentlisteFabrikatTypeBemærkningerCifferindikatorGorges RTV (Georg Baldén)SI-24 dioder i lodrette,<br/>3 dioder i vandrette<br/>segmenter

Øvrige konstruktion uændret i forhold til attest nr. 55/1982 og efterfølgende tillæg.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1994-4163-0553.

P. Claudi Johansen

BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.