
Erhvervsfremme Styrelsen Erhvervsministeriet





1. TILLÆG TIL

TYPEGODKENDELSESATTEST

1994-4163-538

Nr.: 1994-4163-0639

Udgave: 1

Dato: 1995-01-01

Gyldig til 1996-07-28

Systembetegnelse: TS 27.01 048

Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.

VARMEENERGIMÅLER

Producent

Ansøger

Ansøger Art

Туре

Anvendelse

LANDIS & GYR, Tyskland.

Landis & Gyr Måleteknik A/S, Vejle.

Varmeenergimåler.

SONOGYR WSD5.

Måling af varmeenergi i henhold til OIML R75.

Varmeenergimåleren er herefter også godkendt for verifikation med

vandtemperaturområde t: 20 - 50 °C.

Der er derudover ingen ændringer i typegodkendelsen af varme-

energimåleren.

DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1994-4163-0639.

J. Kaavé

BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.