

# Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

METROLOGI  
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø  
Tlf.: 35 46 62 00 · Fax: 35 46 62 02 · E-post: [danak@danak.dk](mailto:danak@danak.dk) · [www.dansk-metrologi.dk](http://www.dansk-metrologi.dk)

## TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 2003-7053-1876

Udgave: 1

Dato: 2003-05-15

Gyldig til: 2003-05-14

Systembetegnelse: IV-354

## ADDITIVANLÆG

Nedennævnte udstyr er herefter godkendt med systembetegnelsen IV – 354

**Producent** DRESSER, England

**Art** Additivpumpearrangement

**Type** Ingen specificeret type

**Anvendelse** Tilsætning af additiver i forbindelse med påbygning på  
typegodkendte målemaskiner

Attesten er udfærdiget for formelt at lovliggøre de måleanlæg som tidligere er blevet verificeret, uden at den tilhørende tillægsgodkendelse blev udstedt.

**Plombering** Ud over de i de respektive typegodkendelser krævedes sikringsstemplinger og –plomberinger, foretages ingen særskilt sikring af additivmekanismen

**Konstruktion** Additivpumpesystemet er trykluftdrevet. Pumpesystemet består af en excentrik der er anbragt på akslen mellem måleorgan og tælleværk. I takt med excentrikkens bevægelse tilføres trykluft til en pumpe, hvis stempelstang er koblet til additivpumpestemplet, der gennem kontraventiler pumper additiv ind i målemaskinens tilgangsrør.

P. Claudi Johansen

**BEMÆRK !** Måleinstrumenter, der ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.