

BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 2/1982

Udgave 1


Dato 1982-02-15

Gyldig til 1984-06-30

sat ikraft ign

Systembetegnelse: IV-142 cs

MÅLEANLÆG



Fabrikant:

Gilbarco Ltd., England.

Anmelder:

Dansk Olie-Måler Service A/S.

Arter:

Enkeltstander, dobbeitstander eller blenderstander med elektronisk

tælleværk.

Type:

Gilbarco Highline 2.

Anvendelse:

Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

1. JUSTERTEKNISKE DATA

Kapacitet:

50 l/min.

Mindste lovlige udmåling:

5 I

Tælleværk:

Pristæller,

kapacitet

deling

deling

kapacitet

999,99 kr.

Litertæller,

0,01 kr.

⊪er,

999,99

0,01 |

Dagspris,

kapacitet

9999 øre/l

deling

1 øre/l

Justertolerance:

±

5 ‰

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 2/ 1982

Systembet::IV-142 cs

2. JUSTERBESTEMMELSER

Omjustering:

Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt,

samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjag-

tighed.

Påskrifter:

Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.

Skalaplade:

Kroner, liter, øre pr. liter.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Justerskilt:

Til benzin, petroleum eller gasolie.

Systembetegnelse, Jv. nr., Fabr. nr., Max. l/min.

Mindste lovlige salg l.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Ved synsglas:

Glasset skal være fyldt.

Plombering:

Justerskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.

Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke: Reguleringsorgan gennem håndhjul, låsestift og spindel, cylinderdæksel for reguleringsorgan igennem 2 skruer, impulsgiver til standers chassis og kappe omkring elektronik med displays til standers chassis. Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerheds-

plomberingen.

3. KONSTRUKTION

Standeren er med hensyn til mekaniske og hydrauliske komponenter identisk med den i justervæsenets bekendtgørelse nr. 414, systembetegnelse IV-84c beskrevne.

2-kanalimpulsgiver og den elektroniske styring med mikroprocessor er ligeledes af fabrikat GILBARCO Ltd., mens displays for kroner, liter og dagspris, som kan aflæses på begge sider af standeren, er af fabrikat FERRANTI.

Standeren er indrettet til kroneforvalg og indtil 12 standere kan kobles til en enkelt masterkonsol i kiosk.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1026/80, dateret 1980-07-18.

E. Repstorff Holtveg