



<b>1. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1992-4163-0203</b>		Nr.: 1993-4163-0393														
		Udgave: 1														
		Dato: 1995-03-01														
Gyldig til 1996-10-31	Systembetegnelse: TS 27.01 032															
<p>Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.</p> <h2 style="text-align: center;">VARMEENERGIMÅLER</h2> <table><tr><td><b>Producent</b></td><td>Flonidan Gas Division A/S, Horsens.</td></tr><tr><td><b>Ansøger</b></td><td>Flonidan Gas Division A/S, Horsens.</td></tr><tr><td><b>Art</b></td><td>Varmeenergimåler.</td></tr><tr><td><b>Type</b></td><td>THERMIFLO.</td></tr><tr><td><b>Anvendelse</b></td><td>Måling af varmeenergi i henhold til DS 2340.</td></tr></table> <p>Varmeenergimåleren er herefter også godkendt med følgende ændring af huset til beregningsenheden og dækslet på volumenmålerunderparten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beregningsenhedens to halvdele sammenholdes med skruer, og huset er gjort lidt større af montagemæssige grunde. Forseglingen er som hidtil, eller der kan i stedet anvendes stikplomber af plast i fordybningerne over skruehovederne. Plomberne skal være forsynet med verifikationsmærker.</li><li>- Beregningsenheden og volumenmålerunderparten sammenholdes med skruer i stedet for kliklås for at opnå en forbedret mekanisk samling.</li></ul> <table><tr><td><b>DOKUMENTATION</b></td><td>Ansøgning nr. 1993-4163-0393.</td></tr><tr><td></td><td>J. Kaavé</td></tr></table>			<b>Producent</b>	Flonidan Gas Division A/S, Horsens.	<b>Ansøger</b>	Flonidan Gas Division A/S, Horsens.	<b>Art</b>	Varmeenergimåler.	<b>Type</b>	THERMIFLO.	<b>Anvendelse</b>	Måling af varmeenergi i henhold til DS 2340.	<b>DOKUMENTATION</b>	Ansøgning nr. 1993-4163-0393.		J. Kaavé
<b>Producent</b>	Flonidan Gas Division A/S, Horsens.															
<b>Ansøger</b>	Flonidan Gas Division A/S, Horsens.															
<b>Art</b>	Varmeenergimåler.															
<b>Type</b>	THERMIFLO.															
<b>Anvendelse</b>	Måling af varmeenergi i henhold til DS 2340.															
<b>DOKUMENTATION</b>	Ansøgning nr. 1993-4163-0393.															
	J. Kaavé															
<b>BEMÆRK !</b> Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.																