Erhvervsfremme Styrelsen **Erhvervsministeriet**

Tagensvej 137 · DK-2200 København N Telefon 35 86 86 86 · Telefax 35 86 86 87



1. TILLÆG TIL

TYPEGODKENDELSESATTEST

1994-4163-537

Nr.: 1994-4163-0640

Udgave: 1

Dato: 1995-01-01

Gyldig til 1996-07-28 Systembetegnelse: TS 27.01

Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.

VARMEENERGIMÅLER

Producent

LANDIS & GYR, Tyskland.

Ansøger

Landis & Gyr Måleteknik A/S, Vejle.

Art

Varmeenergimåler.

Type

SONOGYR WSD6.

Anvendelse

Måling af varmeenergi i henhold til OIML R75.

Varmeenergimåleren er herefter også godkendt for verifikation med

vandtemperaturområde t: 20 - 50 °C.

Der er derudover ingen ændringer i typegodkendelsen af varme-

energimåleren.

DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1994-4163-0640.

J. Kaavé

BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.